



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl*

DZPZ-530-Zp/75/ PN-74/16

Wałbrzych, 06.09.2016r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawę kolonoskopów video współpracujących z procesorem Evis Exera III- 2szt.”- Zp/75/PN-74/16

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. odpowiada na pytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1

1. Dotyczy §6 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):

Ze względu na specyfikę obsługi serwisowej sprzętu i konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań, przy pomocy dedykowanych urządzeń diagnostycznych, naprawa jest możliwa jedynie w autoryzowanym serwisie producenta reprezentowanym na terenie Polski przez Wykonawcę.

W ramach standardu obsługi serwisowej oferujemy bezpłatny transport kurierem urządzenia do i z serwisu; dostarczamy również wypełnione listy przewozowe.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę treści na następującą:

„Wykonawca zapewnia :

- *bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie autoryzowanego serwisu,*
- *w trakcie okresu gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, konserwacje zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu umowy*
- *bezpłatny przegląd w miesiącu przed zakończeniem gwarancji.”*

Odp. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 dot. &6 ust. 2 wzoru umowy. Patrz zmiana SIWZ.

2. **Dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):**

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na następujący:

„W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od daty dostarczenia aparatu do wskazanego serwisu Wykonawcy.”

Odp. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 dot. §6 ust. 3 wzoru umowy. Patrz zmiana SIWZ.

3. **Dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu liczony był w dniach roboczych?

Odp. Nie, w przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od daty dostarczenia aparatu do wskazanego serwisu Wykonawcy.

4. **Dotyczy §6 ust. 4 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę ww. zapisu na następujący:

„Czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 5 dni roboczych, z wyjątkiem niedziel i świąt, lub 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, liczony od momentu podjęcia naprawy.”

Odp. Nie, zgodnie ze wzorem umowy: czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 5 dni liczony od momentu podjęcia naprawy.

5. **Dotyczy §6 ust. 5 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin określony w ww. paragrafie liczony był w dniach roboczych?

Odp. Nie, zgodnie ze wzorem umowy: w przypadku awarii nie dającej się usunąć w przeciągu 5 dni Wykonawca gwarantuje dostarczenie zastępczego przedmiotu umowy na czas naprawy.

6. **Dotyczy §6 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):**

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na:

„Po trzykrotnej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego wymienić go na nowy.”

Odp. Nie, zgodnie ze wzorem umowy: po trzykrotnej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego wymienić go na nowy.

7. **Dotyczy §6 ust. 7 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę ww. zapisu na następujący:

„W przypadku 4-krotnej awarii przedmiotu umowy objętej gwarancją, w okresie jej trwania, Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy.”

Odp. Nie, zgodnie ze wzorem umowy: W przypadku 4-krotnej awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy.

8. **Dotyczy §7 ust. 1b) wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne naliczane było od wartości brutto opóźnionego sprzętu/naprawianego sprzętu?

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy dot. §7 ust. 1b.

9. Dotyczy §7 ust. 1b) wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego (zapewniającego ciągłość wykonywanych badań), Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych określonych w §7 ustęp 1b) wzoru umowy.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego (zapewniającego ciągłość wykonywanych badań), Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych określonych w §7 ustęp 1b) wzoru umowy.

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*