



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 22.08.2019r.

DZPZ-530-Zp/40/PN-38/19

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: Dostawy sprzętu do Pracowni Hemodynamiki - Zp/40/PN-38/19.*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 33**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 33 pojedynczej pętli wykonanej z połączanego drutu wolframowego, zamocowanej na nitinolowym przewodniku, odchodzącej pod kątem 90 stopni w części dystalnej? W komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli. Rozmiary pętli: o Pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, długości przewodnika 65 lub 120cm, cewnik prowadzący 4 lub 6F o Mikropętla: średnice 2/4/7mm, długości przewodnika 175/200cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2, dot. pakietu nr 27**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 27 cewnik balonowy o następujących parametrach:

- długość od 10 mm – 40 mm
- średnica od 1,5 mm - 6.0 mm
- dawka leku Paclitaxel 2,2ug/mm2
- crossing profile mniej niż 1.0mm
- ciśnienie nominalne 6 atm
- specjalny elastyczny Tip do kretych naczyń
- wersja RX współpraca z przewodnikiem 0,014"
- Utrata leku przy wprowadzaniu jedyne 5%
- długość użytkowa min. 135 cm
- RBP 14 atm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga dawki leku 3 ug/mm2.**

**Pytanie 3, dot. pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny Introducer zbrojony długi o długości 9(tylko dla 4F), 11, 13(tylko dla 6F), 23 cm, a także dostępnych w średnicach 4F-10F. Pozostałe parametry oferowanego przedmiotu pozostają bez zmian.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4, dot. pakietu nr 47**

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik prowadzący do PCI o średnicy wewnętrznej 0,056" dla 5F i 0,078" dla 7F, w szerokiej gamie kształtów i krzywizn a także dostępnych w długościach 100 cm



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokolowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

krzywiznach JL, JR, AL, AR, XB XBC oraz XBLAD? Pozostałe parametry oferowanego przedmiotu pozostają bez zmian.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga średnice wewnętrzne: 0,059" dla 5Fr i 0,081" dla 7Fr.**

**Pytanie 5, dot. pakietu nr 7**

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów o następujących parametrach:

- Uwalniany lek – pochodna sirolimusa - everolimus;
- Długość 8 - 38mm;
- Średnice 2,0 - 4,0mm;
- Unikalny biokompatybilny, cienki fluoropolimer (powłoka o grubości 7,6 µm) z udowodnioną historią w zastosowaniach w kontakcie z krwią; bardzo dobra fizyczna integralność pokrycia, zapewniający optymalne przyleganie do metalu, dobrą giętkość i elastyczność oraz kontrolowane uwalnianie leku;
- Profil przejścia 0,042 dla rozmiaru 3,0" ;
- Ciśnienie nominalne 10 atm;
- ciśnienie RBP 18 atm;
- maksymalne rozszerzenie stentu do ok. 4,5 mm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga maksymalne rozszerzenie stentu do ok. 4,75 mm.**

**Pytanie 6, dot. pakietu nr 27**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przewodników w zakresie 0,025"-0,038", spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga przewodników 0,018"- 0038".**

**Pytanie 7, dot. pakietu nr 13 poz. 6**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6 y-connectora typu push click o średnicy wewnętrznej zastawki 8F .

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zastawki 9F.**

**Pytanie 8, dot. pakietu nr 13**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 13 poz. 3 i 4 i utworzenie odrębnego pakietu, np. 13A, lub alternatywnie prosimy o możliwość składania ofert na poszczególne pozycje pakietu nr 13.

**Odp. Zamawiający nie wydzieli z pakietu nr 13 poz. 3 i 4.**

**Pytanie 9, dot. pakietu nr 13 poz. 3 i 4**

Prosimy Zamawiającego aby w ramach spełniania warunków udziału w zakresie pakietu nr 13, poz. 3 i 4 dopuścić przedłożenie wykazu co najmniej 2 dostaw wyrobów jednorazowego użytku o wartości minimum 54 600,00 zł każda.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu co najmniej 2 dostaw wyrobów do angiografii lub angioplastyki.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego  
ul. Alfreda Sokolowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Pytanie 10, dot. pakietu nr 13 poz. 3 i 4**

Z uwagi na rodzaj asortymentu w ww. pakietach prosimy o wyrażenie zgody na dostawy sukcesywne z jednoczesnym wystawianiem faktur. Skład konsygnacyjny jest wskazany w przypadku asortymentu pierwszej potrzeby lub którego użycia nie da się w łatwy sposób przewidzieć.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga składu konsygnacyjnego.**

**Pytanie 11, dot. pakietu nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 3 dopuści złożenie oferty z przewodnikami hydrofilnymi o długości 150 i 180 cm i w pozycji 2 o długości 260 cm o średnicach 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038", o długości ściętej końcówki 3 cm, kształcie końcówki prostej i zagiętej 45 stopni, rdzeniu nitalowym zatopionym w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trącej 1:1, odpornym na odkształcenia i na załamania struktury podłużnej, o trwałej powłoce hydrofilnej, atraumatycznej, miękkiej końcówce, z pamięcią kształtu, dostępne w wersji o standardowej sztywności i sztywnej (STIFF) oraz dostępne w opcji z końcówką kształtowalną?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, proponowane przewodniki nie spełniają wymaganych parametrów SIWZ.**

**Pytanie 12, dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dokona modyfikacji i wydzieli z tego pakietu oddzielny podpakiet nr 5 A z pozycjami nr 1 i 2 oraz na podpakiet nr 5 B z pozycjami od numeru 3 do numeru 4?

**Odp. Zamawiający nie wydzieli z pakietu nr 5 pozycji do osobnego pakietu.**

**Pytanie 13, dot. pakietu nr 5**

Czy w związku z zapisem SIWZ w rozdziale V, punkt 1 (w tabeli), Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawcy (dla pakietu nr 5) w przypadku przedstawienia wykazu i dowodów poświadczających wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dostaw innego wysokospecjalistycznych wyrobów medycznych – wyrobów kardiochirurgicznych? Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie na przystąpienie do przetargu i zaoferowanie wyrobów najwyższej jakości - przewodników hydrofilnych duńskiej firmy SP Medica, dostarczanych przez naszą firmę do wielu szpitali w Polsce i cieszących się dobrą opinią użytkowników, w tym Państwa, z powodzeniem stosowanych w Chirurgii Naczyniowej oraz Hemodynamice.

**Odp. Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu co najmniej 2 dostaw wyrobów do angiografii lub angioplastyki.**

**Pytanie 14, dot. pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści stenty uwalniające lek – sirolimus powlekane biodegradowalnym polimerem o profilu przejścia 0,034" dla rozm. 3.0mm, dł. 8-40mm, średnice 2,0 – 4,50 mm, ciśnienie nominalne 8atm, ciśnienie RBP 16 atm, maksymalne rozszerzenie stentu do 4.75mm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga stenty uwalniające lek – zotarolimus.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokółowskiego  
w Wałbrzychu



Szpital  
bez kłótni

ISO 9001

**Pytanie 15, dot. pakietu nr 8**

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe semi compliant z powłoką hydrofilną balonu, profilem wejścia 0,017"; ciśnienie nominalne 8 atm; dł. systemu wprowadzającego 140cm; dł. balonu 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40mm; średnice 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,0; 3,25; 3,50; 3,75; 4,0mm; RBP 16 atm; shaft proksymalny 1.8F, dystalny 2.5F; profil przejścia balonu 0,025" dla śr. 3,0mm; dostępne w systemie RX.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość systemu doprowadzającego 145cm.**

**Pytanie 16, dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe semi compliant typ Rapid exchange; ciśnienie nominalne 8atm, ciśnienie RBP 16 atm; profil balonu 0,025"; profil wejścia końcówki 0,017"; końcówka w połączeniu z niskim profilem zapewniająca łatwość przejścia przez ciasne, kręte i zwężone zmiany w naczyniach; średnice balonu od 1,25 mm do 4,0mm; dla średnic 1.25 do 4,0mm skok średnicy co 0,25mm; dł. balonu 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40mm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga cewniki balonowe o długości od 6mm.**

**Pytanie 17, dot. pakietu nr 18**

Czy Zamawiający dopuści stenty wieńcowe uwalniające Sirolimus z polimerem biodegradowalnym o dł. 8-40mm; wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, średnice stentu 2,0- 4,50mm; stent wycinany laserowo typu Slotted Tube; ciśnienie nominalne 9 atm, RBP 16 atm; kompatybilny z cewnikiem 5F oraz przewodnikiem 0,014"; grubość ściany stentu 0,07mm; dł. Robocza cewnika 140cm; czas deflacji 3 sekundy.

Jednocześnie informujemy, że obecne opisy przedmiotu zamówienia, konstrukcja pakietów uniemożliwiają nam złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, co w konsekwencji narusza nasz interes prawny w postaci wymiernej straty finansowej poprzez utratę możliwości realizacji zamówienia publicznego. Tworząc w ten sposób w/w pakiety Zamawiający zamknął drogę do pozyskania zamówienia wykonawcom oferującym produkty spełniające identyczne funkcje użytkowe i jakościowe o bardzo konkurencyjnych cenach.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga stenty wieńcowe uwalniające Sirolimus z polimerem biokompatybilnym o dł. 9-39mm.**

**Pytanie 18, dot. pakietu nr 11**

Cewnik – głowica do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS)

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie wzoru umowy powierzenia danych osobowych, z racji dzierżawy systemu w zadaniu nr 11, w którym mogą być przechowywane dane pacjentów lub czy Zamawiający może potwierdzić (jesli nie udostępni ww. wzoru umowy) czy dane osobowe przetwarzane na dzierżawionym sprzęcie będą zabezpieczone w taki sposób, aby Wykonawca i personel nie miał do nich dostępu (podczas napraw, serwisowania, przeglądów)?

**Odp. Potwierdzamy, że dane osobowe przetwarzane na dzierżawionym sprzęcie są zabezpieczone w taki sposób, że Wykonawca i personel nie mają dostępu podczas napraw, serwisowania i przeglądów.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego  
ul. Alfreda Sokółowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Pytanie 19, dot. projektu umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 4 ust. 6.**

**Pytanie 20, dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 5)

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 5.**

**Pytanie 21, dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Pytanie 22, dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 7 ust. 3.**

**Pytanie 23, dot. projektu umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. a):

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

a) 0,5 % wartości brutto niewykonanej części dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie części dostawy.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 9 ust. 1 pkt. a.**

**Pytanie 24, dot. pakietu nr 10**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 : „Cewnik balonowy non compliant do angioplastyki wieńcowej” dopuści cewniki o długości: 6, 8, 12, 15, 20, 27mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 25, dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w miejsce cewniki dedykowane do techniki teleskopowej cewniki o średnicach 6,7,8F, cewnik długości 150 cm ze specjalną końcówką typu „rapid exchange” o długości 25 cm i 40 cm dla rozmiaru 6F Long o średnicy wewnętrznej 6F-1,45mm, 7F- 1,60mm oraz 8F-1,83. Gdzie dystalny odcinek prowadzący składa się z trzech warstw: wewnętrznej z PTFE, środkowej warstwy opłotu ze stali nierdzewnej i zewnętrznej warstwy polimerowej. Dystalny odcinek



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpital.sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

przewodzący zawiera dystalną platynowo-irydową radiocieniującą opaskę znacznikową położoną 2 mm od końcówki oraz proksymalny platynowo-irydowy kołnierz radiocieniujący.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga cewniki o średnicach 5, 6,7, 8F.**

**Pytanie 26, dot. pakietu nr 7**

Czy zamawiający dopuści sprzęt o następujących parametrach:

- Uwalniany lek – pochodna rapamycyny - everolimus.
- Profil przejścia 0,042” dla rozmiaru 3,0 mm
- Ciśnienie nominalne 11 ATM
- Ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm
- maksymalne rozszerzenie stentu do ok. 5,75 mm

Pozostałe parametry bez zmian

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga stenty uwalniające lek – zotarolimus.**

**Pytanie 27, dot. pakietu nr 16**

Czy Zamawiający dopuści sprzęt o parametrach:

- profil wejścia 0,017”
- profil przejścia balonu 0,031” dla średnicy 3.0 mm
- długości: 6, 8, 12, 15, 20, 30 mm
- przedział średnic: 2.0-6.0 mm z rozstawem średnic co 0,25 mm w zakresie 2,0 - 4,0 mm
- ciśnienie nominalne 12atm: ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 - 20atm)

Pozostałe parametry bez zmian

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 28, dot. pakietu nr 13**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w punkcie 3 opatrunków jednorazowych wyposażonych w strzykawkę bez Luer Lock. Rozwiązanie takie jest bardziej ergonomiczne i pozwala na szybszą inflację i deflację opaski. Połączenie takie jest równie stabilne jak to z wykorzystaniem Luer Lock.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga opatrunków jednorazowych wyposażonych w strzykawkę Luer Lock.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Ekonomicznych  
mgr inż. Andrzej Stążka



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742