

Wałbrzych, dnia 08.10.2019r.

DZPZ-530-Zp/50/PN-48/19

ZMIANA TREŚCI SIWZ

„Dostawa: myjni endoskopów, odczynników, klisz do mammografii, pokrowca na aparaturę, zarękawka, kieszeni jednokomorowej, taśmy samoprzylepnej, paski do pomiaru glukozy, naklejki samoprzylepne, - Zp/50/PN-48/19

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ (pakiet nr 3).

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – pakiet nr 3 po zmianie otrzymuje brzmienie:

Pakiet nr 3

Filmy-klisze do mammografii do drukarki laserowej Carestream Dry View 5950

L.P.	ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY	JEDNOST MIARY	IŁOŚĆ (12 m-cy)	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Błona w formacie 20 cm x 25 cm	szt.	250					
2.	Błona w formacie 25 cm x 30 cm	szt.	250					
Razem:								

Specyfikacja asortymentu:

1. Blony produkcji Carestream lub kompatybilne,
2. Blony oznaczone symbolem „DVM”,
3. Blony diagnostyczne do obróbki kaserowej,
4. Wszystkie składowe jednego producenta kompatybilne z drukarką laserową Carestream Dry View 5950,
5. Termin przydatności do użytku minimum 9 miesięcy od daty dostarczenia,
6. Opakowania po: 25, 50 lub 125 sztuk.