



Wałbrzych, dnia 14.10.2019r.

DZPZ-530-Zp/50/PN-48/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa: myjni endoskopów, odczynników, klisz do mammografii, pokrowca na aparaturę, zarękawka, kieszeni jednokomorowej, taśmy samoprzylepnej, paski do pomiaru glukozy, naklejki samoprzylepne,, – Zp/50/PN-48/19

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 7

Czy w przypadku zaoferowania myjni 1-stanowiskowej Zamawiający odstąpi od wymogu p. 7 jako nie mającego zastosowania?

Odp: W przypadku zaoferowania myjni jednostanowiskowej wymóg równoczesnej kontroli obu załadowanych endoskopów nie ma zastosowania, co nie zmienia faktu, że szczelność endoskopu musi być kontrolowana podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji wraz z systemem zabezpieczającym przed jego zalaniem

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 11

Prosimy o podanie producenta oraz wersji systemu monitorująco-raportującego posiadanego przez Zamawiającego.

Odp: Endoskan 2 firmy Olympus. W tym systemie są "zachipowane" endoskopy.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający uzna wymóg p. 11 za spełniony jeśli zaoferowana mylnia będzie generowała wydruk zawierający wymagane w p. 11 informacje (identyfikacja personelu, aparatu i myjni oraz potwierdzenie prawidłowości przeprowadzonego procesu)?

Odp: Zamawiający uzna za spełniony jeśli nie będzie to wymagało umieszczenia na endoskopie kolejnych chipów i nie trzeba będzie wprowadzać ręcznie danych endoskopu do myjni.

Pytanie nr 4. Pakiet nr 4, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w wymaga zarękawka z gumką w nadgarstku czy z mankietem bawełnopodobnym?

Odp. Zamawiający wymaga zarękawka z mankietami.

Pytanie nr 5. Pakiet nr 4, poz. 4


Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga kieszeni samoprzylepnej trójkątnej czy prostokątnej?

Odp. Zamawiający wymaga kieszeni samoprzylepnej prostokątnej roz. 60x60 cm..

Pytanie nr 6. Pakiet nr 4, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści w ww. pozycji taśmę w rozmiarze 10x50 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 7. Pakiet nr 4, poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga produktów sterylnych?

Odp. Zamawiający wymaga produktów sterylnych.

Pytanie nr 8. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 (paski do pomiaru glukozy) wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za opakowanie a nie sztukę (z podaniem ilości sztuk w opakowaniu), przy czym ogólna zaoferowana ilość sztuk będzie zgodna z zapotrzebowaniem Zamawiającego? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o zgodę na podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odp. Zamawiający **wyraża** zgodę na podanie ceny jednostkowej za opakowanie a nie sztukę (z podaniem ilości sztuk w opakowaniu), przy czym ogólna zaoferowana ilość sztuk będzie zgodna z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Pytanie nr 9.

Prosimy o informację czy Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy w dniach roboczych czy kalendarzowych

Odp. Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien zachować termin dostawy w dniach kalendarzowych.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną stożkową torbę na płyny w rozmiarze 50x50cm?

Odp. NIE. Wymagamy kieszeń jednokomorową o roz. 60x60 cm.

Pytanie nr 11. Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną torbę na płyny w rozmiarze 50x60cm?

Odp. NIE. Wymagamy kieszeń jednokomorową o roz. 60x60 cm.

Pytanie nr 12 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1, pkt 2 i 4)

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego tj. myjnię z załadunkiem endoskopów od góry, gdzie komory otwierane są poprzez automatyczny przycisk nożny, dzięki czemu nie ma potrzeby odkładania brudnego endoskopu, jak również schylania się w celu wysunięcia kosza oraz załadunku i wyładunku endoskopu? Ponadto myjnia posiada karbowane dno komory oraz specjalną tubę do umieszczania sondy endoskopu co eliminuje miejsca krzyżowania się i styku.


Odp. Zamawiający Nie dopuści, tego typu rozwiązanie (ładowanie od góry) było testowane w naszej jednostce przez personel zajmujący się dezynfekcją endoskopów i nie zyskało pozytywnej opinii i zostało ocenione jako niewygodne .

Pytanie nr 13 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1, pkt 12)

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ tj. obudowę wykonaną ze stali malowanej proszkowo, z elementami ze stali nierdzewnej? Jest to materiał również odporny na działanie kwasów i aldehydów, a posiada lepsze parametry wytrzymałościowe (co ma znaczenie w przypadku obudowy) i jest materiałem łatwiejszym do utrzymania w czystości.

Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem, że komora myjąca będzie wykonana ze stali nierdzewnej

Pytanie nr 14 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1, pkt 5)



Czy Zamawiający wymaga, aby każdy z niezależnych konektorów był zasilany niezależną pompą? Tylko takie rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo dla procesowanego endoskopu, pozwala na skuteczne domycie każdego kanału uwzględniając znaczące różnice w średnicach, umożliwia reakcję i sygnalizację przez myjnię niedrożności w którymś z kanałów, jak również jest zgodne z wymaganiami opisanymi w normie 15883?

Odp. Wszystkie wymagane parametry zostały określone w SIWZ, rozwiązanie z zasilaniem każdego z konektorów niezależną pompą zostanie dopuszczone.

Pytanie nr 15 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1, pkt 5)

Czy Zamawiający wymaga, by przyłącza posiadały różną kolorystykę pozwalającą w łatwy sposób rozróżnić kanały endoskopu, do których mają zostać podłączone?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 16 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1, pkt 10)

Czy Zamawiający wymaga, by myjnia posiadała możliwość wcześniejszego zaprogramowania, dnia oraz godziny samodezynfekcji urządzenia tak żeby myjnia była gotowa przed rozpoczęciem badań?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 17 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1, pkt 11)

Czy Zamawiający wymaga, by w system raportująco-monitorującym wpięte były również posiadane przez Pracownie szafy endoskopowe, dzięki czemu Zamawiający będzie posiadać pełną dokumentację obiegu endoskopu włącznie z etapem przechowywania endoskopu, co będzie pełnym, wiarygodnym materiałem dowodowym w przypadku roszczenia ze strony pacjenta?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 18 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1 Ogólne)

Czy w przypadku zaoferowania myjni dwustanowiskowej, Zamawiający wymaga, by urządzenie posiadało możliwość niezależnego-asynchronicznego mycia i dezynfekcji endoskopów, co przekłada się na znacznie szybszy obrót endoskopów, gdyż w dowolnym momencie mycia jednego endoskopu, można zacząć procesowania następnego, jak również zmniejsza koszt dezynfekcji, gdyż w przypadku procesowania jednego endoskopu zużytych zostaje o połowę mniejsza ilość mediów? Należy również nadmienić, że tylko takie rozwiązanie jest równoważnym w stosunku do dwóch jednostanowiskowych myjni.

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 19 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1 Ogólne)

Czy Zamawiający wymaga, by czas trwania całego procesu dekontaminacji endoskopu w myjni trwał nie dłużej niż 30 minut?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 20 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1 Ogólne)


Czy Zamawiający wymaga, by urządzenie posiadało wbudowaną drukarkę?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 21 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1 Ogólne)

Czy Zamawiający wymaga, by myjnia posiadała kolorystyczny wskaźnik, który informuje o statusie pracy urządzenia bez potrzeby podchodzenia do myjni np. w postaci wskaźnika LED na obudowie lub podświetlanych przycisków?

Odp. Zamawiający nie wymaga



Pytanie nr 22 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1 Ogólne)

Czy Zamawiający wymaga, by myjnia posiadała bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy komory bez użycia rąk przy pomocy przycisków nożnych, zapewniających łatwość użycia oraz zmniejszające ryzyko zakażeń?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 23 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1 Ogólne)

Czy Zamawiający wymaga, by myjnia posiadała możliwość podłączenia na kwasie nadoctowym lub aldehydzie glutarowym?

Odp. Zamawiający wymaga użycia środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych.

Pytanie nr 24 – do §2 ust. 2 wzoru umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego ograniczenia ilościowego zamówienia, ale nie określił jego warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmniejszenie takie mogłoby mieć miejsce, ani nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności §2 ust. 2 wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie nr 25 – do §2 ust. 2 wzoru umowy

Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym wyroby medyczne do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §4 ust. 2 projektu umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie nr 26 – do §4 ust. 4 wzoru umowy


Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru."

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie nr 27 – do §8 ust. 1 lit.a wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej zastrzeżonej w §8 ust. 1 lit. a wzoru umowy do wysokości 0,5% wartości niewykonanej dostawy dziennie?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

