



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 21.10.2019r.

DZPZ-530-Zp/49/PN-47/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy materiałów medycznych - Zp/49/PN-47/19.

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 6 poz. 1, 2

Czy Zamawiający oczekuje, aby sondy posiadały mandryn nylonowy lub metalowy do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający oczekuje, aby sondy posiadały mandryn metalowy.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 6 poz. 1, 2

Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki wykonane były z wysokiej jakości materiału termoplastycznego Neoplex, skalowane co 1cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 6 poz. 1, 2

Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki z metalowym mandrynem były innego koloru niż cewniki z nylonowym mandrynem (żółty, szary), dla odróżnienia przy wykonywaniu zabiegów w dwóch nerkach jednocześnie?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania cewników Pezzer o łagodnie zaoblonych krawędziach?

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje cewników Pezzer o łagodnie zaoblonych krawędziach.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 5, dot. pakietu nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał 4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5 mm?

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał 4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5 mm.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stężka

Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr tel.: 74/6489700



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742