



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001



Szpital
bez bólu

Wałbrzych, dnia 24.10.2019r.

DZPZ-530-Zp/61/PN-59/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: "Dostawa Cyklometru z monitorowaniem pO₂, pCO₂, zapisem EKG" – Zp/61/PN-59/19

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie systemu do wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej w wersji z 2 stanowiskami treningowymi na cykloergometrach z zapisem EKG, spełniającego wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne określone w załączniku nr 1 do SIWZ, jednak bez możliwości monitorowania parametrów pO₂ i pCO₂ - jak zostało to określone w nazwie postępowania?

Odp: Zamawiający **dopuszcza** system do wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej w wersji z 2 stanowiskami treningowymi na cykloergometrach z zapisem EKG, spełniający wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne określone w załączniku nr 1 do SIWZ, również bez możliwości monitorowania parametrów pO₂ i pCO₂.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Staszka