

Wałbrzych, dnia 15.11.2019r.

DZPZ-530-Zp/62/PN-60/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa: Maski anestetyczne, cewniki Foley, prowadnica do rurki intubacyjnej, prowadnica do trudnej intubacji, aparat jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, jednorazowy obwód aparatu resuscytacyjnego T-Piece, jednorazowa maseczka do resuscytacji noworodka, materiały medyczne dla SOR, papier rejestracyjny” – Zp/62/PN-60/19

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na maski anestetyczne, które posiadają standardowe, słowne oznaczenie rozmiaru na masce oraz barwne oznaczenie rozmiaru na uchwycie maski i fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu (bez numerycznego oznaczenia na masce)?

Numeryczne oznaczenie rozmiaru na masce jest charakterystyczne tylko dla jednego producenta masek. Pozostawienie takiego wymogu niekorzystnie wpłynie na ilość firm, które będą mogły złożyć ofertę w postępowaniu przetargowym.

Ponadto, numeryczne oznaczenie rozmiaru na masce, jest tak mało czytelne, że większość użytkowników nie zdaje sobie nawet sprawy, że znajduje się ono na masce. Zdecydowanie bardziej czytelne i użyteczne jest barwne oznaczenie rozmiaru na uchwycie maski i ewentualny napis słowny rozmiaru np. M – ADULT, 0- NEONATE itd.

Odp: Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnione są wszystkie pozostałe parametry SIWZ

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1-10

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania cewników Foleya o rozmiarach 6-24 z zastawką Latexową.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

W razie niedopuszczenia ww. cewników prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego ponieważ od 2016 r jesteśmy dostawcą do Państwa Szpitala cewników Foley z lateksową zastawką i Szpital nie zgłaszał zastrzeżeń co do walorów użytkowych i jakościowych w/w cewników.

Odp: Zamawiający wymaga zastawki plastikowej ze względu na łatwe, szybkie i bezpieczne napełnianie i opróżnianie balonu strzykawką typu Luer.


Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie cewników z zastawką lateksową?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zastawki plastikowej.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie cewników z logo marki umieszczonym na opakowaniu jednostkowym?



Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewników pakowanych w podwójne opakowanie foliowe z nacięciem do otwierania?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga opakowanie zewnętrzne: papier-folia oraz wewnętrzne : folia.

Pytanie 6. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby maski pozbawione były DEHP i dopuści maski ze śladową ich ilością, spełniające wszystkie normy jakościowe dopuszczające te produkty do stosowania na terenie UE, bez zawartości lateksu. Pragniemy dodatkowo zauważyć, że wyroby te nie są wyrobami pozostającymi w kontakcie z krwią ani z płynami przeznaczonymi do iniekcji (dożylniej) a więc szkodliwość chociażby ftalanów jest w tym przypadku znikoma.

Odp: Zamawiający nie odstąpi. Zamawiający wymaga masek pozbawionych lateksu i DEHP.

Pytanie 7. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby maski pozbawione były DEHP i dopuści maski ze śladową ich ilością, spełniające wszystkie normy jakościowe dopuszczające te produkty do stosowania na terenie UE, bez zawartości lateksu. Pragniemy dodatkowo zauważyć, że wyroby te nie są wyrobami pozostającymi w kontakcie z krwią ani z płynami przeznaczonymi do iniekcji (dożylniej) a więc szkodliwość chociażby ftalanów jest w tym przypadku znikoma.

Odp: Zamawiający nie odstąpi. Zamawiający wymaga masek pozbawionych lateksu i DEHP.

Pytanie 8. Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści nazwę producenta podaną na cewniku, zamiast logo marki?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9. Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści prowadnice wykonane z aluminium pokrytego medycznym PCV?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiegającym przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej.

Pytanie 10. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prowadnice o średnicy zewnętrznej (O.D.) 3,3mm?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga prowadnicy o średnicy 3 mm.

Pytanie 11. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5


Czy Zamawiający dopuści prowadnice o średnicy zewnętrznej (O.D.) 4,7mm?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga prowadnicy o średnicy 5 mm.

Pytanie 12. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy zamawiający odstąpi od zapisu „na zewnętrznej powierzchni maski antypoślizgowe elementy ułatwiające uchwyt maski” i zastąpi go zapisem „budowa maski zapewniająca pewny uchwyt, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp: Zamawiający nie odstąpi od zapisu.



Pytanie 13. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy zamawiający odstąpi od zapisu „na zewnętrznej powierzchni maski antypoślizgowe elementy ułatwiające uchwyt maski” i dopuści zapis „budowa maski zapewniająca pewny uchwyt”, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp: Zamawiający nie odstąpi od zapisu.

Pytanie 14. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Czy zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 3,3 mm, pasującą do rurek 4,0 - 5,5 , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp: Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga prowadnicy o średnicy 3 mm.

Pytanie 15. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3

Czy zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 4,62 mm, pasującą do rurek 6,0 – 10,0 , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp: Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga prowadnicy o średnicy 4 mm.

Pytanie 16. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4

Czy zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 4,62 mm, pasującą do rurek 6,0 – 10,0 , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp: Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga prowadnicy o średnicy 4 mm.

Pytanie 17. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5

Czy zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 4,62 mm, pasującą do rurek 6,0 – 10,0, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp: Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga prowadnicy o średnicy 5 mm.

Pytanie 18. Dotyczy Pakietu nr 3

Czy zamawiający dopuści prowadnice wykonane z metalu - aluminium, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp: Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiegającym przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej.

Pytanie 19. Dotyczy wzoru umowy

1. Dotyczy §2 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”.


2. Dotyczy §6 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.”

3. Dotyczy §8 ust. 1 a))

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „0,5 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru”

4. Dotyczy §8 ust. 1 b)



Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.”. W ustępie 2 Zamawiający przewiduje dla siebie karę we własnie takiej wysokości w przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego. Dodatkowo naliczanie kary od wartości umowy już należycie wykonanej jest nadużyciem.

5. Dotyczy §8 ust. 3.

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §8 ust. 3 na: „Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.”.

6. Dotyczy §9 ust. 3

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „W przypadku rażącego i uporczywego nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”.

Odp: Zamawiający informuje, że pismo ma charakter wniosku a nie prośby o wyjaśnienia SIWZ i dlatego pozostaje bez odpowiedzi.

Pytanie 20. Dotyczy Pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych jednorazowego użytku, o cechach opisanych w SIWZ z ukształtowaną kopułą maski, nie wymagającą pierścieni antypoślizgowych.

Odp: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga elementów antypoślizgowych.

Pytanie 20. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowego użytku biologicznie czystej, mankiet niewymagający zewnętrznego uszczelniania wykonany z TPE, rozmiar maski kodowany barwą mankieta i oznaczony numerycznie na części ustnej korpusu, budowa maski zapewnia dokładne dopasowanie do twarzy pacjenta oraz zmniejsza „przestrzeń martwą” i ułatwia uchwyt, korpus maski wykonany z przezroczystego materiału (PP), maski w rozmiarze 3,4,5,6,7 zakończone łącznikiem 22 F wyposażonym w pierścienie mocujące i w rozmiarze 1,2 zakończone łącznikiem 15 M bez PCV, ftalanów i lateksu, dodatkowo kompatybilna ze środowiskiem MRI.

Odp: Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia pozostałe parametry zawarte w SIWZ.

Pytanie 20. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej w rozmiarze od 1 do 7, wykonanej z PCV i pozbawionej DEHP, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odp: Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia pozostałe parametry zawarte w SIWZ.

Pytanie 20. Dotyczy Pakietu nr 3

Pakiet 3

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnic do rurki intubacyjnej z możliwością ukształtowania z metalowym rdzeniem pokrytym przezroczystym PCV z miękką końcówką bez lateksu i DEHP, w rozmiarach 2.0, 3.3, 4.0, 4.7 o długości całkowitej w zakresie 305-384mm +/- 10mm.

Odp: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga przewodnic o różnych długościach.