



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 13.12.2019r.

DZPZ-530-Zp/64/PN-62/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa: wózek do przewożenia chorych, folia przylepna, układ oddechowy do respiratora NEWPORT, siatki do piersi, opakowania i materiały sterylizacyjne” - Zp/64/PN-62/19.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści siatki częściowo wchłaniające o parametrach wskazanych w SIWZ ale o czasie wchłonięcia ok 84 dni (w tej chwili wymagane 90-120 dni) i rozmiarach:

poz. 2 – 15 x 10 cm

poz. 3 – 20 x 15 cm

poz. 4 – 30 x 15 cm

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga siatek o czasie wchłonięcia 90-120 dni i rozmiarów wskazanych w SIWZ.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 1


Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych wyposażony w leże 4-segmentowe, z trzema segmentami ruchomymi (regulacja nachylenia segmentu pleców oraz segmentu nóg) ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający posiada na stanie wózki wyposażone w leże 4 segmentowe, obecnie potrzebuje wózka wyposażonego w leże 2 segmentowe – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta o szerokości całkowitej wraz krążkami odbojowymi równej 860 mm (szerokość mierzona pomiędzy zewnętrznymi krawędziami barierek wynosi 750 mm)?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga szerokość: 550-650 mm.



Pytanie 4, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych wyposażony w koła o średnicy 150 mm ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Średnica kół 150 mm jest za wysoka, Zamawiający wymaga koła jezdne o średnicy 125 mm.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający w rozumieniu opisu “kosz na butlę z tlenem” dopuści wózek do przewozu chorych wyposażony w miejsce - półkę zlokalizowaną w tworzywowej ochronie podstawy wózka ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Kosz na butle z tlenem jest wystarczający.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający w rozumieniu opisu “kosz na butlę z tlenem” dopuści wózek do przewozu chorych wyposażony w specjalny, montowany uchwyt na butlę z tlenem ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Specjalny, montowany uchwyt na butlę z tlenem będzie przeszkadzał.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o regulacji oparcia pleców w zakresie od 0 do 70°, co jest parametrem korzystniejszym od oczekiwanego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści, ale nie wymaga.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 1


Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o całkowitej masie 140 kg ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Masa całkowita 140 kg jest za duża, Zamawiający wymaga masy wózka do 80 kg.

Pytanie 9, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o wysokości leża regulowanej w zakresie od 61 do 92 cm ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, wózek byłby za wysoki, zwłaszcza dla ludzi niepełnosprawnych. Zamawiający wymaga zakresu regulacji wysokości leża: 45-85 cm.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 10, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjentów, którego koła blokowane są pół-centralnie, tzn. jedna dźwignia nożna hamulca blokuje 2 koła przy tej samej osi – co jest rozwiązaniem równoważnym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 11, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjentów, którego wysokość regulowana jest hydraulicznie w zakresie: 46-85cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 12, dot. pakietu nr 1


Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjentów, którego dopuszczalne obciążenie robocze wynosi do 170kg?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaferować w postępowaniu:



(materac widoczny na zdjęciu ma charakter wyłącznie poglądowy – w przypadku złożenia oferty dostarczymy wózek wyposażony w materac o grubości min. 6cm w pokrowcu zmywalnym).



Pytanie 13, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych o wymiarach zewnętrznych 196x66cm ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 14, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych wyposażony w regulację wysokości leża w zakresie 46-85 cm ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 15, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych wyposażony w regulację wysokości leża w zakresie 60x90cm ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Proponowany zakres regulacji wysokości leża w zakresie 60x90 cm jest zbyt wysoki.

Pytanie 16, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych o masie wynoszącej około 94 kg ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Proponowany wózek o masie 94 kg jest wózkiem za ciężkim. Zamawiający wymaga masy wózka do 80 kg.

Pytanie 17, dot. pakietu 1


Czy Zamawiający dopuści termin realizacji 31 marzec 2020 r.?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 18, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o parametrach;





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu




- Długość: 211,5 cm
- Szerokość: 88 cm
- Wysokość: 57 - 99 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 250 kg
- Waga: 76 kg
- Regulacja kąta nachylenia leża: 0° - 10°
- Wymiary leża: 130x63 cm
- Wymiary podglówka: 63x63 cm
- Kąt nachylenia podglówka: -25° - 60° (sprężyna gazowa)
- Średnica kół: 12,5 cm

Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Łącząc wymiary podglówka i leża, wózek jest za duży.

Pytanie 19, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o parametrach;



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



WSTECH

Długość materaca/ całkowita **195/218 cm**
Szerokość materaca /całkowita **65 /78 cm**
Wysokość **47-86 cm**
Regulacja kąta podglówka **0° do 80°**
Masa własna **80 kg**
Maksymalne obciążenie **200 kg**
Barierki boczne **TAK**
Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Biorąc pod uwagę parametry: długość i szerokość; wózek jest za duży.

Pytanie 20, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii w rozmiarze 30 x 28
Odp. Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga folii 20 x 20.

Pytanie 21, dot. pakietu nr 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii w rozmiarze 45 x 55
Odp. Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga folii 45 x 50.

Pytanie 22, dot. pakietu nr 2 poz. 3


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii w rozmiarze 56 x 80



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Odp. Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga folii 60 x 85.

Pytanie 23, dot. pakietu nr 2 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii w rozmiarze 80 x 56

Odp. Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga folii 90 x 60.

Pytanie 24, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 20 x 30 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga folii 20 x 20.

Pytanie 25, dot. pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45 x 55 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga folii 45 x 50.

Pytanie 26, dot. pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56 x 84 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga folii 60 x 85.

Pytanie 27, dot. pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56 x 84 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga folii 90 x 60.

Pytanie 28, dot. projektu umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Zamawiający informuje, iż terminy podane w umowie odnoszą się do każdego dnia; w projekcie umowy nigdzie nie ma zapisu „dni robocze”.


Pytanie 29, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy na cito z 48 godzin do 72 godzin?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie wydłużenia terminu dostawy na cito z 48 godzin do 72 godzin.

Pytanie 30, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze pakietu?



Odp. Zamawiający nie odstąpi, Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 31, dot. projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ ani projektu umowy.

Pytanie 32, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 33, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 9 pkt 3 umowy i dodanie słów: "po uprzednim wezwaniu wykonawcy"?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 34, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 35, dot. pakietu nr 5 – opakowania sterylizacyjne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1 - 10) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 5 pozycji 1-10.

Pytanie 36, dot. pakietu nr 5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji o wymiarze 35cm x 200m lub 40cm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach 38cmx200m?





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Odp. Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji o wymiarze 35cm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach 38cmx200m. Zamawiający nie dopuści do oceny rękawa papierowo-foliowego do sterylizacji o wymiarze 40cm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach 38cmx200m.

Pytanie 37, dot. pakietu nr 5 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji o wymiarze 40cm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach 42cmx200m?


Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 38, dot. pakietu nr 5

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr tel.: 74/6489700



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu

