



Wałbrzych, dnia 27.01.2020 r.

DZPZ-530-Zp/73/PN-71/19

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: „Dostawa Systemu do neuronawigacji” – Zp/73/PN-71/19*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedzenie na następujące pytania dotyczące Paramentrow Technicznych i Eksploatacyjnych dotyczących punktów:

**Pytanie 1. Dotyczy załącznika nr 1 pkt. 1.2**

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie ekwiwalentne oparte na dwóch wózkach, gdzie na jednym zamontowane będą dwa monitory 27“ o rozdzielczości (1920 X 1080), na drugim zmontowana kamera z możliwością dokowania obu wózków dla wygodniejszego transportu?”

**Odp:** „Zamawiający dopuszcza .

**Pytanie 2. Dotyczy załącznika nr 1 pkt. 1.6**

Czy zamawiający dopuści system oparty na pasywnym typie narzędzi? Z racji, iż nie ma klinicznego dowodu o wyższości jednych nad drugimi uznać należy rozwiązanie za ekwiwalentne.

**Odp:** „Zamawiający dopuszcza .

**Pytanie 3. Dotyczy załącznika nr 1 pkt. 1.7**

Czy zamawiający dopuści system, który posiadać będzie 5 gniazd USB?

**Odp:** „Zamawiający dopuszcza .

**Pytanie 4. Dotyczy załącznika nr 1 pkt. 1.8**


Czy zamawiający dopuści system oparty na oprogramowaniu Windows 10, posiadający 512 GB pojemności SSD? Z posiadanej wiedzy większa pojemność nie oznacza zwiększenia przydatności klinicznej oferowanego sprzętu.

**Odp:** „Zamawiający dopuszcza .

**Pytanie 5. Dotyczy załącznika nr 1 pkt. 1.10**

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające pracę bez użycia klawiatury i myszy? Oferowany sprzęt posiada dotykowe monitory które wspierają pełną obsługę nawigacji bez użycia dodatkowych komponentów jak mysz czy monitor.

**Odp:** „Zamawiający dopuszcza .



---

**Pytanie 6. Dotyczy załącznika nr 1 pkt. 1.28**

Czy zamawiający może precyzować jaką wiertarkę posiada aby zweryfikować kompatybilność sprzętu?

**Odp:** „Zamawiający usuwa pkt. 1.28 z załącznika nr 1, ponieważ nie ma on wpływu na pracę i funkcjonalność neuronawigacji .

**Pytanie 7. Dotyczy załącznika nr 1 pkt. 1.29**

Czy zamawiający może precyzować funkcjonalność uchwytu/stojaka dla wiertarki? Z posiadanych przez nas informacji nie jest to element wyposażenia systemów nawigacji – prosimy o usunięcie tego zapisu z SIWZ gdyż jest on niezgodny z zasadami uczciwej konkurencji.

**Odp:** „Zamawiający usuwa pkt. 1.29 z załącznika nr 1, ponieważ nie ma on wpływu na pracę i funkcjonalność neuronawigacji .

**Pytanie 8. Dotyczy załącznika nr 1 pkt. 1.37**

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie biopsji bezramowej opartej na systemie ramienia mocowanego do ramy Mayfield, wspieranego przez oprogramowanie pozwalające ustwić biopsję w planowanej trajektorii?

**Odp:** „Zamawiający dopuszcza .

**Pytanie 9. Dotyczy załącznika nr 1 pkt. 1.38**

Czy zamawiający może określić producenta, model, typ mikroskopu?

**Odp:** Zamawiający nie może określić producenta, model i typ mikroskopu.

**Pytanie 10. Dotyczy załącznika nr 1 pkt. 1.51**

Z racji, iż oprogramowanie jest własnością intelektualną Brainlab jako producent nie udostępnia kodów serwisowych żadnym podmiotom – dostarczamy jednak opis usterek i możliwych ich rozwiązań – czy zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie?

**Odp:** „Zamawiający akceptuje.