



Wałbrzych, dnia 04.03.2020 r.

DZPZ-530-Zp/73/PN-71/19

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: „Dostawa Systemu do neuronawigacji” – Zp/73/PN-71/19*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1**

W związku z udzielanymi wyjaśnieniami z dnia 27.02.2020 i wykreśleniem wymagań opisanych w pkt. 1.28 oraz 1.29 z załącznika nr 1 do SIWZ, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zrezygnował z wymogu z dostawy zestawu instrumentarium pozwalającego na przeprowadzenie nawigowanych zabiegów w obrębie głowy?


**Pierwotne wymagania SIWZ:**

1.	2 7	Informacja o rozkładzie narzędzia względem ramki referencyjnej wraz z dokładnością identyfikacji Informacja na obrazie bieżącym widoczności narzędzia w polu operacyjnym wraz z wyświetleniem jego nazwy i kształtu.	TAK	
1.	2 8	System wyposażony w zestaw instrumentarium pozwalającego na przeprowadzenie procedur nawigowanych w obrębie głowy. System kompatybilny z wiertarką szybkoobrotową będącą w posiadaniu Zamawiającego.	TAK	
1.	2 9	Stojak/uchwyt konsoli sterującej wiertarką z segregatorem wiertel i awaryjnym zasilaniem	TAK	
1.	3 0	System wyposażony w zintegrowane zasilanie awaryjne pozwalające na pracę systemu przy awarii zasilania przez co najmniej 5 [min.]	TAK	

**Aktualne wymagania SIWZ (brak wymaganego zestawu instrumentarium pozwalającego na przeprowadzenie nawigowanych procedur w obrębie głowy)**

2.	2 7	Informacja o rozkładzie narzędzia względem ramki referencyjnej wraz z dokładnością identyfikacji Informacja na obrazie bieżącym widoczności narzędzia w polu operacyjnym wraz z wyświetleniem jego nazwy i kształtu.	TAK	
2.	2 8	.		
2.	2 9			
2.	3 0	System wyposażony w zintegrowane zasilanie awaryjne pozwalające na pracę systemu przy awarii zasilania przez co najmniej 5 [min.]	TAK	

**Odp.:** Zamawiający nie zrezygnował z wymogu z dostawy zestawu instrumentarium pozwalającego na przeprowadzenie nawigowanych zabiegów w obrębie głowy. Stosowne zmiany zostaną umieszczone w nowym załączniku nr 1 do SIWZ.



## **Pytanie 2**

W związku z udzielanymi wyjaśnieniami z dnia 04.02.2020, prosimy o informacje czy Zamawiający nadal wymaga dostawy z nawigowalnego silnika ze zintegrowaną ramką referencyjną stanowiącego skład zestawu narzędzi do operacji głowy.

### **Pytanie 14**

Czy Zamawiający w treści udzielonych wyjaśnień zrezygnował z dostawy nawigowalnego silnika z zestawu narzędzi do operacji mózgu/głowy? Nawigowalny silnik z zainstalowaną ramką referencyjną pozwala na wykonanie otworu trepanacyjnego pod biopsję guza mózgu bez ryzyka późniejszej kolizji igły biopsyjnej z kością czaszki wymagającej poszerzenia otworu trepanacyjnego i lub zmiany trajektorii, co znacznie wydłuża czas zabiegu. (odpowiedz na pytanie 6, z dnia 27.01.2020)

**Odp:** Zamawiający nie zrezygnował z dostawy nawigowalnego silnika z zestawu narzędzi do operacji mózgu/głowy

**Odp.:** Zamawiający nie zrezygnował

## **Pytanie 3**

W związku z udzielanymi odpowiedziami z dnia 27.02.2020 i wykreśleniem wymagań opisanych w pkt. 1.28 oraz 1.29 z załącznika nr 1 do SIWZ, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga od oferenta, który nie posiada silnika kompatybilnego z posiadaną wiertarką, **dostawy innego, niekompatybilnego z posiadaną wiertarką szybkoobrotową** zestawu (silnika) pozwalającego na wykonanie otworu trepanacyjnego pod biopsję guza mózgu bez ryzyka późniejszej kolizji igły biopsyjnej z kością czaszki wymagającej poszerzenia otworu trepanacyjnego i/lub zmiany trajektorii, jeśli oferent nie posiada w swojej ofercie silnika kompatybilnego z posiadaną wiertarką?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

## **Pytanie 4**

Czy Zamawiający wymaga od Oferenta, który nie posiada silnika kompatybilnego z posiadaną wiertarką szybkoobrotową, dostarczenie alternatywnego silnika do wykonania otworu trepanacyjnego kompatybilnego z zaoferowanym zestawem dopuszczonym odpowiedzią na pytanie nr 8 z dnia 27.01.2020?

### **Pytanie 8. Dotyczy załącznika nr 1 pkt. 1.37**

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie biopsji bezramowej opartej na systemie ramienia mocowanego do ramy Mayfield, wspieranego przez oprogramowanie pozwalające ustwić biopsję w planowanej trajektorii?

**Odp:** „Zamawiający dopuszcza .

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

## **Pytanie 4**

W celu równego traktowania Wykonawców i zachowania zasad uczciwej konkurencji prosimy w miejscu pierwotnie wymaganego parametru:

1. 2 8	System wyposażony w zestaw instrumentarium pozwalającego na przeprowadzenie procedur nawigowanych w obrębie głowy. System kompatybilny z wiertarką szybkoobrotową będącą w posiadaniu Zamawiającego.	TAK	
-----------	--	-----	--



**Wprowadzenie wymagań:**

1.2 8	<p>System wyposażony w zestaw instrumentarium pozwalającego na przeprowadzenie procedur nawigowanych w obrębie głowy. System kompatybilny z wiertarką szybkoobrotową będącą w posiadaniu Zamawiającego.</p> <p>LUB</p> <p><i>System wyposażony w zestaw instrumentarium pozwalającego na przeprowadzenie procedur nawigowanych w obrębie głowy zawierający nawigowalny silnik do wykonania otworu trepanacyjnego kompatybilny z zaferowanym rozwiązaniem biopsji bezramowej opartej na systemie ramienia mocowanego do ramy Mayfield, wspieranego przez oprogramowanie pozwalające ustawić biopsję w planowanej trajektorii?</i></p> <p>(* - niepotrzebne skreślić)</p>	TAK	
----------	---	-----	--

**Odp.: Zamawiający wprowadzi nowe wymagania.**

1.2 8	<p>System wyposażony w zestaw instrumentarium pozwalającego na przeprowadzenie procedur nawigowanych w obrębie głowy.</p> <p>LUB</p> <p><i>System wyposażony w zestaw instrumentarium pozwalającego na przeprowadzenie procedur nawigowanych w obrębie głowy zawierający nawigowalny silnik do wykonania otworu trepanacyjnego kompatybilny z zaferowanym rozwiązaniem biopsji bezramowej opartej na systemie ramienia mocowanego do ramy Mayfield, wspieranego przez oprogramowanie pozwalające ustawić biopsję w planowanej trajektorii?</i></p> <p>(* - niepotrzebne skreślić)</p>	TAK	
----------	---	-----	--