

Wałbrzych, dnia 02/03.2020r.

DZPZ-530-Zp/9/PN-9/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa: Fiksatory do siatek, czyściki do koagulacji, elementy do ultradźwiękowego aspiratora, dren Kher, worki laparoskopowe, dreny z filtrem, marker sterylny do skóry, kaniule do termolezji, rurki tracheotomijne, rurki intubacyjne, rurka ustno-gardłowa, linia próbkująca do monitorowania stężenia gazów, zestaw do przetaczania krwi, czujnik SpO2, odczynniki do analizatora parametrów krytycznych, zestawy współpracujące z pompami objętościowymi, elektrody do koagulacji, sprzęt do fakoemulsyfikacji, szczotka do mycia rąk, proteza kości sklepienia czaszki”.- Zp/9/PN-9/20

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 6

**Wniosek w sprawie zmiany zapisów SIWZ
ad pakiet nr 6 dreny z filtrem do przechwytywania kości**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tym pakiecie równoważnych drenów z filtrem do przechwytywania kości o następujących parametrach:

„ergonomiczna rączka z wbudowanym wymiennym filtrem, 3 odłączalne wymienne końcówki ssące: jedna prosta o długości 25cm, 2 zagięte o długości 15 i 25 cm (o średnicy wewn. min. 5,7mm), w zestawie dodatkowy wymienny filtr i dren o długości min. 250cm i średnicy wewn. min. 6,5 mm, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia/papier”

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wymaga, aby w zestawie były trzy wymienne końcówki: długa prosta, długa zagięta i krótka zagięta?

Odp.: Zamawiający wymaga wszystkie końcówki.

Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający wymaga rurki silikonowanej?

Odp.: Zamawiający wymaga.

Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający wymaga rurki bezftalanowej?


Odp.: Zamawiający wymaga.

Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie rurki pochodziły od jednego producenta?

Odp.: Zamawiający wymaga.

Pytanie 6. Dotyczy Pakietu nr 10



Czy Zamawiający wymaga rurek ze znacznikiem głębokości w postaci grubego pierścienia dookoła rurki?

Odp.: Zamawiający wymaga ostatniego znacznika nad mankiem w postaci grubego pierścienia wokół rurki.

Pytanie 7. Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający w rurek z mankiem wymaga oznaczenia średnicy mankieta na baloniku kontrolnym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 8. Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie rurki pochodziły od jednego producenta?

Odp.: Zamawiający wymaga.

Pytanie 9. Dotyczy Pakietu nr 14

Czujnik jednorazowy saturacji w technologii Masimo SET, LNCS Neo- dla noworodków poniżej 3 kg kompatybilny z kablem połączeniowym LNCS.

Ile pinów na konektorze powinien posiadać czujnik?

- 7 (Przestarzały Standard)

- 9 (Standard)

- 11 (najnowsza wersja Masimo Oximax)

Odp.: Zamawiający wymaga 9 pinów.

Pytanie 10. Dotyczy zał. Nr 3 „Projekt umowy” - §4 pkt. 2 (dla zadania nr 15)

Czy Zamawiający dopuści 3 miesięczny termin ważności odczynników przy możliwości złożenia co rocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie? Analizator pracuje jedynie na materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności (30 dni na pokładzie analizatora), co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem dostaw pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza 3 miesięczny termin ważności odczynników (dla pakietu nr 15).

Pytanie 11. Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 6:


Prosimy o wyłączenie poz. 6 spod oceny dotyczącej terminu dostawy.

Protezy kości sklepienia czaszki wykonywane są na indywidualne zlecenie i termin wykonania w przedziale 2-5dni jest mało realny. Termin uzależniony jest od wykonania formy, a następnie od wykonania protezy (wykonanej na podstawie formy)

Odp.: Zamawiający dopuszcza termin dostawy do 14 dni.

Pytanie 12. Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 6:

Zważywszy, że w przypadku ubytku kości czaszki o znacznej powierzchni (ponad 80 cm²), jedna sztuka protezy kości czaszki często nie jest wystarczająca, co skutkuje potrzebą zastosowania dwóch sztuk protez; czy Zamawiający dopuszcza zakup dwóch protez kości czaszki (stanowiących przedmiot zamówienia w pakiecie nr 20 poz.6) do jednego zabiegu w przypadku ubytku kości czaszki o powierzchni przekraczającej 80 cm²?



Odp.: Zamawiający dopuszcza zakup dwóch protez kości czaszki w przypadku ubytku kości czaszki o powierzchni przekraczającej 80 cm².

Pytanie 13. Dotyczy projektu umowy:

1. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? **Odp.: Terminy podane są w dniach kalendarzowych.**
2. Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy na cito z 48 godzin do 72 godzin?
 Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?
 Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania numeru pakietu na fakturze?
 Odp.: Zamawiający nie odstąpi.
5. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
 Odp.: w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie tylko w przypadku każdorazowej ich akceptacji przez Zamawiającego.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 9 pkt 3 umowy i dodanie słów: "po uprzednim wezwaniu wykonawcy"?
 Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
7. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
 Odp.: Zamawiający zapisał taką możliwość w zał. Nr 3 do SIWZ - § 6 pkt 6
8. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
 Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 14. Dotyczy pakietu nr 18:

Czy zamawiający dopuści zestawy , nie zawierające w swojej konfiguracji rozwórki?

Odp.: Zamawiający dopuści.

Pytanie 15. Dotyczy pakietu nr 18:

Czy zamawiający zaakceptuje w konfiguracji obu zestawów 1 sztukę kaniuli 27g zagiętej (zamiast 2 sztuk) ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 16. Dotyczy pakietu nr 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 45 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17. Dotyczy załącznika 3b, wzór umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §2 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:



„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę, z tym jednak zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Zamawiający zobowiązuje się zamówić towar o wartości min. 80% wartości określonej w umowie i w tym zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy.”

Uzasadnienie:

Zamawiający powinien wskazać pewną minimalną wartość zamówień, którą zrealizuje bez względu na okoliczności. W przeciwnym wypadku Wykonawcy mieliby duże trudności z przedłożeniem ofert. Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji zamówienia na poziomie 80% wartości umowy umożliwi mu lepsze, bardziej racjonalne ekonomicznie i również korzystniejsze dla Zamawiającego skalkulowanie ceny ofertowej. Ponadto umowa powinna gwarantować Wykonawcy roszczenie o realizację umowy we wskazanym zakresie.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 18. Dotyczy załącznika 3b, wzór umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §4 ust. 3-4 i ust. 7 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

- a) dla zamówień bieżących – do dni **roboczych**, liczony od momentu przyjęcia zamówienia
- b) dla zamówień na cito - do 48 godzin **roboczych**.

4. W przypadku **zawinionego wyłącznie przez Wykonawcę niezrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 pkt. a i b**, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.
(...).

7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni **roboczych** od chwili zgłoszenia wad **ilościowych** przez Zamawiającego, a w terminie 7 dni **roboczych** od chwili otrzymania wadliwego towaru – w przypadku wad **jakościowych**.”

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o zastrzeżenie terminów realizacji w godzinach i dniach roboczych, bowiem Wykonawca nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy, zaś termin na realizację zamówienia powinien być tożsamy niezależnie od daty jego wpływu do Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca prosi, by termin na wymianę towaru wadliwego w zakresie wad jakościowych liczony był od daty otrzymania wadliwego towaru, bowiem rozpatrzenie reklamacji jakościowej wymaga co do zasady naocznego zbadania reklamowanego produktu.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 19. Dotyczy załącznika 3b, wzór umowy


Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §5 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych **netto** towaru wyszczególnionego w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.”

Uzasadnienie:

Podatek VAT jest daniną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem, ponadto Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką. Tym samym, nowa cena brutto powinna obowiązywać z dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę VAT niezależnie dodatkowych czynności stron w tym zakresie. Tym samym Wykonawca może zagwarantować stałość cen jedynie w odniesieniu do cen netto towaru objętego przedmiotem umowy.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.



Pytanie 20. Dotyczy załącznika 3b, wzór umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §6 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek **ustawowych** za opóźnienie w transakcjach handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.).”*

Uzasadnienie:

- Zgodnie z art. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, przepisy ustawy stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. Zamawiający jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. jednostka sektora finansów publicznych – w związku z art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W związku z powyższym, w razie opóźnienia się Zamawiającego w zapłacie należności wynikającej z umowy, Wykonawcy należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 21. Dotyczy załącznika 3b, wzór umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §6 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiednio zmieniona cena brutto obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę, bez konieczności zawarcia aneksu do umowy.”

Uzasadnienie:

Jak wskazywano powyżej, podatek VAT jest daniną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem, ponadto Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką. Tym samym, nowa cena brutto powinna obowiązywać z dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę VAT niezależnie dodatkowych czynności stron w tym zakresie.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 22. Dotyczy załącznika 3b, wzór umowy


Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §8 ust. 1-3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

- 1) 1 % wartości **netto** niewykonanej dostawy - za każdy dzień **zwłoki** w dostawie bieżącej towaru ;*
- 2) 10 % wartości **netto** od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.*
- 2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości **netto** niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.*
- 3. **Każdej ze Stron** przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 ust.1.”*

Uzasadnienie:

- Kara umowna może być uiszczona wyłącznie wówczas, gdy nieterminowa lub nieprawidłowa realizacja umowy wynika z winy Wykonawcy, a nie np. działania osób trzecich, siły wyższej lub nawet Zamawiającego – Wykonawca nie ma bowiem żadnego wpływu na te zdarzenia i okoliczności; z tego względu kara za nieterminową realizację powinna dotyczyć tylko „zwłoki” (opóźnienie zawnione) a nie „opóźnienia” (każdy przypadek niedochowania terminu);



- Kary umowne powinny być naliczane od wartości netto, bowiem stawka podatku VAT stanowi daninę publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem, wobec czego wartość ta nie stanowi dla Wykonawcy zysku;
- Uprawnienie do dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych powinno być zastrzeżone dla każdej ze Stron umowy – dla realizacji postulatu równowagi kontraktowej.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 23. Dotyczy załącznika 3b, wzór umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §9 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia, **pod warunkiem, że nienależyte wykonanie umowy jest wynikiem wyłącznej winy Wykonawcy, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.**”.

Uzasadnienie:

Umowa na czas określony powinna co do zasady obowiązywać przez okres, na jaki została zawarta, wobec czego jej rozwiązanie – szczególnie w odniesieniu do umowy zawartej w trybie przepisów ustawy PZP – powinno stanowić swoistą ostateczność i być zastrzeżone jedynie na wyjątkowe okoliczności. Ponadto, zakończenie stosunku umownego przed pierwotnie określonym terminem obowiązywania umowy w trybie jednostronnym i bez zachowania okresu wypowiedzenia powinno dotyczyć jedynie przypadków zawinionych uchybień postanowieniom umowy przez kontrahenta.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 24. Dotyczy załącznika 3b, wzór umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §11 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §6 ust. 6 umowy.”.

Uzasadnienie:

Powyższa zmiana stanowi konsekwencję propozycji zmian do treści §6 ust. 6 projektu umowy.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 25. Dotyczy pakietu nr 6 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści dren z filtrem do przechwytywania kości z dodatkowym drenem CH30 o średnicy wew. 6,4mm i zew. 10,1mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga dren o średn. wew. 5,7 mm i zew. 8,1 .
Zamawiający dopuszcza dodatkowy dren o średn. wew. 6,4 mm i zew. 10,1 mm.**


Pytanie 26. Dotyczy pakietu nr 11:

Czy zamawiający dopuści Rurkę ustno – gardłową w rozmiarach od 40mm do 120 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1-15:

Prosimy o potwierdzenie, że rurki mają posiadać znacznik głębokości wprowadzenia w postaci wyraźnego czarnego znacznika widocznego z każdej strony rurki (szeroki pierścień lub szeroka końcówka rurki, idące wokół pełnego obwodu rurki).



Odp.: Zamawiający wymaga ostatniego znacznika nad mankiem w postaci grubego pierścienia wokół rurki.

Pytanie 28. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1-7:

1. Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować w ramach niniejszych pozycji rurki zarówno w wersji z mankiem, jak i bez niego, celem możliwości wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.


Odp.: Zamawiający potwierdza.


2. Prosimy o potwierdzenie, że w zaoferowanych rurkach, mankiem, szczególnie w rozmiarach dziecięcych, nie może zwiększać średnicy rurki.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 29. Dotyczy pakietu nr 6 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny z filtrem do przechwytywania kości z ergonomiczną, uniwersalną rękojeścią z wbudowanym i wymiennym filtrem, z trzema wymiennymi końcówkami bez kontroli ssania - prostą długą oraz zakrzywioną długą i krótką /jak na rysunku poniżej/, z wymiennym i wymiennym filtrem zapasowym oraz drenem o średnicy wyrażonej w międzynarodowych jednostkach CH25 lub CH30 o długości 210, 270, 300 lub 350cm /do dowolnego wyboru w trakcie trwania umowy/, pakowane zgodnie z normą PN-EN 556-1:2002 odnoszącą się do sterylizacji wyrobów medycznych oraz zgodne z normą PN-EN ISO 11607-1:2017-12 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, a Zamawiającemu umożliwi wybór oferty najkorzystniejszej spośród większej liczby ofert.





Odp.: Zamawiający wymaga średnicy wew. 5,7 mm a zew. 8,1 mm.
Zamawiający dopuszcza dren dodatkowy o średnicy wew. 6,4 mm a zew. 10,1 mm.

Pytanie 30. Dotyczy Pakiet nr 9 poz. 1-7:

Poz. 1-7

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki tracheostomijne pediatryczne, powinny posiadać wycięty obszar ze złączem, dla zapewnienia większego komfortu oraz skrzydełka ułożone pod mniejszym kątem, aby zapewnić lepsze dopasowanie w warunkach klinicznych.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki tracheostomijne pediatryczne, powinny posiadać mankiety niskociśnieniowy, niskobjętościowy w kształcie zewężającego się ku dołowi stożka, który dzięki swej konstrukcji posiada strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy, a tym samym zabezpiecza przed mikroaspiracją, zapewniając tym samym najmłodszym pacjentom maksimum bezpieczeństwa.

Odp.: 1. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Odp.: 2. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 31. Dotyczy Pakiet nr 9 poz. 8-14:

Poz. 8-14

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym dla dorosłych, powinny być wykonane z medycznej odmiany silikonowanego PCV lub mieszanki PCV i silikonu, o zmniejsza traumatyzację ich użytkownika w warunkach klinicznych, przy bezwzględnych spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 32. Dotyczy Pakiet nr 10 poz. 1-15:

Pakiet nr 10 - Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym

Poz. 1-15

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, powinny zgodnie z zapisami SIWZ, posiadać cyt. „wyraźne czynniki głębokości”, z których ostatni czynnik znajdujący się powyżej mankieta uszczelniającego powinien być w postaci szerokiego, czarnego, pełnego oringu.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SIWZ cyt. „z oznaczeniem numeru rozmiaru na rurce”, oznacza wymóg zaoferowania rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym, które powinny posiadać oznaczenie rozmiaru rurki minimum na trzech elementach składowych rurki t.j. korpusie rurki, łączniku 15mm oraz baloniku kontrolnym.


Odp.: 1. Zamawiający potwierdza.

Odp.: 2. Zamawiający wymaga czytelnego oznaczenia na korpusie rurki.

Pytanie 33. Dotyczy Pakiet nr 10 poz. 1-7:

Poz. 1-7

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacji /w opcji bez mankieta/, przynajmniej w najmniejszych pediatrycznych rozmiarach t.j. w rozmiarach 2.5 do 3.5, powinny ze względu na bezpieczeństwo ich użytkownika, posiadać skalowane co min. 0,5cm, co zapewnia bardzo dokładną identyfikację położenia rurki zarówno w stosunku do laryngoskopu w momencie procedury intubacji jak i przez cały okres zaintubowania najmłodszych pacjentów.



Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 34. Dotyczy Pakiet nr 11 poz. 1:

Pakiet nr 11 - Rurka ustno-gardłowa

Poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rurki ustno-gardłowe w równoważnych do podanych w SIWZ rozmiarach dla dzieci i dorosłych t.j. 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe, powinny posiadać jednoczęściową konstrukcję z wymaganą zapisami SIWZ cyt. „blokadą przeciw zagryzieniu”, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SIWZ.

Odp.: 1. Zamawiający dopuszcza.

Odp.: 2. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 35. Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu khera w rozmiarze 9, zamiast rozmiaru 8.

Odp.: Zamawiający dopuszcza dren w rozmiarze 9.

Pytanie 36. Dotyczy Pakiet nr 10 poz. 1-15:

Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający wymaga dodatkowego łącznika ISO 15mm, kodowanego kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania, zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 37. Dotyczy Pakiet nr 12:

Prosimy Zamawiającego o możliwość przeliczenia ilości produktów na opakowania zbiorcze pakowane po 30 sztuk.

Odp.: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wymaganej ilości.

Pytanie 38. Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania drenów lateksowych pokrytych silikonem ?

Odp.: Zamawiający wymaga drenów pokrytych silikonem.

Pytanie 39. Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1:


Czy Zamawiający wymaga zaoferowania drenów o długości 38cmx16cm?

Odp.: Zamawiający wymaga drenów Khera od nr 8 do nr 18.

Pytanie 40.

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy Wykonawca dostarcza towar własnym transportem. W związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.



Pytanie 41.

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp.: Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik lub osoba upoważniona) rozładował dostarczony towar oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.

Pytanie 42.

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należyte wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odp.: Zamawiający informuje, że § 4 ust. 1 projektu umowy brzmi:

„Towar, o którym mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego”.

Pytanie 43.

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedyicznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy Wykonawca dostarcza towar własnym transportem. W związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta a w szczególności nieskażonego, bez zanieczyszczeń lub uszkodzeń.

Pytanie 44.

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru. W związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.