

SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 02.03.2020r.

DZPZ-530-Zp/8/PN-8/20

### **Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: „Dostawa: folia przylepna, ręczniki z włókniny, plazma – asortyment jednorazowy, testy, wkłady, filtry, myjnia – dezynfekator, filtr spirometryczny 83-C, zestaw do punkcji, zastawka Heimlicha, końcówka noża harmonicznego, staplery, ładunki, obuwie gumowe, endoprotezy piersi, implanty, siatki, sizery, nóż do portu bocznego, aparaty do żywienia pozajelitowego”- Zp/8/PN-8/20.**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1, dot. pakietu nr 12**

Czy zamawiający mógłby dopuścić urządzenie o wymiarach: wys. 850 mm x głębokość 555 mm x szerokość 450 mm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie 2, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni.**

#### **Pytanie 3, dot. pakietu nr 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści:

Ręczniki z włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, jednorazowego użytku. Ręcznik chłonny, rozmiar 34 x 40 cm. Opakowanie po 200 szt. w rolce. Możliwość odrywania co drugą perforacją co da rozmiar 34x80cm, co trzecią- co da rozmiar 34x120cm?


lub



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Ręczniki z włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, jednorazowego użytku. Ręcznik chłonny, rozmiar 34 x 30 cm. Opakowanie po 100 szt. w rolce. Możliwość odrywania co drugą perforacją co da rozmiar 34x60cm, co trzecią-co da rozmiar 34x90cm?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga rozmiaru ręcznika z włókniny jednorazowego użytku o rozmiarze 70x40 cm, bez perforacji.**

#### **Pytanie 4, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie produktu spełniającego wymogi stawiane przez Zamawiającego posiadającego wymiar 500 x 570 x 1240 mm (SxGxW)?

**Odp. Tak, Zamawiający zezwoli.**

#### **Pytanie 5, dot. pakietu nr 16**

Czy w ramach poprawy konkurencyjności zamawiający dopuści jednorazowe końcówki do noża harmonicznego- dł. ramienia 34,9 cm. śr.5 mm, końcówka posiada dwa przyciski – aktywujący oraz przełączenie trybu mocy między max i min; końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb; możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy oraz bezpłatne użyczenie generatora i 3 przetworników na czas trwania umowy?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga jednorazowej końcówki do noża harmonicznego – dł. ramienia 36 cm śr. 5 mm.**

#### **Pytanie 6, dot. do formularza cenowego – załącznik nr 1 ( Pakiet nr 5, poz. 1, 2)**

Czy Zamawiający dopuści rękawy zgodne z SIWZ o długości 70m, opakowanie handlowe 4 rolki z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie 7, do formularza cenowego – załącznik nr 1 ( Pakiet nr 5, poz. 4, 5)**

Czy Zamawiający dopuści rękawy zgodne z SIWZ o długości 70m, opakowanie handlowe 2 rolki z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie 8, do formularza cenowego – załącznik nr 1 ( Pakiet nr 5, poz. 7)**

Czy Zamawiający dopuści rękawy zgodne z SIWZ o długości 70m, szerokość rękawa 40cm?


**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Rękaw szerokości 40 cm jest minimalnie za wąski do zapakowania posiadanego przez Szpital asortymentu.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



**Pytanie 9, do formularza cenowego – załącznik nr 1 ( Pakiet nr 6, poz. 1)**

Prosimy o dopuszczenie niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych nieprzyklepnego testu kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z nierównomiernie naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z normą EN ISO/TS 15883-5. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Opakowanie a'100szt. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o informację, czy oferowane ilości winny być zaokrąglone w górę (45 opakowań) czy zgodnie z zasadami matematyki (44,8 op.)?

**Odp. Zamawiający dopuści. Ilości winny być zaokrąglone w górę (45 opakowań).**

**Pytanie 10, do formularza cenowego – załącznik nr 1 ( Pakiet nr 7, poz. 1)**

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1°C), oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 11, do formularza cenowego – załącznik nr 1 ( Pakiet nr 8, poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści wkładki spełniające wymagania SIWZ, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, rozmiarze 25x30cm w opakowaniu a'1000szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 12, do formularza cenowego – załącznik nr 1 ( Pakiet nr 8, poz. 2)**


Czy Zamawiający dopuści wkładki spełniające wymagania SIWZ, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, rozmiarze 30x50cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 13, do formularza cenowego – załącznik nr 1 ( Pakiet nr 10, poz. 1)**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania testów, w którym wszystkie wymazówki są spakowane w sposób jałowy, zabezpieczając tym samym test przedwczesną kontaminacją z osobnym fiolkami z substancją testową, czy też test ma być w postaci jednoelementowego przyrządu do pobrania próby w którym znajduje się wymazówka i substancja testowa o czułości na poziomie 1µg oraz odczycie do 10 sekund?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**



**Pytanie 14, do formularza cenowego – załącznik nr 1 ( Pakiet nr 10, poz. 1)**

Czy Zamawiający wymaga testów z natychmiastowym wynikiem do 10 sekund?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 15, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał aby myjnia-dezynfektor posiadała potwierdzenie skuteczności eliminacji Clostridium Difficile wystawione przez niezależną instytucję naukową badawczą. Potwierdzenie stosownym dokumentem na wezwanie Zamawiającego. Uzasadnienie: Wymóg pozwoli na zaoferowanie najwyższej klasy urządzenia, które daje pewność eliminacji groźnej bakterii

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby myjnia- dezynfektor posiadał potwierdzenie skuteczności eliminacji Clostridium.**

**Pytanie 16, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał aby myjnia-dezynfektor posiadała funkcję automatycznego schładzania i suszenia naczyń za pomocą filtra HEPA?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga posiadania funkcji automatycznego schładzania i suszenia naczyń za pomocą filtra HEPA.**

**Pytanie 17, dot. pakietu nr 12**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach 500 mm szer. 500 mm gł. 1450 mm wys. Zastosowane wymiary pozwalają na bezproblemowe i ergonomiczne umieszczenie urządzenia w pomieszczeniach wszelkiego rodzaju. Zarazem są to wymiary jedynie nieznacznie odbiegające od wymagań Zamawiającego.


**Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o w/w wymiarach.**

**Pytanie 18, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnie z suszeniem konwekcyjnym? Polska Norma nie wymaga automatycznego, mechanicznego schładzania i suszenie naczyń strumieniem powietrza – po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń, nadto zaś naczynia do 5 minut po zakończonym cyklu mycia mają być suche. Stąd też rozwiązanie nasze jest równoważne parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego. Oferowane rozwiązanie jest ponadto tańsze w użytkowaniu ponieważ nie wymaga wymiany drogich filtrów.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga automatycznego suszenia i schładzania naczyń - powodem jest możliwość natychmiastowego użycia.**





---

**Pytanie 19, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym zamontowana jest jedna pompa dozująca środek zmiękczająco-płuczający (odkamieniacz)? Według naszej wiedzy i doświadczenia urządzenie z dwoma pompami generuje dodatkowe koszty dla jednostki, a nie przyczynia się to do uzyskania lepszego efektu mycia i dezynfekcji utensyliów. Zarazem stosowanie odpowiedniego środka wydłuża żywotność urządzenia nawet przy twardej wodzie, co znajduje potwierdzenie w gwarancji, którą objęte jest urządzenie. Jeżeli Zamawiający uważa takie rozwiązanie za niewystarczające, prosimy o dopuszczenie urządzenia o dodatkowym, mechanicznym filtrze zmiękczającym wodę.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym jest zamontowana jedna pompa dozująca środek zmiękczająco-płuczający.**

**Pytanie 20, dot. zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 21, dot. zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odp. Wykonawca winien zapoznać się ze standardami ISO 9001:2015 i realizować umowę z zachowaniem tych standardów – zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.**

**Pytanie 22, dot. pakietu nr 5 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie rękawów do sterylizacji plazmowej o wymiarach 40 cm x 140 m ?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Rękaw szerokości 40 cm jest minimalnie za wąski do zapakowania posiadanego przez Szpital asortymentu.**

**Pytanie 23, dot. pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do wykrywania pozostałości białkowych o wrażliwości:

Wykrywa 80 µg białka po 1 minucie

Wykrywa 50 µg białka po 5 minutach


Wykrywa 20 µg białka po 10 minutach

Zignoruj każdą zmianę koloru po 10 minutach?

Pozostałe wymagania bez zmian.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**





**Pytanie 24, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w obudowę i komorę wykonaną ze stali kwasoodpornej? Na rynku dostępne są urządzenia, w których panele zewnętrzne oraz komora wykonane są z plastiku, co skutkuje znacznie niższymi parametrami fizyczno-użytkowymi i naraża Zamawiającego na konieczność szybkiej wymiany urządzenia, ponieważ taka konstrukcja jest znacznie mniej wytrzymała niż myjnie wykonane ze stali kwasoodpornej.

**Odp. Tak, Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w obudowę i komorę wykonaną ze stali nierdzewnej.**

**Pytanie 25, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia umożliwiała wykonanie cykli o działaniu sporobójczym przeciwko Clostridium Difficile, co byłoby potwierdzone certyfikatem niezależnej, akredytowanej jednostki badawczej?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 26, dot. pakietu nr 21**

Czy Zamawiający dopuści następujące rozmiary obuwia: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 27, dot. pakietu nr 21**

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne z Pakietu nr 21 nie będące wyrobem medycznym, a w związku z tym odstąpi od wymogu zgodności z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz złożenia oświadczenia w tym zakresie?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 28, dot. pakietu nr 12**

**Ad. pkt. 3**

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby wykonana ze stali nierdzewnej, komora mycia była bez spoin z nachyleniem sufitu tworząc razem z lejem odpływowym jeden głęboko tłoczony zbiornik ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby wykonana ze stali nierdzewnej komora mycia była bez spoin z nachyleniem sufitu tworząc razem z lejem odpływowym jeden głęboko tłoczony zbiornik.**





---

**Pytanie 29, dot. pakietu nr 12**

**Ad. pkt. 5**

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia paroszczelnego podczas całego cyklu pracy, wyposażonego w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie wsadu strumieniem powietrza z odprowadzaniem pozostałości pary i skroplin są do kanalizacji tak aby naczynia sanitarne poddawane temu procesowi były suche, bez widocznych skroplin i gotowe do ponownego użycia i nie następował wyciek pary i aerozoli po otwarciu drzwi komory po zakończonym cyklu pracy.

**Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia paroszczelnego podczas całego cyklu pracy, wyposażonego w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie wsadu strumieniem powietrza z odprowadzeniem pozostałości pary i skroplin do kanalizacji.**

**Pytanie 30, dot. pakietu nr 12**

**Ad. pkt.6**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora o budowie kompaktowej, nieznacznie różniącej się parametrami o szerokości 500mm, głębokości 450mm oraz wysokości 1730 mm z drzwiami komory otwieranymi uchylnie w dół, gwarantującymi załadunek na optymalnej, ergonomicznej wysokości.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni dezynfektora o szerokości 500 mm, głębokości 450 mm, oraz wysokości 1730 mm. z drzwiami otwieranymi w dół, gwarantującymi załadunek na optymalnej wysokości.**

**Pytanie 31, dot. pakietu nr 12**

**Ad.pkt.8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni-dezynfektora wykorzystującego do prawidłowego działania wyłącznie jeden preparat chemiczny, a zatem wyposażonego w jeden system dozowania z bieżącą kontrolą ilości środka w pojemniku?

Myjnie dezynfektory wykorzystujące wyłącznie jeden preparat zmiękczający wodę z powodzeniem od kilku już lat są użytkowane w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym w Wałbrzychu. Takie rozwiązanie zdecydowanie zmniejsza bieżące koszty eksploatacji myjni (zużywa się tylko jeden, relatywnie tani odkamieniacz,) mniejsze jest również zużycie wody (brak konieczności dodatkowego płukania po detergencie), a nie ma wpływu na bezpieczeństwo epidemiczne które zapewnia dezynfekcja termiczna z możliwością ustawienia na poziomie od A<sub>o</sub> 60 lub A<sub>o</sub>600 a nawet A<sub>o</sub> 3000.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni - dezynfektora wykorzystującego do prawidłowego działania wyłącznie jeden preparat chemiczny.**

**Pytanie 32, dot. pakietu nr 17 poz. 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 1 dopuści atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 60 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas



wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu o przekroju koła dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga zszywek wykonanych z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.**

**Pytanie 33, dot. pakietu nr 17 poz. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 2 dopuści ładunki tnąco-szyjące 60mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu o przekroju koła dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga zszywek wykonanych z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.**

**Pytanie 34, dot. pakietu nr 17 poz. 3**

Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 3 dopuści atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 80 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu o przekroju koła dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga zszywek wykonanych z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.**

**Pytanie 35, dot. pakietu nr 17 poz. 4**

Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 4 dopuści ładunki tnąco-szyjące 80 mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu o przekroju koła dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga zszywek wykonanych z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.**





**Pytanie 36, dot. pakietu nr 17 poz. 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 5 dopuści atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 100 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu o przekroju koła dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga zszywek wykonanych z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.**

**Pytanie 37, dot. pakietu nr 17 poz. 6**

Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 6 dopuści ładunki tnąco-szyjące 100 mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu o przekroju koła dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga zszywek wykonanych z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.**

**Pytanie 38, dot. pakietu nr 17 poz. 7**

Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 7 dopuści jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony, z łamanym kowadełkiem lub bez, rozmiar: 24mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm; w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. Zszywka o wysokości: 4.5 mm dla rozmiaru 24 mm, 4.8 mm dla rozmiaru 26 mm i 29 mm, 5.0 mm dla rozmiaru 32 mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga staplerów okrężnych jednorazowych zakrzywionych z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 21 mm, 25 mm, 28 mm, 31 mm, 33mm.**

**Pytanie 39, dot. pakietu nr 17 poz. 8**

Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 8 dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku 45 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm. Zszywki wykonane z drutu o przekroju okrągłym



dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga zszywek wykonanych z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.**

**Pytanie 40, dot. pakietu nr 17 poz. 9**

Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 9 dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku 60 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm. Zszywki wykonane z drutu o przekroju okrągłym dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga zszywek wykonanych z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.**

**Pytanie 41, dot. pakietu nr 17 poz. 10**

Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 10 dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku 90 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm. Zszywki wykonane z drutu o przekroju okrągłym dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga zszywek wykonanych z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.**


**Pytanie 42, dot. pakietu nr 17 poz. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 17 poz. 11 do odrębnego pakietu. Pozwoli to na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo przy zachowaniu wysokiej jakości produktów?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 17 pozycji 11 do odrębnego pakietu.**

**Pytanie 43, dot. pakietu nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 18 poz. 1 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 60 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Nowy nóż w każdym ładunku. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?



**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61 mm, załadowanego ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm)**

**Pytanie 44, dot. pakietu nr 18 poz. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 18 poz. 2 dopuści jednorazowy ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 60 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga ładunku do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61 mm do tkanki standardowej.**

**Pytanie 45, dot. pakietu nr 18 poz. 3**

Czy Zamawiający w pakiecie 18 poz. 3 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 80 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Nowy nóż w każdym ładunku. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga Jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowanego ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm).**


**Pytanie 46, dot. pakietu nr 18 poz. 4**

Czy Zamawiający w pakiecie 18 poz. 4 dopuści jednorazowy ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 80 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga ładunku do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81 mm do tkanki standardowej.**

**Pytanie 47, dot. pakietu nr 18 poz. 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 18 poz. 5 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem



3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Nowy nóż w każdym ładunku. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowanego ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. Zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm).**

#### **Pytanie 48, dot. pakietu nr 18 poz. 6**

Czy Zamawiający w pakiecie 18 poz. 6 dopuści jednorazowy ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

**Odp. Ta, Zamawiający dopuści.**


#### **Pytanie 49, dot. pakietu nr 18 poz. 7**

Czy Zamawiający w pakiecie 18 poz. 7 dopuści jednorazowy stapler liniowy, z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera ( otwarty, półzamknięty, zamknięty- zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia; odpalony) o rozmiarze z efektywną długością zespolenia: 30 mm, 45 mm, 60 mm, 90 mm w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. Regulowany docisk pozwalający na zespalanie tkanki standardowej (wys. zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 32, 46, 60 i 90 mm, załadowanego ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm).**

#### **Pytanie 50, dot. pakietu nr 18 poz. 8**

Czy Zamawiający w pakiecie 18 poz. 8 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego: 30mm, 45 mm, 60 mm, 90 mm. Ładunek zaopatrzony w dwa rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, pozwalający na zespolenie tkanki standardowej (wys. zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie



operacyjnej,  
z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylnej?  
**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga ładunku do jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 32, 46, 60 i 90 mm do tkanki standardowej.**

**Pytanie 51, dot. pakietu nr 18 poz. 9**


Czy Zamawiający w pakiecie 18 poz. 9 dopuści jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony, z łamanym kowadełkiem lub bez, rozmiar: 24mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm; w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. Zszywka o wysokości: 4.5 mm dla rozmiaru 24 mm, 4.8 mm dla rozmiaru 26 mm i 29 mm, 5.0 mm dla rozmiaru 32 mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem. Dodatkowo stapler 24 mm dostępny również w wersji przełykowej z otworem do zabezpieczenia szwem. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylnej?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga jednorazowego staplera okrężnego wygiętego z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,0 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 28 i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Staplery dostępne również w wersji dłuższej - endoskopowej, pokryte powłoką antyrefleksyjną. Dodatkowo stapler 25 mm dostępny również w wersji przełykowej z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem.**

**Pytanie 52, dot. pakietu nr 18 poz. 10**

Czy Zamawiający w pakiecie 18 poz. 10 dopuści jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony, z łamanym kowadełkiem lub bez, rozmiar: 29 mm, 32 mm; w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. Zszywka o wysokości: 4.8 mm dla rozmiaru 29 mm, 5.0 mm dla rozmiaru 32 mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylnej?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga jednorazowego staplera okrężnego prostego z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,0 mm. Rozmiary staplera: 28 i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Długość staplera max. 350 mm.**



**Pytanie 53, dot. pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 20 x 30 cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 54, dot. pakietu nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45 x 55 cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 55, dot. pakietu nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56 x 84 cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 56, dot. pakietu nr 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56 x 84 cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga folii w wymiarze 90 x 60 cm.**

**Pytanie 57, dot. pakietu nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści ręczniki celulozowe, pakowane 50 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga ręczników z włókniny w opakowaniach po 100 szt.**

**Pytanie 58, dot. pakietu nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga ręczników w rozmiarze 70 x 40 cm.**

**Pytanie 59, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach szer. 600mm x gł. 652mm x wys. 940mm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 60, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie otwierane było od góry? Rozwiązanie takie umożliwia załadunek na optymalnej wysokości jednocześnie umożliwiając wykorzystanie komory płuczki jako zlew do wylewania nieczystości (oferowane urządzenie posiada system splukiwania komory) oraz oszczędność miejsca nad urządzeniem w celu np. powieszenia wieszaków na naczynia.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**





---

**Pytanie 61, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności na jeden cykl: 1 baseny + 2 kaczki lub miska/wiadro? Czy Zamawiający opisując basen ma na myśli basen z pokrywą, jako integralną część basenu, która również powinna być poddana dezynfekcji, i na którą również powinien się znajdować stelaż?

**Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o podanej pojemności na jeden cykl, basen z pokrywą to integralna część basenu, na nią też powinien znajdować się stelaż.**

**Pytanie 62, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający wymaga aby komora myjki była jednoczęściowa, wykonana jako głęboko tłoczony monolit, bez spawów, w których mogłyby się gromadzić biofilmy i zanieczyszczenia. Rodzaj materiału z jakim myjka ma kontakt na co dzień (wydaliny ludzkie i drobnoustroje) po procesie nie może pozostawiać po sobie śladu (przede wszystkim w formie biofilmów) i jest to niezwykle istotne ze względów epidemiologicznych.

**Odp. Zamawiający wymaga aby komora myjki była jednoczęściowa, bez spawów.**

**Pytanie 63, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający wymaga aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób bezpieczny, tzn. trzymając go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby obracania i manipulacji, z automatycznym opróżnianiem w momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory? Baseny są naczyniami najbardziej krytycznymi jeśli chodzi o przenoszenie zakażeń i ważne jest aby personel miał z nimi jak najmniejszy kontakt mając na uwadze bezpieczeństwo personelu przed kontaminacją, jak również bezpieczeństwo epidemiologiczne. Jest to jeden z najważniejszych aspektów dla zachowania bezpieczeństwa procesu.

**Odp. Zamawiający wymaga aby załadunek odbył się w sposób bezpieczny - trzymając za rączkę, bez potrzeby obracania, z automatycznym opróżnianiem w momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory**

**Pytanie 64, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra, pojemniki na dobową zbiórkę moczu itp.?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 65, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający wymaga, aby wybór programu oraz zamykanie/otwieranie drzwi komory odbywało się za pomocą przycisków nożnych? Jest to parametr gwarantujący wygodę użytkownika.

**Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga.**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dr. Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



---

**Pytanie 66, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w obrotowy kosz umożliwiające automatyczne opróżnianie basenu? Jest to parametr gwarantujący wysoką jakość higieny oraz wygodę użytkownika.

**Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 67, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z suszeniem konwekcyjnym poprzez automatyczne uchylenie drzwi po procesie? Norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia z suszeniem konwekcyjnym poprzez automatyczne uchylenie drzwi po procesie.**

**Pytanie 68, dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pompę dozowania środka myjąco-zmiękczonego?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 69, dot. pakietu nr 25**

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 25 wyrazi zgodę na zaoferowanie noży jednorazowego użytku typu Dual Bevel o kalibracji 1,1mm, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga noży jednorazowego użytku typu Dual Bevel o kalibracji 1,2 mm.**

**Pytanie 70, dot. pakietu nr 2**


Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 80 x 60 cm, pakowane po 50 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga ręczników w rozmiarze 70 x 40 cm.**

**Pytanie 71, dot. pakietu nr 5 poz. 1-7**

Czy Zamawiający dopuści rękawy o długości 100 m, pakowane po 1 rolce, z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**



---

**Pytanie 72, dot. projektu umowy**

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odp. Terminy podane w umowie odnoszą się do dni kalendarzowych.**

**Pytanie 73, dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy na cito z 48 godzin do 72 godzin?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Pytanie 74, dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze pakietu?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Pytanie 75, dot. projektu umowy**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odp. Nie.**

**Pytanie 76, dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 9 pkt 3 umowy i dodanie słów: "po uprzednim wezwaniu wykonawcy"?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Pytanie 77, dot. projektu umowy**


Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Pytanie 78, dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



---

**Pytanie 79, dot. pakietu nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 50 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 80, dot. pakietu nr 3 poz. 2**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego Pakietu. Opisane wskaźniki oraz możliwość użyczenia autoczytnika posiada kilka firm, a obecna konstrukcja pakietu ogranicza konkurencyjność. Podział pakietu zapewni Zamawiającemu uzyskanie najkorzystniejszej cenowo oferty.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 3 pozycji 2 do odrębnego pakietu.**

**Pytanie 81, dot. pakietu nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 82, dot. pakietu nr 5 poz. 7**

Czy w miejsce rękawa o szerokości 42cm, Zamawiający dopuści rękaw 40cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Rękaw szerokości 40 cm jest minimalnie za wąski do zapakowania posiadanego przez Szpital asortymentu.**

**Pytanie 83, dot. pakietu nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 84, dot. pakietu nr 8 poz. 1 i 2**


Czy Zamawiający dopuści wkładki o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 85, dot. pakietu nr 8 poz. 1**

Czy w miejsce wkładki o wymiarach 25cmx25cm, Zamawiający dopuści wkładkę 25cm x 30cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**



**Pytanie 86, dot. pakietu nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wkładki w opakowaniu po 1000 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiedni przeliczona.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 87, dot. pakietu nr 8 poz. 2**

Czy w miejsce wkładki o wymiarach 48cmx25cm, Zamawiający dopuści wkładkę 50cm x 30cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 88, dot. pakietu 17 poz. nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej ręczki staplera tnąco-szyjący 60 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 89, dot. pakietu 17 poz. nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ładunku tnąco-szyjące 60mm, posiadające nóż w ładunku o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 90, dot. pakietu 17 poz. nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczki staplera tnąco-szyjącego 80 mm posiadający nóż w ładunku z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 91, dot. pakietu nr 17 poz. 5**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczki staplera tnąco-szyjącego 100 mm posiadającego nóż w ładunku z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 92, dot. pakietu nr 17 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **trzyrzędowego** jednorazowego staplera okrężnego zakrzywionego o średnicy 21 mm, 25 mm, 29 mm, 31 mm, 32 mm, z automatyczną regulacją docisku





zszywek; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczzonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance, zszywki o wys.4,5 mm przed zamknięciem; stapler o długości standardowej?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga staplerów okrężnych jednorazowych zakrzywionych z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 21 mm, 25 mm, 28 mm, 31 mm, 33 mm.**

**Pytanie 93, dot. pakietu nr 17 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rączki staplera liniowego jednorazowego użytku 45 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 94, dot. pakietu nr 17 poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rączki staplera liniowego jednorazowego użytku 60 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 95, dot. pakietu nr 17 poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rączki staplera liniowego jednorazowego użytku 90 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 96, dot. pakietu nr 17 poz. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzia jednorazowego użytku 67mm i 47 mm z niewchłaniałym, monofilamentowym szwem nylonowym 2-0 ?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga narzędzia jednorazowego użytku 65mm z niewchłaniałym monofilamentowym szwem nylonowym 2-0 lub narzędzia jednorazowego użytku 45mm z niewchłaniałym plecionym szwem poliestrowym 2-0.**

**Pytanie 97, dot. pakietu nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rączki jednorazowego staplera liniowego o dłuższej długości linii szwu 64 mm (dla zwiększenia bezpieczeństwa zespolenia), posiadającego nóż w ładunku dzięki czemu nóż jest za każdym cięciem jednakowo ostry (z systemem ochrony ostrza dla





SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dr. Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) i możliwością zamknięcia w pozycji pośredniej?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61 mm, załadowanego ładunkiem do tkanki standardowej.**

#### **Pytanie 98, dot. pakietu nr 18 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ładunku do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 64 mm z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 3,8mm przed zamknięciem (po zamknięciu 1,5 mm) dla standardowej tkanki i o wysokości 4,8mm przed zamknięciem (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm) dla grubej tkanki, ładunek z punktem pozycjonowania tkanki?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga ładunku do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm).**

#### **Pytanie 99, dot. pakietu nr 18 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rączki jednorazowego staplera liniowego o dłuższej długości linii szwu 84 mm (dla zwiększenia bezpieczeństwa zespolenia), posiadającego nóż w ładunku dzięki czemu nóż jest za każdym razem jednakowo ostry (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z możliwością zamknięcia w pozycji pośredniej?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowanego ładunkiem do tkanki standardowej**

#### **Pytanie 100, dot. pakietu nr 18 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ładunku do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 84 mm z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 3,8mm przed zamknięciem (po zamknięciu 1,5 mm) dla standardowej tkanki i o wysokości 4,8mm przed zamknięciem (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm) dla grubej tkanki, ładunek z punktem pozycjonowania tkanki?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga ładunku do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm).**

#### **Pytanie 101, dot. pakietu nr 18 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rączki jednorazowego staplera liniowego o dłuższej długości linii szwu 104 mm (dla zwiększenia bezpieczeństwa zespolenia), posiadającego nóż w ładunku dzięki czemu nóż jest za każdym razem jednakowo ostry (z systemem ochrony ostrza dla



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z możliwością zamknięcia w pozycji pośredniej?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowanego ładunkiem do tkanki standardowej.**

**Pytanie 102, dot. pakietu nr 18 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ładunku do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 104 mm z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 3,8mm przed zamknięciem (po zamknięciu 1,5 mm) dla standardowej tkanki i o wysokości 4,8mm przed zamknięciem (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm) dla grubej tkanki, ładunek z punktem pozycjonowania tkanki?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga ładunku do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm).**

**Pytanie 103, dot. pakietu nr 18 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ręczki jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30, 45, 60 i 90 mm, Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Jedna dźwignia 2 etapowa z funkcją zamykającą i spustową?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie ręczki jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30, 60 i 90 mm.**

**Pytanie 104, dot. pakietu nr 18 poz. 8**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ładunku do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30, 45, 60 i 90 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm)?

**Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ładunku do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30, 60 i 90 mm do tkanki standardowej.**

**Pytanie 105, dot. pakietu nr 18 poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jednorazowego staplera okrężnego wygiętego z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**



lub

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego staplera okrężnego wygiętego z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm. Z obrotowym ostrzem minimalizującym traumatyzację tkanki podczas cięcia. Rozmiary zewnętrzny kowadełka staplera: 21,5 (średnica wew. ostrza 13mm), 25,5 (średnica wew. ostrza 17mm), 29,5 (średnica wew. ostrza 20,5mm) i 33,5 (średnica wew. ostrza 24,5mm). Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Staplery dostępne również w wersji długiej – endoskopowej. Dodatkowo stapler 25,5 mm dostępny również w wersji przetykowej z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie ujął danego przedmiotu zamówienia w SIWZ.**

**Pytanie 106, dot. pakietu nr 18 poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego staplera okrężnego prostego z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm. Rozmiary zewnętrzny kowadełka staplera: 29,5 (średnica wew. ostrza 20,5mm) i 33,5 (średnica wew. ostrza 24,5mm). Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, Zamawiający wymaga zamknięcia zszywek w zakresie 1,0-2,0 mm, wymagany rozmiar 28 mm i 32 mm.**

**Pytanie 107, dotyczy pakietu 16, poz. 1**

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 16 Pozycja nr 1 są pakowane przez wytwórcę po 6 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?


**Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.**

**Pytanie 108, dotyczy pakietu 18, poz. 1, 3, 5, 7, 9, 10**

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 18 Pozycje nr 1, 3, 5, 7, 9, 10 są pakowane przez wytwórcę po 3 sztuki w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

**Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.**





**Pytanie 109, dotyczy pakietu 18, poz. 2, 4, 6, 8**

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 18 Pozycje nr 2, 4, 6, 8 są pakowane przez wytwórcę po 12 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

**Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.**

**Pytanie 110, dotyczy pakietu 18, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm oraz 60 mm załadowany ładunkiem w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wys. zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm, oraz załadowany ładunkiem w kolorze zielonym do tkanki grubej, o wys. zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 111, dotyczy pakietu 18, poz. 8**


Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek w kolorze niebieskim do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30 mm oraz 60 mm do tkanki standardowej. Wys. zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu oraz jednorazowy ładunek w kolorze zielonym do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30 mm oraz 60 mm do tkanki standardowej. Wys. zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 112, dotyczy pakietu 18, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe staplery okrężne, wygięte z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką oraz jednorazowe endoskopowe staplery okrężne, wygięte, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplerów: 21, 25, 29, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler uszczelniony, w kolorze czarnym.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści, gdyż tkanka zmieniona chorobowo może być różnej grubości.**



**Pytanie 113, dotyczy pakietu 18, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe staplery okrężne, wygięte z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 29, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Długość ramienia staplera 18 cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 114, dotyczy pakietu 3, 5, 16, 18**

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do żądania próbek w przypadku braku możliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie liczby sztuk próbek, których Zamawiający może zażądać w celu dokonania oceny przedmiotu zamówienia w pakietach 3, 5, 16, 18?

**Odp. W przypadku braku możliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiający będzie wymagał po 1 szt. próbek z każdej pozycji danego pakietu.**

**Pytanie 115, dotyczy pakietu nr 23 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza Implanty piersi anatomiczne teksturowane w zakresie pojemności 45-695 ml?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 116, dotyczy pakietu nr 23 poz. 2**


Czy zamawiający dopuszcza Implanty piersi anatomiczne pokryte medyczną pianką poliuretanową w zakresie pojemności 45-695 ml ?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 117, dotyczy pakietu nr 23 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuszcza gładkie Sizery śródoperacyjne do sterylizacji, kompatybilne kształtem z implantami w poz. 1 i 2., w wymiarach odpowiadających wymiarom implantów wg aktualnego katalogu producenta?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**



---

**Pytanie 118, dotyczy pakietu nr 23 poz. 4**

Czy zamawiający dopuszcza Ekspandery anatomiczne z wbudowaną zastawką o zakresie pojemności: 200-800 ml ?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 119, dotyczy pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 20x20cm o powierzchni całkowitej i 15x20cm powierzchni lepnej.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 120, dotyczy pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 15x28cm o powierzchni lepnej i 15x36,5cm powierzchni całkowitej.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga folii o wymiarze 20x20 cm.**

**Pytanie 121, dotyczy pakietu nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x40cm o powierzchni całkowitej i 34x40cm powierzchni lepnej.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga folii o wymiarze 45x50 cm.**

**Pytanie 122, dotyczy pakietu nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm o powierzchni lepnej i 45x63,5cm powierzchni całkowitej.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 123, dotyczy pakietu nr 1 poz. 3**


Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x80cm o powierzchni całkowitej i 60x60cm powierzchni lepnej.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 124, dotyczy pakietu nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56x80cm o powierzchni lepnej i 56x88,5 cm powierzchni całkowitej.





SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



---

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 125, dotyczy pakietu nr 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 80x80cm o powierzchni całkowitej i 70x80cm powierzchni lepnej.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga folii o wymiarze 90x60 cm.**

**Pytanie 126, dotyczy pakietu nr 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56x80cm o powierzchni lepnej i 56x88,5cm powierzchni całkowitej.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 127, dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści ręczniczki w rozmiarze 40x40cm pakowanych po 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga ręczników w rozmiarze 70 x 40 cm.**

**Pytanie 128, dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do oceny test w opakowaniach a'200szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości tj. 34 opakowania?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 129, dotyczy pakietu nr 8**


Czy Zamawiający dopuści do oceny wkładki o gramaturze 107g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 130, do SIWZ pkt. XVI**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w zakresie kryterium termin dostawy minimalny termin wynosi od 2 do 3 dni roboczych.

**Odp. Minimalny termin dostawy wynosi od 2 do 3 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku.**



---

**Pytanie 131, dot. pakietu nr 2, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny ręczników pakowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1440 opakowań. Produkt niezarejestrowany jako wyrób medyczny podlegający stawce podatku VAT wysokości 23 %.

**Odp. Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.**

**Pytanie 132, dot. SIWZ – IV. Wymagania od Wykonawców (pakiet nr 2)**

W celu spełnienia wymogu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej czy Zamawiający uzna za spełnienie w zakresie wykonania dostaw przedstawienie przez Wykonawcę dwóch dostaw z czego jedna na kwotę przeszło 16 126,78 zł brutto druga na kwotę przeszło 56 336,19 zł brutto w zakresie materiałów opatrunkowych i obłożeń ( serwety operacyjne).

**Odp. Tak, Zamawiający uzna.**

**Pytanie 133, dot. SIWZ – IV. Wymagania od Wykonawców (pakiet nr 2)**

W celu spełnienia wymogu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej czy Zamawiający uzna za spełnienie w zakresie wykonania dostaw przedstawienie przez Wykonawcę dwóch dostaw z czego jedna na kwotę przeszło 47 034,00 zł brutto w zakresie jednorazowych obłożeń szpitalnych i jednorazowej bielizny aptecznej druga na kwotę przeszło 83 692, 50 zł brutto w zakresie odzieży jednorazowego użytku i podkładów.

**Odp. Tak, Zamawiający uzna.**


**Pytanie 134, dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rękawy do sterylizacji plazmowej o następujących wymiarach:

- 1) 7,5x100mb
- 2) 10cm x100mb
- 3) 15 cm x100mb
- 4) 20 cm x100mb
- 5) 25 cm x100mb
- 6) 30 lub 38 cm x100
- 7) 38 lub 50 cm x 100 mb

**Odp. Zamawiający dla niżej wymienionych wymiarów:**

- 1) 7,5x100mb – **wyraża zgodę**
- 2) 10cm x100mb - **wyraża zgodę**
- 3) 15 cm x100mb - **wyraża zgodę**
- 4) 20 cm x100mb - **wyraża zgodę**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
**im. dra Alfreda Sokołowskiego**  
w Wałbrzychu



- 
- 5) 25 cm x100mb - **wyraża zgodę**
  - 6) 30 lub 38 cm x100 mb - **wyraża zgodę tylko na wymiar 38 cm x 100 mb**
  - 7) 38 lub 50 cm x 100 mb - **wyraża zgodę tylko na wymiar 50 cm x 100 mb**

Sporządziła: Małgorzata Słomiana  
nr tel.: 74/6489700



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742