



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



SO 9001



Wałbrzych, dnia 20.05.2020r.

DZPZ-530-Zp/20/PN-19/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawa: Osłona na mikroskop, Implanty piersiowe, Testy do sterylizacji parowej, Trokary i implanty do przepuklin okołostomijnych, Zaciski tytanowe i resorbowalne do mocowania płatów kostnych czaszki, Rury do respiratora, Soczewki silikonowo-hydrożelowe, Czujnik jednorazowy do pomiaru Sat. O2 w technologii Masimo, Jednorazowy układ oddechowy dla noworodków, Set pediatryczny do przetaczania krwi” - Zp/20/PN-19/20

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 3

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji 2 i 3 jako oddzielne pakiety / oddzielny pakiet? Wydzielenie tych pozycji jako odrębne pakiety pozwoli na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Dotyczy poz. 2. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wskaźnika klasy 5 z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,0 - 3,0 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 7

Czy zamawiający dopuści soczewki opatrunkowe bez mocy optycznej (0.00)? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 7

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga zaoferowania 100 opakowań czy sztuk soczewek? W opisie przedmiotu zamówienia soczewki są w opakowaniach składających się z 6 sztuk.

Odp.: Zamawiający wymaga 100 opakowań po 6 sztuk.

Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 7

Czy zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu, gdy wykonawca wykaże się co najmniej dwoma dostawami, na kwoty określone w wymaganiach SIWZ, których przedmiotem będzie dostawa m. in. sprzętu, narzędzi, soczewek wewnątrzgałkowych, roztworów i barwników okulistycznych?

Odp.: Zamawiający uzna.

Pytanie 6. Dotyczy Pakietu nr 9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 9 „Jednorazowy układ oddechowy do wspomagania oddechu u noworodków, współpracujący z respiratorem MAQUET, wraz z asortymentem do nCPAP” pozycji nr 1 i dopuszczenie układów o niżej podanych parametrach:

Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny pojedynczo podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną o



długości 160 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm. Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający zredukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu. Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie. Układ zawierający 2 odcinki o dł. 60 cm łączące respirator z komorą nawilżającą 1. 22/22 mm. 2. 22/15 mm.

W zestawie komplet adapterów umożliwiających podłączenie układu do różnych typów respiratorów, oraz adaptory umożliwiające podłączenie urządzenia do podaży tlenu azotu. Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Dodatkowo w komorze pływający indykator poziomu wody. Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu. Możliwość stosowania układu 7 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP, BPA.

Odp.: Zamawiający odrzuca możliwość wydzielenia z Pakietu nr 9 pozycji nr 1- jednorazowego układu do wspomagania oddechu u noworodków i tym samym nie dopuszcza układów o przedstawionych parametrach

Pytanie 6. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 1 z pakietu nr 5?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.


Pytanie 7. Dotyczy Pakietu nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Czujnika jednopacjentowego, sterylne, nie zawierającego lateksu, bez DEHP, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg, w kształcie „L”, dł. kabla min. 90cm (bez wtyczki i plastra), posiadający w integralnym opakowaniu sześć naklejek do mocowania czujnika w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, sensor w technologii OxiMAX - tożsamość z Oximax potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem oryginalnego wytwórcy technologii Oximax (certyfikat / oświadczenie dołączyć do oferty), kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność (%SpO₂) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO₂ potwierdzona w dokumentach rejestracyjnych lub w instrukcji obsługi zaoferowanych czujników – wymagane dołączenie do oferty. Na czas trwania umowy Zamawiający zostanie wyposażony (bez ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu) w odpowiednie pulsoksymetry w technologii Nellcor kompatybilne z wyżej opisanymi czujnikami. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o określenie liczby niezbędnych pulsoksymetrów.

Odp.: Zamawiający odrzuca możliwość wyposażenia Oddziału w odpowiednie pulsoksymetry kompatybilne z proponowanymi czujnikami. Specyfikacja czujnika jednorazowego SpO₂ podana przez Zamawiającego odpowiada dodatkowym urządzeniom będącym na wyposażeniu Oddziału Neonatologii (Kabel RD SET Neo).

Pytanie 8. Dotyczy Pakietu nr 9

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr 6 z Pakietu 9 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Wydzielenie wyżej wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo – cenowa w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie pozycji nr 6 w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pozycja nr 6 opisuje dokładnie asortyment oferowany przez konkretnego dostawcę, ograniczając znacznej



większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art.17 ust.1 pkt.1 i 5b) ustawy z dnia 17.12.2004r.

Odp.: Z uwagi na to, że pytania nie mają charakteru pytań o wyjaśnienie SIWZ ale zawierają sugestie i wnioski, zgodnie z art. 38 Ustawa Pzp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Ustawa nie przewiduje zmian treści SIWZ na podstawie wniosków i sugestii Wykonawców.

Pytanie 9. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zacisków ze stopu tytanu, do mocowania płyta kostnego czaszki po kraniotomii, na ryflowanym trzpieniu o rozmiarze 11mm, 16mm i 20 mm z ząbkami, pakowanych sterylnie pojedynczo w opakowaniach zbiorczych 11 mm po 12 szt., 16 mm i 20 mm po 6 szt., wykonanych ze stopu tytanu, zakładane za pomocą jednego dynamometrycznego aplikatora, odcięcie trzpienia następuje po zastosowaniu dodatkowego narzędzia?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zaciski tytanowe o gładkim trzpieniu o rozmiarze 11mm, 13mm, 18 mm, 22 mm z ząbkami lub bez pakowane sterylnie.

Pytanie 10. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane zaciski posiadały ryflowany trzpień co uniemożliwi samoczynne opadanie górnego talerzyka przed implantacją?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje zaciski resorbowalne a nie zaciski które posiadały by ryflowany trzpień.

Pytanie 11. Dotyczy Pakietu nr 8


Czy w związku z tym, że na rynku pojawiają się firmy podszywające pod dystrybutorów czujników Masimo oraz oferujące zamienniki czujników Masimo, Zamawiający będzie wymagał produktów oryginalnych, zatwierdzonych przez producenta firmę Masimo (oferowane przez kilku autoryzowanych dystrybutorów w Polsce) oraz stosownego oświadczenia producenta o kompatybilności produktu i autoryzowanym dystrybutorze i serwisie na terenie Polski?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga oświadczenia producenta o kompatybilności produktu i autoryzowanym dystrybutorze i serwisie na terenie Polski.

Pytanie 12. Dotyczy wzoru umowy 3b.Pakietu nr 8

1. W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC. W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnosięwiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania



łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odp.: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

Uzasadnienie: **Kwestie związane ze zmianą przepisów są regulowane odrębnymi przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzeniami Rady Ministrów i poszczególnych Ministrów. W związku z powyższym Zamawiający nie będzie wprowadzać do umów zaproponowanych zapisów, gdyż sprawy związane z COVID 19 są regulowane odrębnymi przepisami i mają one zastosowanie jeśli zaistnieją przesłanki do ich stosowania. Zatem Zamawiający nie przewiduje z automatu przeszkód w realizacji zamówienia, tylko będą one musiały być wykazane.**

2. Dotyczy §2 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: *„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”.*

Odp.: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

3. Dotyczy §6 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: *„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.”*

Odp.: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

4. Dotyczy §8 ust. 1 a)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: *„0,5 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru”*

Odp.: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

5. Dotyczy §9 ust. 3

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: *„W przypadku rażącego i uporczywego nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”.*

Odp.: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

Pytanie 13. Dotyczy pakietu nr 4.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 4 pozycji 8 oraz 9. Wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu pozwoli na złożenie oferty większej ilości Wykonawcom, a co za tym idzie uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej cenowo.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 14. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1.



Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycja 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy trokar optyczny 11mm ze ściętą kaniulą, zewnętrznie żebrowaną (kształt odwróconej choinki), transparentną, standardową o dł. 100 mm, dwustopniowy zawór dwustopniowy zawór umożliwiający insuflację i desuflację, zdejmowalną uszczelkę, wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli, grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka, posiada możliwość odwracalnego odłączenia portu od kaniuli, konstrukcja dwóch uszczelk pozwala na stosowanie narzędzi 5mm-11mm bez ryzyka utraty odmy bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji. Może zostać wprowadzony jako pierwszy trokar (pod kontrolą optyki), 1 op. = 6 szt. ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 2.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycja 2 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy trokar optyczny 12mm ze ściętą kaniulą, zewnętrznie żebrowaną (kształt odwróconej choinki), transparentną, standardową o dł. 100 mm, dwustopniowy zawór dwustopniowy zawór umożliwiający insuflację i desuflację, zdejmowalną uszczelkę, wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli, grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka, posiada możliwość odwracalnego odłączenia portu od kaniuli, konstrukcja dwóch uszczelk pozwala na stosowanie narzędzi 4,7mm-12,7mm bez ryzyka utraty odmy bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji. Może zostać wprowadzony jako pierwszy trokar (pod kontrolą optyki), 1 op. = 6 szt. ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 2.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycja 2 będzie wymagał trokar umożliwiający stosowanie endostaplerów o tzw. trzonie „oversize 12mm” (do 12,7mm) ?

Odp.: Zamawiający wymaga.

Pytanie 17. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 3.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycja 3 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy trokar optyczny 15mm ze ściętą kaniulą, zewnętrznie żebrowaną (kształt odwróconej choinki), transparentną, standardową o dł. 100 mm, dwustopniowy zawór dwustopniowy zawór umożliwiający insuflację i desuflację, zdejmowalną uszczelkę, wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli, grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka, posiada możliwość odwracalnego odłączenia portu od kaniuli, konstrukcja dwóch uszczelk pozwala na stosowanie narzędzi 5mm-15mm bez ryzyka utraty odmy bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji. Może zostać wprowadzony jako pierwszy trokar (pod kontrolą optyki), 1 op. = 6 szt. ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.