



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 12.05.2020r.

DZPZ-530-Zp/21/PN-20/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Świadczenie usług serwisowych aparatury i sprzętu medycznego będących na stanie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na okres 36 miesięcy”- Zp/21/PN-20/20.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2, dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Zamawiający zaleca, ale nie wymaga.

Pytanie 3, dot. umowy: § 3 punkt 4.2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z urzędzenia zastępczego dla pakietu 14?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 4, dot. umowy: § 4 punkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakturowanie 1,00 zł netto za km, bądź na doliczenie czasu pracy, który serwisant spędzi w pojeździe, co wyniesie 6h (dwie strony dojazdu) * 240 zł/netto (roboczogodzina)= 1 440,00 zł/netto

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 5, dot. parametrów technicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie ewentualnych napraw urządzeń zgrzewających w siedzibie Wykonawcy, które zostaną odebrane i dostarczone zwrótnie za pomocą ubezpieczonej przesyłki kurierskiej?



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Spowoduje do znaczne obniżenie kosztów ewentualnych napraw (brak kosztów dojazdu).

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6, dot. pakietu 6 - Respiratory

Czy w związku z umową na 36 m-cy Zamawiający w respiratorach NPB 840 podczas procedury przeglądu będzie wymagał wymiany (wg procedur producenta):

- czujnik tlenu – obowiązkowo co 12 miesięcy?
- kit serwisowy 10K – co 10 tys. przepracowanych godzin?
- kpl akumulatorów – co 24 m-ce lub wg zużycia?

Odp. Przegląd techniczny respiratorów powinien uwzględniać wszelkie czynności określone w instrukcji obsługi urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta, który to również określa częstotliwość przeglądów technicznych oraz przedstawia zestawienie czynności serwisowych.

Pytanie 7, dot. pakietu 6 - Respiratory

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców uprawnienia z zakresu eksploatacji i pomiarów urządzeń elektrycznych – świadectwo kwalifikacji „D” i „E” do wykonania testów bezpieczeństwa respiratorów?

Odp. Zamawiający wymaga by osoby dokonujące czynności serwisowych urządzeń medycznych posiadały uprawnienia do ich serwisowania.

Pytanie 8, dot. pakietu 6 - Respiratory

Jaki harmonogram przeglądów mają respiratory NPB7200 / 840? Czy przeglądy są w jednym terminie?

Przeglądy respiratorów NBP 7200/840 odbywają się w tym samym terminie według harmonogramu przeglądów technicznych.

Pytanie 9

Czy przez zapis w rozdziale I. Przedmiot zamówienia: „Świadectwo autoryzacji zgodne z deklaracją producenta” Zamawiający wymaga Certyfikatów szkoleń wystawionych przez producenta aparatury? Wnosimy o zmianę zapisu ponieważ ustawa nie nakłada obowiązku posiadania autoryzacji do wykonywania przeglądów i napraw aparatury medycznej, a zapis powyższy ogranicza konkurencyjność w składaniu ofert.

Odp. Zamawiający przyjmuje świadectwa autoryzacji zgodne z deklaracją producenta, ale dopuszcza również inne certyfikaty i świadectwa potwierdzające uprawnienia do napraw i serwisu urządzeń medycznych.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 10

Nasi Inżynierowie są szkoleni w USA w specjalistycznej placówce serwisowej i posiadają certyfikaty szkoleń, które są akceptowane przez Szpitale przy postępowaniach przetargowych.

Przeglądy dokonywane są certyfikowaną aparaturą pomiarową, zgodnie z procedurą producenta. Posiadamy dostęp do części, dokumentów serwisowych i doświadczenie w wykonywaniu przeglądów i napraw respiratorów.

Czy Zamawiający zaakceptuje Certyfikaty szkoleń, które posiada nasz Inżynier?

Odp. Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie z uwagi na to, iż nie wie co zawierają certyfikaty i czego dotyczą.

Pytanie 11

Zamawiający w „Ocenie ofert” / „Termin gwarancji na wymienione części” jako kryteria przyjął stopniowany Termin gwarancji. Najwyżej punktowany na wymianę części jest termin powyżej 24 m-cy.

Wnioskujemy o zmianę tych kryteriów ponieważ producenci dają swoją gwarancję na części standardowo na 12 m-cy (np. czujnik tlenu) z wyjątkiem akumulatorów na 24 m-ce.

Oferenci nie mogą dawać gwarancji większej niż producent ponieważ taka jest zakładana żywotność wymienianych części.

Czy Zamawiający zmieni kryterium na np. „Termin gwarancji wykonanej usługi na wymienione części”?

Odp. Nie, Zamawiający nie zmieni zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących kryterium oceny ofert.

Pytanie 12 dot. przeglądu defibrylatorów

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów w siedzibie Wykonawcy? (wysyłka sprzętu kurierem)

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza z ubezpieczoną przesyłką.

Pytanie 13 dot. przeglądu defibrylatorów

Prosimy o przedstawienie planowanego harmonogramu przeglądów w celu oszacowania niezbędnych kosztów.

Odp. Przegląd jest dokonywany raz do roku. Harmonogram zostanie przekazany po zawarciu umowy.

Pytanie 14 dot. pakietu nr 19

W ramach realizacji zamówienia mają być wykonywane prace polegające na utrzymaniu w pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej aparatury i sprzętu medycznego w tym diagnozy i naprawy wraz z wymianą uszkodzonych części - uprzejmie prosimy o informację czy koszt zakupu uszkodzonych części zamiennych leży po stronie Wykonawcy czy Szpitala?

Odp. Koszt zakupu uszkodzonych części zamiennych leży po stronie Wykonawcy po przedstawieniu wstępnej kalkulacji kosztów.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 15

W wzorze umowy zawarto zapis definicji naprawy który zawiera informację o wymianie nie tylko uszkodzonych ale także zużytych części. Czy w związku z tym zapisem części podlegające naturalnemu zużyciu powinny być także wymieniane z częstotliwością określoną przez producenta urządzenia czy aparatu? Czy koszt wymiany zużytych części powinien być brany pod uwagę po stronie potencjalnego Wykonawcy czy Szpitala.

Odp. Tak, części podlegające naturalnemu zużyciu powinny być także wymieniane z częstotliwością określoną przez producenta urządzenia czy aparatu. Koszt wymiany zużytych leży po stronie potencjalnego Wykonawcy po przedstawieniu wstępnej kalkulacji kosztów.

Pytanie 16

W treści umowy paragraf 3 punkt 8.1 Zamawiający wymaga przestawienia kosztorysu naprawy do akceptacji jednocześnie żądając na czas naprawy liczony od 5 dnia od zgłoszenia urządzenia lub aparatu zastępczego. Czy w związku z tym Zamawiający może określić jak długo trwać będzie akceptacja przez Zamawiającego kosztorysu naprawy? Co Zamawiający przewiduje w sytuacji kiedy kosztorys nie będzie przez niego zaakceptowany? Czy w tej sytuacji Wykonawca ma dalej zapewniać w ramach umowy urządzenie zastępcze? Na jak długo ma takie urządzenie zapewnić? Prosimy w wyjaśnienie tych niejasności?

Odp. Akceptacja kosztorysu naprawy (lub niezaakceptowanie) trwa niezwłocznie. W przypadku braku ekonomicznego uzasadnienia Zamawiający odstępuje od naprawy. Wykonawca ma dalej zapewnić w ramach umowy urządzenie zastępcze na czas naprawy.

Pytanie 17

We wzorze umowy paragraf 4 punkt 5 Zamawiający określił sposób wystawiania faktur na koniec „każdego” miesiąca – czy oznacza to na koniec miesiąca w którym dokonana była naprawa lub przegląd?

Odp. Tak.

Pytanie 18

We wzorze umowy paragraf 7 punkt 1.1 określono kary za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy po akceptacji Zamawiającego - jaki zatem jest czas przystąpienia do naprawy po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego do którego nie będą naliczane kary umowne? Uzasadnienie: w umowie określono czas naprawy jako 5 dni kalendarzowych od chwili podjęcia naprawy (a podjęcie naprawy maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia) Naprawa powinna być wykonana każdorazowo po pisemnej akceptacji kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę oraz ekspertyzy technicznej dokonanej przez Zamawiającego. Termin uzyskania akceptacji kosztorysu naprawy przez Zamawiającego nie jest w umowie określony. W związku z tym nie można określić ile czasu faktycznie na naprawę ma wykonawca bez naliczania kar umownych.

Odp. Przystąpienie do wykonania przedmiotu umowy winno nastąpić po akceptacji kosztorysu.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokolowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 19

Czy brak płatności za wykonane usługi w określonym przez zamawiającego (>90) dni może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego oraz czy brak zapłaty jako taki może stanowić powód do wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę bez ponoszenia jakichkolwiek kar umownych?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 20

Ponieważ odstąpienie od umowy nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy prosimy o ew. weryfikację wzoru umowy w zakresie paragrafów 5 i 7.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 21

Prosimy o weryfikację czy rozwiązanie umowy przez Zamawiającego poprzez wypowiedzenie powoduje skutek prawny związany z zapłatą na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 50x roboczogodziny (paragraf 7 punkt 2).

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 22 dot. SIWZ, pkt. I dla pakietu 5 i 8

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że czynności regulacji, kalibracji i wzorcowania obejmują aktualizację software. Wskazujemy, że dostęp do programu serwisowego i aktualizacji oprogramowania jest niezbędny do regulacji, kalibracji i wzorcowania stanowiących elementy ważnego przeglądu technicznego.

Odp. Odnosnie pakietu 5 – Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, odnośnie pakietu 8 – Zamawiający wymaga.

Pytanie 23 dot. SIWZ, Załącznik 1 pakiet 9

Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie pozycji 9-13 do osobnego pakietu lub włączenie do pakietu nr 8 gdzie znajdują się urządzenia, z którymi tworzą zestawy do znieczulania. Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 9-13 do osobnego pakietu lub włączenia do pakietu nr 8.

Pytanie 24 dot. pakietu nr 13. Urządzenia Sterylizacyjne - Myjnie - dezynfektory, Sterylizatory parowe.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego
ul. Alfreda Sokolowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 13 pozycji

2. Myjnia-dezynfektor PG 8528, nr seryjny 074370899, 2013, MIELE
3. Myjnia-dezynfektor PG 8528, nr seryjny 074370900, 2013, MIELE
4. Myjnia-dezynfektor PG 8825, nr seryjny 074370901, 2013, MIELE
5. Myjnia-dezynfektor PG 8828, nr seryjny 126460013, 2013, MIELE

do oddzielnego pakietu. Umożliwi to naszej firmie złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty oraz poszerzy krąg potencjalnych wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 2-5 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 25 w odniesieniu do wzoru umowy paragraf 3, pkt 12

W przypadku niewywiązywania się z umowy zasadnym wydaje się w pierwszej kolejności wezwanie Wykonawcy do wykonania czynności a dopiero po bezskutecznym upływie terminu zastosowanie wykonania zastępczego. Takie postanowienie może prowadzić do powstania nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego i narusza równowagę stron. Proponujemy zmianę:

„W takim wypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do ponownej naprawy wyznaczając mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie terminu wykonaniu usługi Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie koniecznych prac innemu podmiotowi.” Dodatkowo, w celu właściwej kalkulacji ryzyka umownego i uniknięcia nadmiernego karania Wykonawcy, umowa powinna przewidywać maksymalny pułap ceny usługi zastępczej *„Koszt roboczogodziny wykonania zastępczego nie może przekraczać 120% kosztu roboczogodziny wskazanej w par. 4 ust. 1.”*

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 26 w odniesieniu do wzoru umowy paragraf 3, pkt 13

Z uwagi na brak definicji dni roboczych proponujemy doprecyzowanie: *„przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy”.*

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 27 w odniesieniu do wzoru umowy paragraf 5, pkt 3

Odstąpienie jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron wykonujących kontrakt w dobrej wierze, zwłaszcza, że naruszenia umowy i tak wiążą się z nałożeniem kary umownej. Proponujemy, aby w przypadku nieterminowego wykonania usługi przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Dzięki takiemu



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. Dodatkowo, w celu zachowania równości stron i pewności prawnej proponujemy dodanie terminu, w którym zamawiający może wypowiedzieć umowę od powzięcia informacji. Proponujemy zatem dodanie zapisu: *„W przypadku nieterminowego przystąpienia do wykonania usługi oraz nie przestrzeganie terminów o których mowa w § 3 umowy, odstąpienie powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni. W tym wypadku Zamawiający może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaistnieniu tej przesłanki.”*

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 28 w odniesieniu do wzoru umowy paragraf 6

Brzmienie postanowienia nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowane została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. W związku z tym, prosimy o rozważenie dodania postanowienia, precyzującego w/w okoliczności, który odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy:
„Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;*
- b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;*
- c. jakiegokolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w tym przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;*
- d. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.);*
- e. normalnego zużycia rzeczy.”*

Dodatkowo termin 3 dni może okazać się nierealny w przypadku konieczności wykorzystania części zamiennych. Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie *„chyba że naprawa wymaga użycia części zamiennych wówczas Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o terminie dostępności części i przystąpi do naprawy w terminie 3 dni po ich otrzymaniu”*.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 29 w odniesieniu do wzoru umowy paragraf 7, pkt 1.2 i 2

Wskazujemy, iż wskazana wysokość kary w pkt. 2 jest rażąco wygórowana, istotnie odbiegającymi od standardowo stosowanych na rynku kar w przypadku zwłoki, a zatem może prowadzić do nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary do poziomu 10%?



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 30 w odniesieniu do wzoru umowy - dodanie zapisów o sile wyższej:

Z uwagi na brak precyzyjnych rozwiązań dotyczących siły wyższej, proponujemy zawarcie precyzyjnych ustaleń. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu:

„1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 31 Dotyczy: przedmiotu postępowania

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie harmonogramu przeglądów urządzeń będących przedmiotem postępowania.

Odp. Przeglądy techniczne odbywają się co 12 miesięcy odnośnie pakietów 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14,15,16,17,18,19. Odnośnie pakietów 8,9,13, co 6 miesięcy według harmonogramu przeglądów technicznych.

Pytanie 32 dot. pakietu 1

Zgodnie z zapisami SIWZ świadczenie usług musi być realizowane zgodnie z wymogami producenta określonymi w instrukcji używania, obowiązującymi normami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów defibrylatorów wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odp. Przegląd techniczny defibrylatorów powinien uwzględniać wszelkie czynności określone w instrukcji obsługi urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, który to również przedstawia zestawienie czynności serwisowych. Ewentualna wymiana zużytych akumulatorów nastąpi po akceptacji technicznej przez Zamawiającego. Zgodnie ze stanem zużycia.

Pytanie 33 dot. pakietu 2,3,4,5

Zgodnie z zapisami SIWZ świadczenie usług musi być realizowane zgodnie z wymogami producenta określonymi w instrukcji używania, obowiązującymi normami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów kardiomonitorów wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których kardiomonitorów Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odp. Przegląd techniczny kardiomonitorów powinien uwzględniać wszelkie czynności określone w instrukcji obsługi urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, który to również przedstawia zestawienie czynności serwisowych. Ewentualna wymiana zużytych akumulatorów nastąpi po akceptacji technicznej przez Zamawiającego. Zgodnie ze stanem zużycia.

Pytanie 34 dotyczy Pakietu 6, poz. 1

Zgodnie z zapisami SIWZ świadczenie usług musi być realizowane zgodnie z wymogami producenta określonymi w instrukcji używania, obowiązującymi normami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 7200 wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych:

- 10K PM KIT

Odpowiednio po 10.000 godzin

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 7200 co 10.000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:

- Bateria podtrzymania pamięci



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego
ul. Alfreda Sokółowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat ilości przepracowanych godzin ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Covidien Puritan Bennett 7200 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować ilości przepracowanych godzin ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odp. Przegląd techniczny respiratorów powinien uwzględniać wszelkie czynności określone w instrukcji obsługi urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, który to również przedstawia zestawienie czynności serwisowych. Ewentualna wymiana zestawów serwisowych nastąpi po akceptacji technicznej przez Zamawiającego. Zgodnie ze stanem zużycia.

Pytanie 35 dotyczy pakietu 6, poz. 2-8

Zgodnie z zapisami SIWZ świadczenie usług musi być realizowane zgodnie z wymogami producenta określonymi w instrukcji używania, obowiązującymi normami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 840 wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych:

- 10K PM KIT FOR THE 10.4 [Zestaw serwisowy Puritan Bennett 840 10K]

- 15K PM KIT FOR COMPRESSOR 806 [Zestaw serwisowy kompresora 230V] (jeżeli urządzenie posiada kompresor)

Odpowiednio po 10 tysiącach i 15 tysiącach godzin

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 840 co 12 miesięcy lub ze względu na określony stopień zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 840 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Pakiet akumulatorów

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Covidien Puritan Bennett 840 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odp. Przegląd techniczny respiratorów powinien uwzględniać wszelkie czynności określone w instrukcji obsługi urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, który to również przedstawia zestawienie czynności serwisowych. Ewentualna wymiana zestawów serwisowych nastąpi po akceptacji technicznej przez Zamawiającego. Zgodnie ze stanem zużycia.

Pytanie 36 dotyczy pakietu 8, poz. 1-3

Zgodnie z zapisami SIWZ świadczenie usług musi być realizowane zgodnie z wymogami producenta określonymi w instrukcji używania, obowiązującymi normami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego Dräger Fabius Tiro co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Płatek ceramiczny

- Membrana zastawki wydechowej



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego
ul. Alfreda Sokółowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



- Uszczelka
- Filtr bakteryjny
- Uszczelka gniazda parownika

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego Drager Fabius Tiro co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Uszczelki
- Membrany
- Płytki ceramiczne
- Podkładka uszczelniająca

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego Drager Fabius Tiro co 36 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Uszczelka 105 x 4
- Bateria 3V
- Akumulator
- Membrana tłoka

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego Drager Fabius Tiro wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Czujnik przepływu Spirolog
- Czujnik tlenu

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania ogólnego Drager Fabius Tiro Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części i stopnia zużycia prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odp. Przegląd techniczny aparatów do znieczulenia powinien uwzględniać wszelkie czynności określone w instrukcji obsługi urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, który to również przedstawia zestawienie czynności serwisowych. Ewentualna wymiana zestawów serwisowych nastąpi po akceptacji technicznej przez Zamawiającego. Zgodnie ze stanem zużycia.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie nr 37 dotyczy pakietu 8, poz. 4-8

Zgodnie z zapisami SIWZ, świadczenie usług musi być realizowane zgodnie z wymogami producenta określonymi w instrukcji używania, obowiązującymi normami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Primus/Pimus IE wymagana jest wymiana zestawów:

- Roczny zestaw PRIMUS [PRIMUS SERVSET 1 YEAR]
 - Dwuletni zestaw PRIMUS [PRIMUS KIT 2 YEARS]
 - Trzyletni zestaw PRIMUS [PRIMUS SERVSET 3 YEAR]
 - Sześcioletni zestaw PRIMUS [PRIMUS SERVSET (6 Y)]
- Odpowiednio po 1,2,3 i 6 latach

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania Primus/Primus IE Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odp. Przegląd techniczny aparatów do znieczulania powinien uwzględniać wszelkie czynności określone w instrukcji obsługi urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, który to również przedstawia zestawienie czynności serwisowych. Ewentualna wymiana zestawów serwisowych nastąpi po akceptacji technicznej przez Zamawiającego. Zgodnie ze stanem zużycia.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 38 dotyczy pakietu 10,11,12

Zgodnie z zapisami SIWZ świadczenie usług musi być realizowane zgodnie z wymogami producenta określonymi w instrukcji używania, obowiązującymi normami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów pomp infuzyjnych wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których pomp infuzyjnych Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odp. Przegląd techniczny pomp infuzyjnych powinien uwzględniać wszelkie czynności określone w instrukcji obsługi urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, który to również przedstawia zestawienie czynności serwisowych. Ewentualna wymiana akumulatorów nastąpi po akceptacji technicznej przez Zamawiającego. Zgodnie ze stanem zużycia.

Pytanie 39 dotyczy Rozdziału XII SIWZ

Czy w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniem GIS do przejścia przez pracowników na pracę zdalną, Zamawiający rozważy dopuszczenie elektronicznej formy złożenia oferty?

Ustawa PZP wskazuje jedynie obowiązek prowadzenia postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej w przypadku postępowań powyżej progów unijnych. Nigdzie natomiast



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

nie ma wskazania do zaniechania tej procedury w przypadku postępowań, które tych progów nie przekraczają.

Mając na uwadze wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego oraz w związku ze zmianą organizacji pracy w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 zarówno po stronie wykonawców jak i Zamawiającego oraz występujące trudności dot. dostarczania przesyłek kurierskich prosimy o dopuszczenie elektronicznej formy złożenia oferty.

Odp. Zamawiający nie zmienia warunków SIWZ i nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej.

Pytanie nr 40

w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13.03.2020r., Dz. U. 2020, poz. 433 z późn. zm.) Stryker, zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia - na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego - racjonalizacji procedur zamówień publicznych poprzez przeprowadzenie wyżej wymienionego postępowania o zamówienie publiczne w formie elektronicznej.

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronach UZP:

<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>

Odp. W prowadzonym postępowaniu w formie elektronicznej na tym etapie postępowania doprowadziłoby do ograniczenia możliwości udziału w postępowaniu firm, które nie są przygotowane do tego rodzaju formy.

Pytanie nr 41

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt. 2

Dotyczy wzoru umowy w § 3 pkt.4.2, 4.3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania nowego pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu.

Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem C jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatację zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001



W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy.

Pytanie nr 42 dotyczy wzoru umowy w § 4 pkt. 1,2,3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jak sposób będą rozliczane przeglądy aparatury i czy Zamawiający dopuści możliwość rozliczeń według stawki ryczałtowej?

Odp. Rozliczanie przeglądów technicznych odbywać się będzie na podstawie roboczogodziny.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość składania ofert również w formie elektronicznej?

Odp. Zamawiający nie zmienia warunków SIWZ i nie wyraża zgody na składanie ofert również w formie elektronicznej.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka

Sporządziła:
Małgorzata Słomiana tel. 74/6489700



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742