



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl*

DZPZ-530-Zp/83/ PN-82/16

Wałbrzych, 19.10.2016r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz ubrań wyjazdowych i obuwia dla sanitariuszy Izby Przyjęć B.”- Zp/75/PN-74/16

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. odpowiada na pytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. pakietu nr 5 poz. 1,2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1,2 elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, posiadających wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod , o powierzchni przewodzącej 107 cm² i rozmiarach 164x117 mm; Tak nieznaczna różnica wymiaru nie wpłynie w żaden sposób na wartość użytkową ani sposób pracy Zespołu operacyjnego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga dla poz. 1: powierzchnia 90cm², wymiary 128x122mm, dla poz. 2: powierzchnia 110cm², wymiary 122x174mm

Pytanie 2, pakiet 5, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w poz. 3 elektrod neutralnych przeznaczonych dla dzieci o powierzchni 33 cm² i wymiarach 88x 74 mm, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga powierzchni 40cm², wymiary 110x76mm.

Pytanie 3, pakiet 5, poz. 4,5

Prosimy o dopuszczenie kabli o długości 5m spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza kable o długości 5m.

PYTANIE NR 4 DOTYCZY PAKIETU NR 5 POZ NR 1

Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną symetrycznie na dwie równe części o powierzchni 73cm²

o wymiarach 159x105 mm dla dzieci od 5kg do 15 kg reszta wymagań bez zmian ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga powierzchni 90cm², wymiary 128x122mm.

PYTANIE NR 5 DOTYCZY PAKIETU NR 5 POZ NR 2

Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną symetrycznie na dwie równe części o powierzchni 108 cm² o wymiarach 164x116mm reszta parametrów bez zmian ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga powierzchni 110cm², wymiarów 122 x 174mm.

PYTANIE NR 6 DOTYCZY PAKIETU NR 5 POZ NR 3

Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną symetrycznie na 2 równe części o powierzchni 29 cm² o wymiarach 160x74mm dla dzieci o wadze od 2,5kg do 5kg reszta parametrów bez zmian ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga powierzchni 40cm², wymiary 110x76mm.

PYTANIE NR 7 DOTYCZY PAKIETU NR 5 POZ NR 4

Czy zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych o dł. 5m ?

Odp. Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych o dł. 5m.

PYTANIE NR 8 DOTYCZY PAKIETU NR 5 POZ NR 5

Czy zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych o dł. 5m ?

Odp. Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych o dł. 5m.

Pyt. nr 9 Dotyczy Pakietu nr 5 pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody dzielone, o powierzchni przewodzenia 110cm², wymiary 176x122mm, pokryte hydrożelem oraz wyposażone w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne rozproszczenie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu, dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, opakowanie 50 szt. ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga powierzchni 90cm², wymiary 128x122mm, opakowanie 100 szt.

Pyt. nr 10 Dotyczy Pakietu nr 5 pozycji 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody dzielone, o powierzchni przewodzenia 110cm², wymiary 176x122mm, pokryte hydrożelem oraz wyposażone w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne rozproszczenie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu, dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, opakowanie 50 szt. ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga wymiarów 122x174mm,, opakowanie 100 szt.

Pyt. 11 Dotyczy Pakietu nr 5 pozycji 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, hydrożelową, dzieloną o powierzchni 37 cm², wymiarach 181x 76mm, dla noworodków, opakowanie 50 szt.?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga powierzchni 40cm², wymiary 110x76mm, opakowanie 100 szt.

Pyt. 12 Dotyczy pakietu nr 5 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrody neutralnej o długości 3m lub 5m?

Odp. Zamawiający dopuszcza kabel do elektrody neutralnej i długości 5m, ale jedna ze stron musi być zakończona klipssem 2,5cm, a od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM).

Pyt. 13 Dotyczy pakietu 5 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrody neutralnej o długości 3m lub 5m?

Odp. Zamawiający dopuszcza kabel do elektrody neutralnej o długości 5m, pozostałe parametry: zgodnie z SIWZ.

Pyt. 14 Dotyczy Pakietu nr 4 pozycji 4

Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny do pęset długości 3m lub 5m?

Odp. Zamawiający dopuszcza kabel bipolarny do pęset o długości 5m, pozostałe parametry: zgodnie z SIWZ.

Pyt. 15 Dotyczy Pakietu nr 4 pozycji 5

Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny do pęset długości 3m lub 5m?

Odp. Zamawiający dopuszcza kabel bipolarny do pęset o długości 5m, pozostałe parametry: zgodnie z SIWZ.

Pyt. 16 dot. Pakietu nr 3 poz. nr 1

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy o niżej podanych parametrach technicznych:

Jednorazowego układu oddechowego CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilzacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy (średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana).

Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 110 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilzacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem.

W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową

Odcinek łączący nawilzacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów

Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemki.

Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach.

Odp. Zamawiający wymaga długości odcinka wdechowego podgrzewanego 1,4- 1,5m, generatora z przegubem kulistym zgodnie ze specyfikacją.

Pyt. 17 dot. pakietu nr 3 poz. nr 1 (Ad. A)

Układ kompatybilny z aparatem Infant Flow SiPAP – do potwierdzenia oświadczenia producenta aparatu Infant Flow -

Co Zamawiający rozumie przez potwierdzenie producenta? Z naszych informacji wynika, iż producentem aparatu Infant Flow jest firma CatreFusion. Jakich konkretnie producentów wymienia firma CareFusion?

Zaoferowane przez naszą firmę układy są produkcji Fisher&Paykel, oraz Inspiration, wiodących producentów układów oddechowych, a zaznaczamy też iż aparat Infant Flow wyposażony jest w nawilżacz firmy Fisher&Paykel, i tu jest kluczowy moment kompatybilności drenów oddechowych. Prosimy o odstąpienie od tego zapisu.

Odp. Zamawiający odstępuje od potwierdzenia oświadczenia producenta aparatu Infant Flow. Patrz: Zmiana SIWZ i Ogłoszenia.

Pyt. 18 dot. pakietu nr 4 poz. 4.5- Szczypce biopolarne bagnetowe + kable biopolarne

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m.

Odp. Zamawiający dopuszcza kabel o długości 5m.

Pyt. 19 dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kabel połączeniowy o długości 120cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymagamy długości kabla połączeniowego 250-320cm. Kabel o długości 120cm jest za krótki.

Pyt. 20 - projekt umowy – załącznik nr 3a i 3b:

W §4 ust.4.b) Zamawiający wymaga terminu dostawy „dla zamówień na cito – do 48 godzin”.

Prosimy o potwierdzenie, że dostawy awaryjne (na cito) będą dotyczyć tylko niewielkich ilości oferowanego asortymentu – prosimy określić np. ile procent oferowanego asortymentu.

Odp. Zamawiający na etapie postępowania przetargowego nie jest w stanie określić jakich ilości będą dotyczyły ewentualne zamówienia na cito.

Pyt. 21 - projekt umowy – załącznik nr 3a i 3b:

Prosimy o uprzejmie o potwierdzenie, że określony w §4 ust.4.b) terminu dostawy „dla zamówień na cito – do 48 godzin” jest terminem dostawy w dni robocze, a dostawy w dni ustawowo wolne od pracy będą oceniane zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Odp. Termin dostawy „dla zamówień na cito – do 48 godzin” dotyczy dni kalendarzowych, natomiast dostawy w dni wolne od pracy są dostawami bieżącymi i będą oceniane zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Pyt. 22 - załącznik nr 1, pakiet nr 3:

Czy Zamawiający nie wymaga zaoferowania również maseczki nosowej bardzo małej i bardzo dużej, jakie oferuje obecnie producent aparatu InfantFlow SiPAP?

Odp. Zamawiający nie wymaga maseczki nosowej bardzo małej i bardzo dużej, Zamawiający wymaga maseczki nosowej zgodnie ze specyfikacją.

Pyt. 23 dot. pakietu nr 4

Dot.pkt.1 Czy Zamawiający dopuści jako równoważne szczypce o długości 190 mm, końcówkach 1mm x 6mm oraz 2mm x 6mm, ze stykiem 2-bolcowym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość 195mm, końcówka 6mm x 1mm i końcówka 8mm x 2 mm.

Pyt. 24 dot. pakietu nr 4

Dot.pkt.2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważne szczypce zagięte o długości 190 mm, z końcówką 1,2 mm, ze stykiem 2-bolcowym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość 195mm, końcówka 8mm x 1mm i 8mm x 2 mm.

Pyt. 25 dot. pakietu nr 4

Dot.pkt.3 Czy Zamawiający dopuści jako równoważne szczypce o długości 190 mm, z zagiętą końcówką 1,2 mm, ze stykiem 2-bolcowym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość 195mm, końcówka 8mm x 1mm i 8mm x 2 mm.

Pyt. 26 dot. pakietu nr 4

Dot.pkt.4 Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie kabla jako osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wyłącza kabla do osobnego pakietu.

Pyt. 27 dot. Pakiet nr 4, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne bagnetowe o długości 200mm i końcówkach 8x1,2 i 8x2 do wyboru przy zamówieniu ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość 195mm, końcówka 6mm x 1mm i końcówka 8mm x 2 mm.

Pyt. 28 dot. Pakiet nr 4, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne proste z zagiętą końcówką o długości 200mm i końcówkach 8x1,2 i 8x2 do wyboru przy zamówieniu ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość 195mm, końcówka 8mm x 1mm.

Pyt. 29 dot. : Pakiet nr 4, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne proste o długości 200mm i końcówkach 8x1,2 i 8x2 do wyboru przy zamówieniu ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość 195mm, końcówka 8mm x 1mm.

Pyt. 30 dot. Pakiet nr 4, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 5m ?

Odp. Zamawiający dopuszcza kabel o długości 5m.

Pyt. 31 dot. Pakiet nr 4, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 5m ?

Odp. Zamawiający dopuszcza kabel o długości 5m.

Pyt. 32 dot. pakietu nr 2

Mając na uwadze dobro pacjenta jak i Zamawiającego, z uwagi na liczne działania firm oferujących produkty niezgodne ze standardami medycznymi w jakich pracują urządzenia z technologią Masimo SET, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy będzie wymagał od Oferentów przedstawienia w zakresie pakietu nr 2 dokumentów potwierdzających autoryzację producenta do dystrybucji produktów firmy Masimo?

Odp. Nie wymagamy, ale dopuszczamy autoryzację dystrybucji czujników.

Pyt. 33 dot. pakietu nr 2.

Czy Zamawiający będzie również wymagał zaoferowania czujników w technologii Masimo SET z połączeniem RD?

Odp. Zamawiający nie wymaga czujników w technologii Masimo SET z połączeniem RD.

Pyt. 34 Dotyczy SIWZ oraz Załącznika nr 3a do SIWZ:

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących, który jest parametrem ocenianym, liczony jest w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

Odp. Dla Zamawiającego dniami roboczymi wskazanymi w kryterium oceny ofert są dni od poniedziałku do piątku.

2. **Dotyczy §2 ust. 2**

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

3. **Dotyczy §4 ust. 4.b)**

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostaw „na cito” na 2 dni robocze.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

4. **Dotyczy §5 ust. 3**

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w §2 – w okresie obowiązywania umowy.”.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

5. **Dotyczy §6 ust. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do w/w zapisów zastrzeżenia o treści: „*W przypadku niewuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.*”.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

6. **Dotyczy §8 ust. 1.1)**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „*0,2% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru.*”.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

7. **Dotyczy §8 ust. 1.2)**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „*10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.*”. W ustępie 2 Zamawiający przewiduje dla siebie karę we właśnie takiej wysokości w przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego. Dodatkowo naliczanie kary od wartości umowy już należycie wykonanej jest nadużyciem.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

8. Dotyczy §9 ust. 2

Wnosimy o wykreślenie z §9 ustępu 2

Generalną zasadą jest że umowa o zamówienie publiczne jest wiążąca dla obu stron. Instytucja odstąpienia od umowy jest osłabieniem podstawowej zasady prawa kontraktowego (pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać) i powoduje rozluźnienie węzła obligacyjnego między stronami. Ustawa – Prawo zamówień publicznych przewiduje jeden wyjątek od tej reguły. Otóż z treści art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wynika, iż zamawiający może odstąpić od umowy "w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy".

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

9. Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §8 ust. 3 na: „*Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.*”.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

10. Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „W przypadku rażącego i uporczywego nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*