



ISO 9001

Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 19.10.2016r.

DZPZ-530-Zp/83/PN-82/16

Wykonawcy- wszyscy

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz ubrań wyjazdowych i obuwia dla sanitariuszy Izby Przyjęć B. ”- Zp/83/PN-82/16

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a ppkt. 1 ustawy Pzp. **zmienia treść SIWZ – załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie pakietu nr 3**

Po zmianie jest:
Pakiet nr 3

Jednorazowy układ do nieinwazyjnego oddychania u noworodków techniką NCPAP i SIPAP.

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
A.	Jednorazowy układ oddechowy do nieinwazyjnego wspomagania	szt.	100						

	oddychania u noworodków techniką NCPAP i SIPAP								
B.	Maseczka nosowa	szt.	90						
C.	Czapeczka	szt.	110						
D	Brzuszny czujnik	szt.	10						
E.	Komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą do nawilżacza MR290	szt.	100						
			RAZEM						

Ad A. Układ oddechowy do aparatu Infant Flow SiPAP z generatorem z przegubem kulistym ,przeznaczony dla noworodków o średnicy wew. 10mm. Układ ma posiadać w ramieniu wdechowym dodatkowy niepodgrzany odcinek o długości ok. 40cm umożliwiający podłączenie noworodka leczonego w inkubatorze. Gniazdo czujnika temperatury ma posiadać trójkątne wycięcie pozycjonujące zapewniające centralne umieszczenie czujnika przepływu i temperatury. Generator wykonany z przezroczystego tworzywa, ma być podłączony w sposób umożliwiający rozłączenie kompletnego generatora tzn. linii pomiarowej ciśnienia i linii doprowadzającej gazy za pomocą specjalnej złączki.

W skład zestawu ma wchodzić:

-odcinek wdechowy podgrzewany 1,4-1,5m

-odcinek pomiarowy

-odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,5-0,65m

-generator z przegubem kulistym

-końcówka donosowa (3szt)

-odcinek wdechowy niepodgrzany o regulowanej długości w zakresie 0,3-0,77m z układem zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

Układ kompatybilny z aparatem Infant Flow SiPAP

Razem- 100szt.

Ad. B. Maseczkę nosową – wykonaną z silikonu łączącą generator z noworodkiem o rozmiarach - 4,0;5,0;6,0 mm.

Maska nosowa mała**30 szt.**

Maska nosowa średnia..... **30szt.**

Maska nosowa duża..... **30 szt.**

Razem- 90szt.

Ad. C. Czapeczka – wykonana z bawełny wyposażona w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży. Wielkość czapeczki oznaczona kolorem

w sposób trwały. Czapeczka posiadająca możliwość rozwiązania bez zdejmowania, uzyskując dostęp do ciemiączka.

Dostawa czapeczek o rozmiarach:

Obwód głowy ok. 19 cm - 40 szt., ok. 21 cm - 40 szt., ok. 23 cm - 30 szt.- razem- **110 szt.**

Ad. D. Brzuszny czujnik oddechów pracujący na zasadzie kapsuły Gresby kompatybilny z posiadaną aparaturą.-**10 szt.**

Ad. E. Komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą do nawilżacza MR 290 -**100 szt.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. zmienia termin otwarcia ofert:

XIII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - w terminie do dnia **02.11.2016r.** do godziny **09:00.**
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **02.11.2016r.** o godz. **09:15.**

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*