



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 20.07.2020r.

DZPZ-530-Zp/34/PN-32/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa: Endoprotezy piersi i szery, zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Seldingera, zestaw do punkcji opłucnej” – Zp/34/PN-32/20

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 1 Zestawu do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia „Blue Rihno” (do wprowadzenia metodą Seldingera) w skład którego wchodzi:

- Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca,
 - Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 mm).
 - Rozszerzacze (3 szt.) ładujące do rurki tracheostomijnej (21 dla rurki 7, 24Fr dla rurki 8 i 27Fr dla rurki 9). Zestaw nie zawiera rurki.
 - 2x Igła wprowadzająca (z koszulką i bez) 7 cm, rozmiar 15 G
 - Krótkie Rozszerzadło o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm
 - Skalpel jednorazowego użytku nr 15
 - Strzykawka jednorazowa
 - Czerwony pojemnik na zużyte igły
 - Żel poślizgowy, gąbki z gazy.
- Całość sterylna. Etykiety samoprzylepne do wklejania do protokołu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zestawu z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem posiadającą samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera.

Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr tel.: 74/6489700