



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001



Szpital  
bez bólu

Wałbrzych, dnia 08.07.2020 r.

DZPZ-530-Zp/37/PN-35/20

*Wykonawcy – wszyscy*

*Dotyczy: „Dostawa jednorazowej rękojeści staplera endoskopowego” – Zp/37/PN-35/20*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z:

W poz. 1 - jednorazową rękojeścią staplera endoskopowego, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadającą jedną dźwignię zamykającą i spustową. Długość szafu 65mm, 160mm lub 255 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.) Z zastosowaniem odpowiednich kodów do oferowanego produktu.

**Odp:** „Zamawiający nie dopuszcza – wymagana długość 28, 34, 44 mm.

**Pytanie 2.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z:

W poz. 2 – jednorazowym ładunkiem liniowym do staplera endoskopowego prostego umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, Ładunki do tkanek naczyniowych i średnich, zawierające zszywki o trzech różnych wysokościach w każdym rzędzie: 2mm, 2,5mm, 3mm lub do tkanek średnich i grubych, zawierające zszywki o trzech różnych wysokościach w każdym rzędzie: 3mm, 3,5mm, 4mm co zapewnia lepszą perfuzję i gwarantuje optymalną kompresję. Wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. Z zastosowaniem odpowiednich kodów do oferowanego produktu.

**Odp:** Zamawiający nie dopuszcza –wymagana wysokość to 1, 1,5, 1,8 mm a do grubych tkanek 2 mm.

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych  
mgr inż. Andrzej Staśka