

Wałbrzych, dnia 30.07.2020r.

DZPZ-530-Zp/36/PN-34/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy masek, czepków, fartuchów, podkładów, prześcieradeł, pościeli, spodenek, ochraniaczy - Zp/36/PN-34/20.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2

Hi Dorota, I hope my email finds you well - I am sorry for the strange contact in English. We are an English supplier (with Polish warehouse) of type IIR masks and we intend to submit an offer for section 2 on this tender. Please could you inform me is it possible to submit an offer for only one item rather than all 14 requests? Grateful for your reply! Kindest Regards Becky.

Witaj Dorota, mam nadzieję, że otrzymałaś moją wiadomość, przepraszam za dziwny kontakt w języku angielskim. Jesteśmy angielskim dostawcą posiadającym magazyn w Polsce z maskami typu IIR, zamierzamy złożyć ofertę w sekcji 2 ogłoszenia. Proszę poinformuj mnie czy jest możliwość złożyć ofertę tylko na 1 sekcję niż na wszystkie 14 żądane. Bardzo proszę o odpowiedź.

Odp. Hi Becky , Of course it is possible to submit an offer only for one item (package). You don't have to apply for all 14. In your offer you have to mark that you submit for item (package) number 2.

Witaj Becky, Oczywiście jest możliwe złożenie oferty tylko na 1 pakiet, nie musisz aplikować na wszystkie 14 pakietów. W swojej ofercie musisz zaznaczyć, że składasz ofertę na pakiet nr 2.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 2

SIWZ strona 13, pakiet 2, tabela: zawiera niezgodności:

- norma EN14683 II określa minimum filtracji bakteryjnej na 98% a nie na 99,5%

- maska odporna na przesiąkanie to zgodnie z EN14683 typ IIR a nie typ II

Proszę o komentarz i ewentualną korektę.

Odp. W pakiecie nr 2 jest określona skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99,5% dla normy EN 14683 typu II R.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy o gramaturze min. 40 g/m kw.?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga ochraniaczy o gramaturze min. 50 g/m².

Pytanie 4, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpuszczenie wymogu oznaczenia spełnionej normy na opakowaniu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga oznaczenia na opakowaniu typu, rodzaju maski i spełnionej normy.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski o skuteczności filtracji bakterii 98%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga maski o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,5%, dla normy EN 14683 typu II R.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie maseczek w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 50 sztuk?

Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpuszczenie wymogu oznaczenia spełnionej normy na opakowaniu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga oznaczenia na opakowaniu typu, rodzaju maski i spełnionej normy.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski o skuteczności filtracji bakterii 98%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga maski o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,5%, dla normy EN 14683 typu II R.

Pytanie 9, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie maseczek w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 50 sztuk?

Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.

Pytanie 10, dot. pakietu nr 5 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów o gramaturze 30g w kolorze niebieskim rękaw zakończony elastyczna gumka wiązany na troki w pasie i przy szyi długość ok 127cm szerokość ok 143cm długość paska 200cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga fartuchy o gramaturze min. 35g/m² w kolorze zielonym, rękaw zakończony elastyczną gumką, wiązany na troki w pasie i przy szyi, długość min. 130cm, szerokość min. 150cm, długość paska min. 200cm.

Pytanie 11, dot. pakietu nr 6 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów o gramaturze 30g w kolorze niebieskim rękaw zakończony elastyczna gumka wiązany na troki w pasie i przy szyi długość ok 127cm szerokość ok 143cm długość paska 200cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga fartuchów o gramaturze min. 35g/m² w kolorze zielonym, rękaw zakończony mankietem, wiązany na troki w pasie i przy szyi, długość min. 130cm, szerokość min. 150cm, długość paska min. 200cm.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 12, dot. pakietu nr 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakietach nr 1 i 2 masek w kolorze białym, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga masek w kolorze niebieskim.

Pytanie 13, dot. pakietu nr 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakietach nr 1 i 2 masek typu IIR o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 98%, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga maski o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,5%, dla normy EN 14683 typu II R.

Pytanie 14, dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poświadczenie wykonania min. dwóch dostaw wyrobów medycznych?

Odp. Tak.

Pytanie 15, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej maski chirurgicznej 3-warstwowej charakteryzującej się skutecznością filtracji bakteryjnej na poziomie min. 99%, spełniającej pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga maski o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,5%, dla normy EN 14683 typu II R.

Pytanie 16, dot. pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej niejałowych fartuchów medycznych wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m², wiązanych na troki w pasie i przy szyi, rękaw zakończony elastyczną gumką, w kolorze zielonym i rozmiarze uniwersalnym (dł. 115cm, szer. 140cm)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m² o długości min. 130cm, szerokości min. 150cm i długości paska min. 200cm, rozmiar XL.

Pytanie 17, dot. pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej niejałowych fartuchów medycznych wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m², wiązanych na troki w pasie i przy szyi, rękaw zakończony mankietem, w kolorze zielonym i rozmiarze uniwersalnym (dł. 115cm, szer. 140cm)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m² o długości min. 130cm, szerokości min. 150cm i długości paska min. 200cm, rozmiar XL.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



Pytanie 18, dot. pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej podkładów o gramaturze min. 28g/m²?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga podkład z włókniny dwuwarstwowej foliowanej o gramaturze min. 35g/m².

Pytanie 19, dot. pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej kompletów pościeli sklasyfikowanych jako wyrób medyczny, posiadających wszelkie wymagane dopuszczenia do obrotu, wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m²?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga komplet pościeli wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m².

Pytanie 20, dot. pakietu nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej kompletów pościeli bez poduszki sklasyfikowanych jako wyrób medyczny, posiadających wszelkie wymagane dopuszczenia do obrotu, wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m²?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga komplet pościeli wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m².

Pytanie 21, dot. pakietu nr 11 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej poszewek na poduszkę i kołdrę sklasyfikowanych jako wyrób medyczny, posiadających wszelkie wymagane dopuszczenia do obrotu, wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m²?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga poszewek na poduszkę i kołdrę wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m².

Pytanie 22, dot. pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej spodenek do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym, spełniających pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 23, dot. pakietu nr 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści maski w kolorze zielonym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga maski w kolorze niebieskim.

Pytanie 24, dot. pakietu nr 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.





Pytanie 25, dot. pakietu nr 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści maski o skuteczności filtracji $\geq 98\%$?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga maski o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,5%, dla normy EN 14683 typu II R.

Pytanie 26, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.

Pytanie 27, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 18g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czepki wykonane z włókniny o gramaturze min. 25g/m².

Pytanie 28, dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m².

Pytanie 29, dot. pakietu nr 5, 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 120cm, szerokości 140cm i długości paska 170cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuch o długości min. 130cm, szerokości min. 150cm i długości paska min. 200cm.

Pytanie 30, dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej z rękawem zakończonym mankietem o gramaturze 25g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/ m².

Pytanie 31, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/ m².

Pytanie 32, dot. pakietu nr 5, 6, 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.





Pytanie 33, dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści podkład niepodfoliowany?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga podkład z włókniny dwuwarstwowej foliowanej.

Pytanie 34, dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny hydrofobowej SMS?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga podkład z włókniny dwuwarstwowej foliowanej.

Pytanie 35, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m² lub 40g/m² o składzie:

- poszwa: 210 cm x 160 cm
- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm
- prześcieradło: 210 cm x 150 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga komplet pościeli wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m² o wymiarach: prześcieradło min. 240cm x min.160 cm, poszwa na kołdrę min. 200cm x 140 cm, poszewka na poduszkę min 90cm x min 80 cm.

Pytanie 36, dot. pakietu nr 9, 10, 11

Czy Zamawiający odstąpi od wymagań normy PN 13795, która dotyczy obłożeń operacyjnych i fartuchów chirurgicznych stosowanych na bloku operacyjnym, a nie podstawowej bielizny szpitalnej w tym poszewek i kompletów pościeli?

Odp. Tak.

Pytanie 37, dot. pakietu nr 10, 11

Czy Zamawiający dopuści poszwę na kołdrę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m² ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga komplet pościeli wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m².

Pytanie 38, dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m² ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga komplet pościeli wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m².

Pytanie 39, dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli trzyczęściowy wykonany z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m² lub 40g/m² o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm
- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm
- prześcieradło: 210 cm x 150 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga komplet pościeli wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m² o wymiarach: prześcieradło min. 240cm x min.160 cm, poszwa na koldrę min. 200cm x 140 cm, poszewka na poduszkę min 90cm x min 80 cm.

Pytanie 40, dot. pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę w rozmiarze 70x80cm wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m² ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga poszewki na poduszkę wykonanej z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m² o wymiarach min. 80cm x min. 90 cm.

Pytanie 41, dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42, dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43, dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści spodenki o długości rozcięcia 15cm +/-2cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44, dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu wykonane z włókniny o gramaturze 30g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ochraniacze na obuwiu wykonane z włókniny o gramaturze min. 50g/m².

Pytanie 45, dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.

Pytanie 46, dot. pakietu nr 14 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy o grubości folii 0,02mm (20um)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuch foliowy o grubości: poz. 1 min. 35 micronów, poz. 2 min. 20 micronów.

Pytanie 47, dot. pakietu nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe dostępne w rozmiarze M,L?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rękawice foliowe w rozmiarze L lub XL.

Pytanie 48, dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.

Pytanie 49, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych typu II, zgodnych z wymaganiami normy PN-EN14683:2019, ciśnieniem różnicowym 25 Pa/cm² i czystością mikrobiologiczną na poziomie minim 30 cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1? W ostatnim czasie, na rynku medycznym pojawiło się dużo ofert na maski, które nie spełniają wymogów wyrobu medycznego w myśl Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych .

Odp. Zamawiający wymaga masek chirurgicznych 3-warstwowych o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,5%, zgodnie z normą EN 14683 typu II R.

Pytanie 50, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie produktów do obrotu na terytorium RP oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów, tj: Deklaracji Zgodności CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu? Nadmieniamy, że spełnienie powyższych wymogów wynika z obowiązujących przepisów i powinno stanowić wymaganie minimalne wobec przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający wymaga masek chirurgicznych 3-warstwowych o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,5%, zgodnie z normą EN 14683 typu II R.

Pytanie 51, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z niezależnego laboratorium potwierdzającym deklarowany poziom filtracji bakteryjnej?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.



Pytanie 52, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maseczki z uchwytem na uszy w postaci taśm elastycznych (**zamiast troków**) co znacznie podnosi komfort użytkowania oraz o poziomie filtracji bakteryjnej BFE wynoszącej min. 98%?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga maski 3-warstwowe o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,5% dla normy EN 14683 typu II R.

Pytanie 53, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych typu II, zgodnych z wymaganiami normy PN-EN14683:2019, ciśnieniem różnicowym 25 Pa/cm² i czystością mikrobiologiczną na poziomie minim 30 cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1? W ostatnim czasie, na rynku medycznym pojawiło się dużo ofert na maski, które nie spełniają wymogów wyrobu medycznego w myśl Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych .

Odp. Zamawiający wymaga maski chirurgiczne 3-warstwowe o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,5%, zgodnie z normą EN 14683 II R.

Pytanie 54, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie produktów do obrotu na terytorium RP oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów, tj: Deklaracji Zgodności CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu? Nadmieniamy, że spełnienie powyższych wymogów wynika z obowiązujących przepisów i powinno stanowić wymaganie minimalne wobec przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający wymaga maski chirurgiczne 3-warstwowe o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,5%, zgodnie z normą EN 14683 II R.

Pytanie 55, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z niezależnego laboratorium potwierdzającym deklarowany poziom filtracji bakteryjnej?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 56, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maseczki z uchwytem na uszy w postaci taśm elastycznych co znacznie podnosi komfort użytkowania oraz o poziomie filtracji bakteryjnej BFE wynoszącej min. 98%?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga masek chirurgicznych 3-warstwowych o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,5%, zgodnie z normą EN 14683 II R.

Pytanie 57, dot. pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści niebieski fartuch o paroprzepuszczalności 4485 g/m²/24h?



Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuch o paroprzepuszczalności min. 4500 g/m²/24h.

Pytanie 58, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 8 wzoru umowy na następujący:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
 - 0,1 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru ;
 - 5 % wartości od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.
- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 ust.1.
- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z częściowego wynagrodzenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie § 8.

Pytanie 59, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie § 8.

Pytanie 60, dot. pakietu nr 1, 2

Dotyczy Pakietu 1 ,2 (maski chirurgiczne) Firma Wikomed Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Andrzej Kowalczyk zwraca się z uprzejmą prośbą o dodanie w przedmiotowym postępowaniu wymogu załączenia następującej dokumentacji celem otrzymania przez Zamawiającego wyrobu medycznego najwyższej jakości oraz posiadającego wszystkie dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami :

- Deklaracje Zgodności Producenta
- Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych
- Badania niezależnego laboratorium testowego w zakresie normy EN14683:2019
- Akredytację w/w laboratorium do badań wyrobów medycznych wydaną przez Jednostkę do tego autoryzowaną przez Komisję Europejską
- Opis/folder katalogi

Uzasadnienie : W chwili obecnej polski rynek medyczny został zalany produktami pseudo medycznymi o wątpliwej dokumentacji oraz bardzo złej jakości co w chwili obecnej tj. zagrożenia pandemią wirusa SARS CoV -2 winno być nie do przyjęcia przez Zamawiającego.

Odp. Z uwagi na to, że pytanie nie ma charakteru pytania o wyjaśnienie SIWZ, ale zawiera sugestie i wnioski, zgodnie z art. 38 Ustawy Pzp Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Ustawa nie przewiduje zmian treści SIWZ na podstawie wniosków i sugestii Wykonawców.



Pytanie 61, dot. pakietu nr 1, 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie referencji/wykazu dostaw na sprzęt medyczny jednorazowy, anestezyjologicznym, urządzenia medyczne dostarczane do jednostek Służ Zdrowia.

Uzasadnienie. Przed pandemią wirusa SARS CoV -2 wyroby z fizeliny nie cieszyły się aż takim zapotrzebowaniem jak w chwili obecnej. Nasza firma specjalizuje się w sprzęcie anestezyjologicznym, monitorującym funkcje życiowe Pacjenta w związku z powyższym przedstawienie referencji na towar tożsamy z oferowanym przez nas w przedmiotowym postępowaniu jest niemożliwe.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62, dot. pakietu nr 5 poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m², długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/ m².

Pytanie 63, dot. pakietu nr 5 poz.1

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 300000 szt.

Pytanie 64, dot. pakietu nr 5 poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiary L?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuch w rozmiarze XL.

Pytanie 65, dot. pakietu nr 5 poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm, szerokości ok.160 cm i długości paska (trok w talii) min. 200 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuch o długości min. 130cm, szerokości min. 150cm, długość paska min. 200cm.

Pytanie 66, dot. pakietu nr 5 poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym lub białym?

Odp. Zamawiający wymaga fartuch w kolorze zielonym.

Pytanie 67, dot. pakietu nr 6 poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m², długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?

Odp. W pakiecie nr 6 Zamawiający wymaga fartuch jednorazowy z mankietem zgodnie z zapisami SIWZ.



Pytanie 68, dot. pakietu nr 6 poz.1

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 10000 szt.

Pytanie 69, dot. pakietu nr 6 poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiary L?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuch w rozmiarze XL.

Pytanie 70, dot. pakietu nr 6 poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm , szerokości ok.160 cm i długości paska (trok w talii) min. 200 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuch o długości min. 130cm, szerokości min. 150cm, długość paska min. 200cm.

Pytanie 71, dot. pakietu nr 6 poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym lub białym?

Odp. Zamawiający wymaga fartuch w kolorze zielonym.

Pytanie 72, dot. pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej w kolorze innym niż niebieski.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga maski w kolorze niebieskim.

Pytanie 73, dot. pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej w kolorze zielonym o skuteczności filtracji bakteryjnej zgodnej z normą EN 14683, t.j. > 98%, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga maski 3 warstwowe w kolorze niebieskim, o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,5%, zgodnie z normą EN 14683 II R.

Pytanie 74, dot. pakietu nr 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby zaoferowane maski chirurgiczne pakowane były w opakowaniu kartonowym z możliwością wygodnego wyciągnięcia.

Odp. Zamawiający oczekuje aby maski były w opakowaniu kartonowym z możliwością wygodnego wyciągnięcia z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnionej normy.

Pytanie 75, dot. pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej o skuteczności filtracji bakteryjnej zgodnej z normą EN 14683, t.j. > 98%, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga maski 3-warstwowej w kolorze niebieskim o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,5%, zgodnie z normą EN 14683 II R.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 76, dot. pakietu nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pediatrycznej maski proceduralnej na gumki, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza maski pediatryczne na gumki przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 77, dot. pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka pielęgniarskiego z włókniny spunbond o gramaturze min. 14g/m².

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czepki wykonane z włókniny o gramaturze min. 25g/m².

Pytanie 78, dot. pakietu nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu niejałowej pościeli jednorazowej wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m². Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m².

Pytanie 79, dot. pakietu nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu pościeli o gramaturze 25g/m² lub 30g/m², z włókniny polipropylenowej o wymiarach 210x140cm (prześcieradło), 200x140cm (poszwa na kołdrę), 80x80cm (poszwa na poduszkę).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga komplet pościeli wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m² o wymiarach: prześcieradło min. 240cm x min.160 cm, poszwa na kołdrę min. 200cm x 140 cm, poszewka na poduszkę min 90cm x min 80 cm.

Pytanie 80, dot. pakietu nr 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu pościeli jednorazowej wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m². Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga komplet pościeli wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m².

Pytanie 81, dot. pakietu nr 11 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednoazowej poszewki na poduszkę wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m². Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga poszewki na poduszkę wykonanej z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m².



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 82, dot. pakietu nr 11 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poszwy na koldrę wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m². Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga poszwy na koldrę wykonanej z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m².

Pytanie 83, dot. pakietu nr 13 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy na obuwie z włókniny spunbond z gumką, o grubości min. 30g/m².

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ochraniaczy na obuwie wykonanej z włókniny o grubości min. 50g/m².

Pytanie 84, dot. zapisów SIWZ

Czy w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do dostarczenia dowodów potwierdzających spełnianie wymogów SIWZ (np. próbki, karty techniczne, certyfikaty itp.)

Odp. Wymagania zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 85, dot. pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niejałowego jednorazowego fartucha medycznego wykonanego z włókniny SMS, z rękawami zakończonymi dzianymi mankietami, zapinanego na rzep oraz wiązanego podwójnie, w rozmiarze XL (125cm), w kolorze niebieskim. Odporność na penetrację wody >30cmH₂O. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wycofanie podawania parametru oddychalności z uwagi na to, że parametr ten nie jest ujęty w normie dla fartuchów i obłożeń, t.j. EN 13795. Pragniemy podkreślić przy tym, że powszechnie wiadomym jest, że włóknina typu SMS cechuje się dobrymi właściwościami w tym zakresie.

Odp. W pakiecie nr 5 Zamawiający wymaga fartucha jednorazowego z gumką.

Pytanie 86, dot. pakietu nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niejałowego jednorazowego fartucha medycznego wykonanego z włókniny SMS, z rękawami zakończonymi dzianymi mankietami, zapinanego na rzep oraz wiązanego podwójnie, w rozmiarze XL (125cm), w kolorze niebieskim. Odporność na penetrację wody >30cmH₂O. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wycofanie podawania parametru oddychalności z uwagi na to, że parametr ten nie jest ujęty w normie dla fartuchów i obłożeń, t.j. EN 13795. Pragniemy podkreślić przy tym, że powszechnie wiadomym jest, że włóknina typu SMS cechuje się dobrymi właściwościami w tym zakresie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuch jednorazowy z mankietem w kolorze zielonym o długości min. 130cm, szerokości min. 150cm i długości paska min. 200cm.