



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 08.09.2020r.

DZPZ-530-Zp/39/PN-37/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa angiografu i dodatkowego sprzętu medycznego do wykonywania procedur endowaskularnych, kardiologicznych i obwodowych wraz z montażem urządzenia i adaptacją pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki, przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego oraz dostawa defibrylatora i respiratora transportowego z wyposażeniem” – Zp/39/PN-37/20

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 72 i 103

W Pytaniu nr 72 Zamawiający odpowiada, że nie będzie wymagał instalacji dwuramiennego wisiędnika mocowanego do ściany z półką na defibrylator w Sali badań, natomiast w Pytaniu nr 103, no to samo pytanie, Zamawiający odpowiada, że będzie wymagał. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź na to pytanie.
Odp. Zamawiający potwierdza, że wymaga dwuramiennego wisiędnika z półką na defibrylator.

Pytanie 2, dot. dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 78 i 96

W Pytaniu nr 78 Zamawiający odpowiada, że nie będzie wymagał zaprojektowania i dostawy szaf systemowych oraz elementów wbudowanych w ścianę na Sali badań, natomiast w Pytaniu nr 96, Zamawiający odpowiada, że należy zaprojektować szafy w systemowej zabudowie ze stali nierdzewnej. Prosimy o podanie lokalizacji tych szaf oraz ilości i wymiarów lub potwierdzenie rezygnacji z wykonania szaf w systemowej zabudowie.

Odp. Zamawiający potwierdza, że nie będzie wymagał zaprojektowania i dostawy szaf systemowych.

Pytanie 3

Z uwagi na odpowiedź na pytanie nr 79, 81, 82, 83 i 84, gdzie Zamawiający wymaga zabudowy pracowni w systemie paneli ściennych i sufitowych wykonanych ze stali nierdzewnej i ocynkowanej malowanej proszkowo, a także stolarki drzwiowej ze stali nierdzewnej z przeszkleniem radiologicznym, nadmieniamy że zgodnie z pytaniem nr 79, p.pkt. 4 System zabudowy powinien być opracowany pod wymiar pomieszczenia według indywidualnej dokumentacji technicznej wyrobu, gdzie Zamawiający zastrzega, że wymaga; wnosimy o zmianę terminu realizacji do 16 tygodni od podpisania Umowy. Zwracamy uwagę, że sam proces produkcji i montażu takiej zabudowy, wykonywanej na zamówienie indywidualne, wynosi 8 tygodni, gdzie wykonawca przed wykonaniem pomiaru pomieszczeń z natury musi wykonać demontaż istniejącej zabudowy i przygotować otworowania oraz konstrukcję pod instalację angiografu i dopiero wówczas można rozpocząć montaż zabudowy Sali ze stali nierdzewnej.
Odp. Zamawiający na tym etapie postępowania nie zmienia terminu wykonania. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wykaże, że dostawca paneli nie jest w stanie ich dostarczyć w wymaganym terminie, Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania (w formie aneksu do umowy).



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 4

Prosimy także o potwierdzenie, że wydanie decyzji o zgodę na uruchomienie nowego angiografu przez WSSE leży w gestii Zamawiającego. WSSE ma 30 dni na wydanie takiej decyzji po złożeniu kompletnego wniosku, wykonawca nie ma wpływu na terminy urzędowe, a czas oczekiwania na decyzję winien wstrzymać bieg terminu umownego.

Odp. Zamawiający potwierdza, że czas wydania decyzji WSSE wstrzymuje bieg terminu umownego.

Sporządziła: Dorota Piekarcz
nr tel.: 74/6489700



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742