



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 15.09.2020r.

DZPZ-530-Zp/39/PN-38/20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

**Dotyczy: „Dostawa angiografu i dodatkowego sprzętu medycznego do wykonywania procedur endowaskularnych, kardiologicznych i obwodowych wraz z montażem urządzenia i adaptacją pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki, przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego oraz dostawa defibrylatora i respiratora transportowego z wyposażeniem”
Zp/39/PN-37/20**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, niniejszym informuje, że

- Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:

Pakiet nr 1 – Angiograf i dodatkowy sprzęt medyczny wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki oraz przeszkoleniem pracowników – 5 262 704,63 zł

Pakiet nr 2 – Defibrylator – 62 100,00 zł

Pakiet nr 3 – Respirator transportowy z wyposażeniem – 37 260,00 zł

- w wyznaczonym terminie wpłynęły **2 oferty**, które złożyli następujący Wykonawcy:

1) Stryker Polska Sp. z o.o. Ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa:

dla pakietu nr 2 za cenę brutto 77 289,58 zł

Termin gwarancji na przedmiot zamówienia: 24 miesiące

2) Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195 B; 02-222 Warszawa:

dla pakietu nr 1 za cenę brutto 4 098 562,38 zł

Kryterium „jakość”:

- Instalacja angiografu w sposób eliminujący konieczność umieszczenia jednostek komputerowych w sterowni – wszystkie sygnały wyprowadzone na monitory w sterowni lub sali badań, sterowanie za pomocą centralnej klawiatury i myszy: **TAK**.
- Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole (cm) Min. 190 cm: **TAK, 280 cm**.
- Głębokość ramienia C lub G min. 88 cm mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia: **TAK, 105 cm**.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



- Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym uruchamianym ręcznie hamulcem zamocowanym na uchwycie: **TAK, po obu stronach statywu.**
- Ustawianie położenia detektora (wpływ odległości SID oraz SOD na rozmiar obrazu) znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania: **TAK.**
- System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją: Programowy (softwarowy) / Elektromechaniczny lub elektroniczny (dotykowy) / Zabezpieczenia elektromechaniczne oraz bezdotykowe w oparciu o czujniki wykrywające pacjenta w czasie rzeczywistym: **TAK, 3 zabezpieczenia programowe, elektromechaniczne, bezdotykowe w oparciu o czujniki wykrywające pacjenta w czasie rzeczywistym.**
- Długość płyty pacjenta, bez elementów przedłużających Min. 270 cm: **TAK, 316 cm.**
- Pochłanianie blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta \leq ekwiwalent 1,5 mmAl: **TAK, 0,8 mmAl.**
- Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu: **TAK.**
- Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania: **TAK.**
- Konfigurowalny przycisk nożny włącznika ekspozycji: **TAK.**
- Lampa min. dwu ogniskowa : **TAK, 2 ogniska : 0,8mm/0,5 mm.**
- Pojemność cieplna anody [kHU] \geq 3,5 MHU: **TAK, 6400 kHU.**
- Pojemność cieplna kołpaka [kHU] \geq 5 MHU: **TAK, 9400 kHU.**
- Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) Cu przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach, minimum odpowiednik 0,3 mm Cu: **TAK, odpowiednik 1 mm Cu.**
- Detektor matrycowy o wymiarach przekątnej nie mniej niż 29 cm i nie większej niż 40cm: **TAK, 29,3 cm.**
- Rozmiar piksela detektora (μm) \leq 200 μm : **TAK, 154 μm .**
- Głębina bitowa detektora Min. 14bit: **TAK, 16 bit.**
- Ilość pól obrazowych FOV Min 3: **TAK, 5 pól.**
- Min. 2 monitory obrazowe angiografu (live, ref lub review) typu „flat” (TFT/LCD) w sterowni o przekątnej min 19” : **TAK, 2 monitory obrazowe angiografu w sterowni o przekątnej 24”.**
- Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie- bez promieniowania: **TAK.**



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



- Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i wybranej tętnicy wieńcowej zapewniający redukcją dawki promieniowania oraz kompensację jasności obrazu (przysłonięcie płuc): **TAK**.
- Wykonywanie w. w. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji: **TAK**.
- Funkcja roadmap dynamiczny dla procedur w obrębie naczyń wieńcowych tzn. nałożenie ruchomego obrazu (mapy) tętnicy wieńcowej na ruchomy obraz fluroskopii w taki sposób, aby wyświetlany aktualnie obraz odpowiadał aktualnej pozycji tętnicy wieńcowej na obrazie fluoroskopowym: **TAK**.
- Wyświetlanie na monitorze live angiografu i zapamiętywanie przebiegu EKG synchronicznie z prezentowaną sceną: **TAK**.
- Sterownik ręczny umożliwiający bieżącą kontrolę i zmianę prędkości przepływu podczas iniekcji środka kontrastowego: **TAK**.
- Zamontowany na linii czujnik ciśnienia z automatycznym rozdzielaczem: **TAK**.
- System „otwarty” – zapewnienie możliwości eksploatacji wstrzykiwacza z zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku co najmniej dwóch różnych producentów: **NIE**.

Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr tel.: 74/6489700



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742