



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokolowskiego
ul. A. Sokolowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 19.10.2016 r.

DZPZ-530-Zp/86/PN-85/16

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, nakłuwaczy, próbek szklanych, płyt serologicznych, nebulizatorów, szczotek, pojemników, papieru, opasek, kieszeni do przechwytywania płynów, zestawów do drenażu, klipsów tytanowych oraz protez piersi dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu – Zp/86/PN-85/15

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 8

poz.7

Zwracamy się z prośbą o podanie czułości wymaganego papieru. **Odp. Wymagana czułość papieru do USG COMPAKT – ONE szerokość 110mm, długość 20m to 110HD.**

poz. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru o wymiarach 50mm x 30 mm z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 243 sztuki. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 10 zmianę papieru z 50x47 na 50x30 z przeliczeniem ilości sztuk.**

Pytanie 2, dotyczy projektu umowy

§2 ust. 2

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP). **Odp. Zamawiający nie jest w stanie określić ilości minimalnego zamówienia.**

§6 ust. 5

Prosimy o sprecyzowanie zmiany cen w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. Czy w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy też ceny netto (przy stałości cen brutto)? **Odp. Tak.**

§8 ust. 1.2)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 8 ust. 1.2) projektu umowy zamiast zwrotu „wartości umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy §2 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 3b do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „*Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy*”.

Dotyczy §4 ust. 4b) oraz §4 ust. 8 wzoru umowy (Załącznik nr 3b do SIWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy określone w ww. paragrafach liczone były w dniach roboczych? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy §4 ust. 4b) wzoru umowy (Załącznik nr 3b do SIWZ):

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostaw "na cito" do 72 godzin? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie. Ponadto, przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt jednorazowego użytku, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy §8 ust. 4.3) (błąd w numeracji) wzoru umowy (Załącznik nr 3b do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na:

„*0,2% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru.*” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy §8 ust. 4.4) (błąd w numeracji) wzoru umowy (Załącznik nr 3b do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na:

„*10% wartości niewykonanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.*” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy § 2 ust. 2

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy § 4 ust. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy § 4 ust. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zasadne byłoby skrócenie wymaganego przez Zamawiającego terminu ważności dostarczanego towaru do np. 6 m-cy? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy § 4 ust. 3b

Ponieważ nie ma definicji prawnej sformułowania „na cito”, prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie to określenie? Do jakich sytuacji, sformułowanie „na cito” będzie miało zastosowanie? **Odp. W przypadku naglej dostawy.**

Dotyczy § 4 ust. 3b

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu, w którym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy dla zamówień „na cito” z „48 godzin” na „48 godzin roboczych”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu „, z zastrzeżeniem zakupu po rażąco wysokiej cenie” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy § 4 ust. 7

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację jakościową na termin realny tj. 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy § 6 ust. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od daty wystawienia faktury? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy § 8 ust. 1.2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu „(...)10% wartości umowy” na „(...) 10% wartości niezrealizowanej części umowy”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy § 9

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nakłuwaczy z igłą do pobierania krwi w opakowaniach 10x250 szt.? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza – za duża konfekcja.**

Czy Zamawiający wymaga, aby plastikowe nakłuwacze z igłą do pobierania krwi z odcinka pilotującego pojemnik z krwią posiadały kołnierz nakładany na probówkę w celu zabezpieczenia przed przypadkowym rozpryskiwaniem krwi? **Odp. Zamawiający nie wymaga.**

Czy oferowane nakłuwacze z igłą do serologii grup krwi winny być przezroczyste? **Odp. Nie – przezroczystość dowolna.**

Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 12

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie znaczenia zapisu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia: „pakowane sterylne w ładunki od 6-10sztuk”

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów spełniających parametry techniczne podane w SIWZ pakowanych zarówno w zasobniki po 6 sztuk jak i po 10sztuk (wielkość zasobnika do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia)? **Odp. Zamawiający wymaga pakowania zasobników po 6 szt. I kompatybilności z klipsownicami znajdującymi się na bloku operacyjnym.**

Prosimy ponadto o określenie, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane klipsy będące wyrobem medycznym implantowanym były wyposażone w naklejki samoprzylepne z nazwą klipsa, numerem katalogowym, numerem serii i datą ważności do wklejania do kartoteki pacjenta. **Odp. Tak, Zamawiający wymaga.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 12 na dostarczenie na czas trwania umowy klipsownic w użyczenie, kompatybilnych z klipsami tytanowymi do zamykania naczyń krwionośnych w laparoskopii, pakowane sterylnie w łądunki od 6 szt., Medim Large, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż na swoim stanie szpital posiada klipsownice.**

Pytanie 5, dotyczy pakietu nr 1

poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie nalepek o wym. 38x25 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody – za małe.**

poz. 27

Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić co rozumie przez „próbówki PS do PMR”? **Odp. Probówka plastikowa (z tworzywa) do płynu mózgowo – rdzeniowego, sterylna.**

Pytanie 6, dotyczy pakietu nr 8

poz. 11

Czy Zamawiający dopuści papier rejestracyjny w rozmiarze 106x25 z jednoczesnym przeliczeniem na 71 szt.? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany rozmiaru papieru w poz. nr 11 ze względu na niekompatybilność innego rozmiaru papieru z posiadanymi aparatami.**

Pytanie 6, dotyczy pakietu nr 9

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne o długości całkowitej 25cm z miejscem na karteczkę o długości 80mm i szerokości 24mm z karteczką 60mm x 20mm z opisem: nazwisko(NAME), łóżko(BED), płeć(SEX), data(DATE) spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Zamawiający dopuści wyżej opisane opaski ale karteczki mają być białe, bez jakiegokolwiek treści (tak jak podano w parametrach do zamówienia).**

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne w kolorze białym o długości całkowitej 25cm z miejscem na karteczkę o długości 80mm i szerokości 24mm z karteczką 60mm x 20mm z opisem: nazwisko(NAME), łóżko(BED), płeć(SEX), data(DATE). W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzielili w/w pozycję do oddzielnego zadania? **Odp. Zamawiający dopuści wyżej opisane opaski ale karteczki mają być białe, bez jakiegokolwiek treści (tak jak podano w parametrach do zamówienia).**

Pytanie 7, dotyczy pakietu nr 10

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieszeń do przechwytywania płynów w rozmiarze 50cm x 50cm lub 60cm x 100cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozm. 60cmx60cm.**

Pytanie 8, dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści zamknięty zestaw do drenażu z workiem o pojemności 500ml skalowanym co 50ml? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pojemność 600 ml wyskalowany w zakresie 0-100 ml co 25 ml.**

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zamknięty zestaw do drenażu w rozmiarze CH26 lub CH27 zamiast rozmiaru CH28? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiary CH 24, 28, 30, 33, 36.**

Pytanie 9, dotyczy pakietu nr 13

poz.4

Czy Zamawiający dopuści endoprotezy silikonowe okrągłe w 4 profilach, wypełnione jednym rodzajem żelu o objętości 95- 695 ml, z certyfikatem CE, bez FDA, gwarancja 10letnia, bez pośredniej kompatybilności z ekspanderami (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga protez o 5 profilach.**

poz. 5

Czy Zamawiający dopuści endoprotezy o kształcie anatomicznym, o 3 wysokościach i 3 projekcjach, z certyfikatem CE, bez FDA, gwarancja 10letnia (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga protez o 4 projekcjach.**

W przypadku zgody na dopuszczenie do w/w pozycji prosimy o wydzielenie ich z Pakietu nr 13 oraz utworzenie z nich osobnego pakietu. **Odp. Zamawiający nie wydziela w/w pozycji.**

Pytanie 10, dotyczy pakietu nr 2 – otwieracz do drenów

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 2 produktu, który nie jest wyrobem medycznym. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 11, dotyczy pakietu nr 1

poz. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówek z kołnierzem, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody – próbówki zgodnie z SIWZ.**

poz. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na osobną wycenę probówek i kompatybilnych korków? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody – utrudnia analizę porównawczą.**

poz. 12

Prosimy o doprecyzowanie wymiarów probówek. Czy Zamawiający wyraża zgodę na próbówki Ø16xh150mm? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

poz. 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 24 rolek folii o wymiarach 10 cm x 36 m, zamiast 12 rolek o wymiarach 10 cm x 75 m? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

poz. 21

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie etykiet o wymiarach 38 x 23mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody – za małe.**

poz. 27

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówek o wymiarach 12 x 75 mm? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 12, dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści nebulizator mikrobiologicznie czysty? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, ponieważ zgodnie z obowiązującymi procedurami wymagany jest jałowy.**

Pytanie 13, dotyczy SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto i brutto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe to czy wyrazi zgodę na podawanie cen za 100 sztuk produktu? **Odp. Pytanie nie dotyczy.**

Prosimy o wyjaśnienie czy z punktu widzenia Zamawiającego nie byłoby stosowne wprowadzenie wymogu, aby w formularzu cenowym w osobnej kolumnie Wykonawcy wskazali numer katalogowy oferowanych wyrobów? **Odp. Zamawiający nie wymaga.**

Pytanie 14, dotyczy pakietu nr 1

poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę opakowania a 1000 szt.? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody – konfekcja zgodna z SIWZ.**

poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osobno probówek i korków? **Odp. Zamawiający wyrazi zgodę – jeśli wycena będzie łączna za komplet.**

poz. 8

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaferowania probówek typu Eppendorf z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock? **Odp. Tak, Zamawiający wymaga.**

poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pipet o pojemności użytkowej i pojemności całkowitej 4 ml? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody – zbyt duża pojemność.**

poz. 11

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie bagietek wykonanych z polipropylenu, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe to czy wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu? **Odp. Pytanie nie dotyczy.**

poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osobno probówek i korków? **Odp. Zamawiający wyrazi zgodę, jeśli wycena będzie łączna za komplet.**

poz. 14, 15

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaferowania ez pakowanych po 20 szt. w opakowaniach do wielokrotnego otwierania (ze struną)? **Odp. Zamawiający nie wymaga.**

poz. 27

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie probówek konfekcjonowanych po 400 szt. w opakowaniu zbiorczym zawierającym mniejsze opakowania sterylne po 5 sztuk probówek? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 15, dotyczy pakietu nr 4

poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań? **Odp. Zamawiający nie wymaga.**