

Wałbrzych, dnia 22.09.2020r.

DZPZ-530-Zp/49/PN-46/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy sprzętu jednorazowego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki - Zp/49/PN-46/20.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 1 dopuści elektrodę standardową do defibrylacji, zsynchronizowanej kardiowersji i stymulacji zewnętrznej jednorazowego użytku, kompatybilną z defibrylatorem LIFEPAK ; CARDIO AID, CARDIO AID 200B o powierzchni styku pary 204cm² a pojedynczej elektrody 102 cm². Elektroda pakowana parami z kablem jednorazowego użytku o długości 120 cm, w zależności od kodu do wyboru kabel schowany w pojedynczym opakowaniu lub wystający na zewnątrz?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z włosiem z polietylenu i gąbką z poliuretanu, niesterylne nasączone środkiem biobójczym jak dotychczas dostarczana?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta zakładaną od przodu i wiążaną na białe troki w talii oraz na szyi?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 3000 sztuk.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazową osłonę na podłokietnik o wymiarach 35 x 37 cm, zintegrowaną z 1 taśmą samoprzylepną, pakowaną a'2 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga jednorazową osłonę na podłokietnik stołu operacyjnego o długości 75-76cm, szerokości 33cm.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający w rozmiarze 110 x 210 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu.

Pytanie 9, dot. pakietu nr 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMMMS, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby koszula jednorazowa i majtki były zapakowane razem jako komplet?. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 11, dot. treści SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP , jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp. Tak.

Pytanie 12, dot. pakietu nr 8 poz. 1 i 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. 1 i 2 pozycji z pakietu nr 8. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu.

Pytanie 13, dot. pakietu n 8

Dot. zapisów rozdziału XVI SIWZ- pakiet 8

W związku z ogólnoświatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje

poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ w rozdziale XVI zwracamy się z prośbą o zmianę terminów dostawy w sposób następujący:

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia:

- od 3 do 4 dni - 40 pkt.

- 5 dni – 20 pkt.

- 6 dni – 0 pkt.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów dostawy.

Pytanie 14, dot. pakietu nr 8

Dot. wzoru umowy załącznik 3, §4 ust.3 b) - pakiet 8

W związku z ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy w zakresie §4 ust.3 b) zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostawy dla zamówień na cito w zakresie pakietu nr 8 do 96 godzin roboczych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie § 4.

Pytanie 15, dot. pakietu nr 8

Dot. wzoru umowy załącznik 3, §4 ust. 4 i 5- pakiet 8

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 5, § 4 oraz o modyfikację zapisu umowy ust.4 §4 na następujący:

„4. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin określony w ust.3 pkt. a i b, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo zakupić te partię towaru u innego dostawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie § 4.

Pytanie 16, dot. pakietu nr 8

Dot. wzoru umowy załącznik 3, §4 ust. 6- pakiet 8

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany do 10 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie § 4.

Pytanie 17, dot. pakietu nr 8

Dot. wzoru umowy załącznik 3, §6 ust. 8- pakiet 8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy §6 ust.8 poprzez dodanie zdania drugiego o następującej treści:

„Cena netto pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto i stawka podatku VAT ulegają zmianie.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie § 6.

Pytanie 18, dot. pakietu nr 8

Dot. wzoru umowy załącznik 3, §8 - pakiet 8

Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy postanowienia o następującej treści.

„1. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalne ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust. 1.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie § 8.

Pytanie 19, dot. pakietu nr 8

Dot. wzoru umowy załącznik 3, §8 - pakiet 8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie ust. 5 i 6 o następującej treści:

5. Strony postanawiają, że zapisy §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID-19.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie § 8.

Pytanie 20, dot. pakietu nr 8

Dot. wzoru umowy załącznik 3, §8 - pakiet 8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie ust. 5 o następującej treści:

5. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §8 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie § 8.

Pytanie 21, dot. pakietu nr 8

Dot. wzoru umowy załącznik 3, §8 - pakiet 8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie ust. 5 o następującej treści:

5. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli jest to spowodowane wystąpieniem okoliczności siły wyższej, za którą Strony uznają na przykład klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, kwarantannę, epidemie, w szczególności następstwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od Stron.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie § 8.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 22, dot. pakietu nr 8

Dot. wzoru umowy załącznik 3, §9 ust.3 - pakiet 8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §9 ust. 3 umowy w sposób następujący:

„3. W przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie § 9.

Pytanie 23, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralna jednorazowa do diatermii, Nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego o wymiarach 163,5x117mm; o powierzchni czynnej 103cm², pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga elektrody neutralne jednorazowe do diatermii, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego o wymiarach 176,5x122mm: 110cm².

Pytanie 24, dot. pakietu nr 5

Prosimy o dopuszczenie kabla uchwytu elektrody czynnej o długości 3,2m

Czy uchwyt ma być zakończony wtykiem 3 pin?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25, dot. pakietu nr 6

Prosimy o dopuszczenie elektrody owalnej o rozmiarze 164x117mm i powierzchni aktywnej 107cm²

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Sporządziła: Dorota Piekarz
nr tel.: 74/6489700



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742