

Wałbrzych, dnia 15.09.2020r.

DZPZ-530-Zp/47/PN-44/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa Aparatu ultrasonograficznego” - Zp/47/PN-44/20.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego wymogu fabrycznie nowego aparatu, wyprodukowanego w 2020 roku.

Odp. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego aparatu wyprodukowanego w 2020 r.

Pytanie 2, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga aby USG wyposażone było w najnowsze oprogramowanie system operacyjny Windows 10, starsze systemy np. Windows 7, nie są już wspierane przez producenta firmę Microsoft.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 3, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. I.4

Prosimy Zamawiającego o podanie algorytmu użytego przez Zamawiającego, którego użył do obliczenia aktywnych kanałów cyfrowych. Wedle naszej wiedzy Każdy z producentów inaczej liczy ten parametr, nie jest to wartość fizyczna, a jedynie wynik równania, w związku z powyższym wnosimy o rezygnację lub zmianę punktacji w pkt. 4 oraz dopuszczenie do postępowania aparat wysokiej klasy z ilością kanałów przetwarzania powyżej 573 000.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. I.5

Pragniemy zauważyć iż Zamawiający na dzień składania ofert wymaga trzech głowic podłączonych do aparatu, wnosimy zatem o dopuszczenie do postępowania aparatu wysokiej klasy z trzema niezależnymi gniazdami przełączanych elektronicznie oraz zmianę bądź rezygnację z punktacji w pkt.5

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 5, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. I.6

Zamawiający wymaga monitora LCD o przekątnej ekranu min 20 cali, nie podając przy tym wymogu rozdzielczości monitora. Pragniemy zauważyć iż wielkość monitora nie wpływa na jakość obrazowania lecz jego rozdzielczość, wnosimy zatem o potwierdzenie przez Zamawiającego wymogu monitora LCD bez przeplotu, powyżej 21 cali i minimalną rozdzielczością 1920×1080 (Full HD). Z taką rozdzielczością możemy się spotkać już w smartfonach średniej klasy, a Zamawiający zamierza zakupić wysokiej klasy aparat USG.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 6, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. I.6

W związku z powyższym wnosimy o zmianę bądź rezygnację z punktacji w pkt.6

Odp. Zamawiający nie zmienia punktacji w pkt.6.



Pytanie 7, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. I.8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z możliwością regulacji położenia panelu sterowania +/-30°? Pragniemy zauważyć iż podany parametr nie ma znaczenia diagnostycznego.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 8, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. I.11

Prosimy o podanie przez Zamawiającego kosztów podłączania urządzenia do szpitalnego systemu PACS/RIS.

Odp. Wykonawca negocjuje warunki z firmą PIXEL Technology – przedstawiciel handlowy P. Piotr Lewandowski tel. 510 087 971.

Pytanie 9, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. I.13

Czy zamawiający oczekując aparatu w najnowszej technologii nie powinien w wymogach zawrzeć technologii wykonania dysku twardego i wymagać zastosowania dysku typu SSD (wykonanego w technologii półprzewodnikowej) o pojemności min. 500 GB co znacznie przyspiesza pracę aparatu, skraca czas uruchamiania oraz zapisu na nośnikach. Dodatkowo pragniemy podkreślić, iż technologia HDD jest technologią przestarzałą i nie powinna znaleźć się w najnowszych aparatach.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 10, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. I.14

Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z ekranem dotykowym umożliwiającym obsługę aparatu o przekątnej powyżej 10 cali? Pragniemy zauważyć iż podany parametr nie ma znaczenia diagnostycznego, a jedynie ogranicza konkretnie.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 11, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. I.14, 15

Podane parametry nie mają znaczenia diagnostycznego wnosimy zatem o rezygnację z punktacji w pkt. 14 oraz pkt.15

Odp. Zamawiający nie zmienia SIWZ.

Pytanie 12, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. II.1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z regulacją głębokości pola obrazowania od 2-38 cm?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 13, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. II.1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z regulacją głębokości pola obrazowania od 2-38 cm?

Odp. Odpowiedź jak w pytaniu nr 12.

Pytanie 14, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. II.3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z zakresem dynamiki systemu 256 dB?


Odp. Zamawiający dopuszcza aparat z zakresem dynamiki min 300 dB.

Pytanie 15, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. II.3

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego dynamiki systemu wyświetlanej na monitorze aparatu min. 255 dB.

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.





Pytanie 16, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. IV.3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z korekcją kąta bramki Dopplerowskiej w zakresie +/- 60 stopni?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 17, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. IV.3

Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego jaką wartość diagnostyczną spełnia korekcja kąta w zakresie min. +/- 89 stopni. W codziennej pracy wykorzystuje się zakresy znacznie poniżej nawet 60° ze względu na to, iż badania przy większym kącie są niemiarodajne. Tym samym biorąc pod uwagę podstawy ultrasonografii, parametr jako taki nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego. Pragniemy podkreślić, że regulacja kąta do 60° jest aż nadto wystarczająca do badań Dopplerowskich

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 18, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. XII.1-5

Zamawiający wymaga aparatu wykonanego w najnowszej technologii w związku z tym czy zamawiający nie powinien wymagać również głowicy liniowej wykonanej w najnowszej technologii o zakresie częstotliwości 3-14MHz, z liczbą elementów 256, długością czoła głowicy 50 mm (przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym), z możliwością pracy z przystawką biopsyjną oraz obrazowaniem trapezowym oraz z oprogramowaniem do obrazowania elastograficznego w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem za pomocą map kolorów wielkości i lokalizacji zmiany, z oprogramowaniem do automatycznego pomiaru Intima Media?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 19, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. XIII.1-4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z głowicą sektorową elektroniczną wykonaną w technologii „single crystal” o zakresie częstotliwości pracy przetwornika 1-5 MHz, liczbą elementów 80, pracą w trybie Dopplera ciągłego CWD oraz pracy w trybie II harmonicznej?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 20, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. XIII.1-4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z głowicą sektorową elektroniczną o zakresie częstotliwości pracy przetwornika 2-4 MHz, liczbą elementów 80, pracą w trybie Dopplera ciągłego CWD oraz pracy w trybie II harmonicznej?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 21, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. XIV.1-6

Zamawiający wymaga aparatu wykonanego w najnowszej technologii w związku z tym czy zamawiający nie powinien wymagać również głowicy convex do badania jamy brzusznej, wykonanej w najnowszej technologii np. singiel crystal o zakresie częstotliwości pracy przetwornika 1-7MHz, liczbą elementów 160, kątem pola skanowania powyżej 69 stopni, promieniem krzywizny 45 mm bez możliwości pracy w trybie elastografii akustycznej, z możliwością pracy z przystawką biopsyjną, z oprogramowaniem do obrazowania panoramicznego dostępnego na głowicy convex oraz liniowej, z oprogramowaniem do biopsji, poprawiającym wizualizację igły oraz z oprogramowaniem Strain - służącym do ilościowej analizy globalnych i segmentalnych ruchów ściany lewej komory dostępnym na głowicy kardiologicznej?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.





Pytanie 22, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. XV.2

Czy Zmawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z możliwością rozbudowy na dzień składania ofert o głowice endokawitarną o kącie obrazowania 148 stopni?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 23, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. XV.4

Czy Zmawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy bez możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o czytnik kodów kreskowych?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 24, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. XV.5

Czy Zmawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy bez możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o technologie eliminującą efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 25, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. XV.8

Pragniemy zauważyć iż typowe pomiary biometryczne to BPD,HC,AC i FL, pomiary OFD i HL są opcjonalne, w związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie do postępowania aparatu wysokiej klasy z możliwością rozbudowy systemu na dzień składania ofert o funkcje automatycznego pomiaru typowych struktur płodu wymaganych dla biometrii płodu: BPD, HC, AC i FL.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 26, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. XV.9

Czy Zmawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy bez możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o tryb elastografii akustycznej shear wave wraz z pakietem pomiarowym?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 27, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. XV.10

Czy Zmawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z możliwością rozbudowy na dzień składania ofert o obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na długości min. 80 cm z możliwością wykonywania pomiarów?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 28, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. XV.12

Czy Zmawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z możliwością rozbudowy na dzień składania ofert o tryb „zamrożenia” systemu z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 30 sekund?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 29, dotyczy SIWZ

Opis techniczno-jakościowy - Jednostka główna – pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny klasy Premium, w wielu miejscach przewyższający wymagane parametry techniczne, którego zakres regulacji panelu sterowania wynosi +/- 25 stopni? Zważywszy na to, że proponujemy aparat ergonomiczny i mobilny, z układem jezdny składającym się z 4 niezależnych, obrotowych kół, chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że w połączeniu z zakresem regulacji panelu sterowania istnieje możliwość całkowitego dostosowania i ustawienia aparatu pod kątem wygodnego wykonania diagnostyki w pracowni USG oraz w sali szpitalnej.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.





Pytanie 30, dotyczy SIWZ

Opis techniczno-jakościowy - Jednostka główna – pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada kolorowy, programowalny panel dotykowy umożliwiający obsługę aparatu o wielkości 10,1 o pełnej przestrzeni do zagospodarowania według preferencji użytkowników?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 31, dotyczy SIWZ

Opis techniczno-jakościowy - Tryb 2D (B-mode) – pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG wysokiej klasy, z zakresem dynamiki systemu 290 dB? Tak niewielka różnica w parametrach nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 32, dotyczy SIWZ

Opis techniczno-jakościowy - Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PWD) – pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG klasy Premium, który posiada zakres korekcji kąta bramki dopplerowskiej +/-80 stopni? Tak niewielka różnica nie ma znaczenia diagnostycznego. Oferowany aparat posiada zakres regulacji kąta bramki dopplerowskiej na poziomie +/- 80 stopni w czasie rzeczywistym oraz po zamrożeniu obrazu, ręczny oraz automatyczny w pełnym zakresie, co dodatkowo znacznie przyspiesza diagnostykę.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 33, dotyczy SIWZ

Opis techniczno-jakościowy – Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej – pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf wyposażony w głowicę konweksową nowej generacji, wytworzoną w technologii wielowarstwowej i złożoną z 960 elementów, spełniającą wszystkie postawione wymagania, ale posiadającą promień krzywizny 50 mm? Głowica posiada kąt skanowania 75 stopni, co powoduje bardziej uniwersalne zastosowanie.

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 34, dotyczy SIWZ

Opis techniczno-jakościowy - Możliwość rozbudowy – pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada obecnie możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną o kącie obrazowania 200 stopni?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 35, dotyczy SIWZ

Opis techniczno-jakościowy - Możliwość rozbudowy systemu – pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG, który nie posiada czytnika kodów kreskowych?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 36, dotyczy SIWZ

Opis techniczno-jakościowy – Możliwość rozbudowy systemu – pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG, który posiada funkcje automatycznego pomiaru typowych struktur płodu, wymaganych dla biometrii płodu: BPD, OFD, HC, AC, FL, z wyjątkiem HL?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.





Pytanie 37, dotyczy SIWZ

Opis techniczno-jakościowy

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy o pełną opcję obrazowania anatomicznego M- mode – obraz uzyskiwany z 3 niezależnych kursorów.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 38, dotyczy SIWZ

Opis techniczno-jakościowy

Zamawiający chce kupić aparat klasy Premium, w którym nacisk kładzie między innymi na jakość i skuteczność badań dopplerowskich. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby aparat USG miał możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich? Opcja ta pozwala między innymi na zbadanie w tym samym czasie przepływu np. w naczyniu przed jego zwężeniem i za jego zwężeniem, a co za tym idzie poprawia jakość diagnostyki.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 39, dotyczy SIWZ

Opis techniczno-jakościowy

Zamawiający chce kupić aparat klasy Premium, w którym nacisk kładzie między innymi na jakość i skuteczność badań dopplerowski. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, funkcji umożliwiającej automatyczne wstawianie bramki dopplerowskiej PWD w naczyniu, z jednoczesną automatyczną regulacją jej wielkości, uchyłności wiązki dopplerowskiej oraz korekcją kąta?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 40, dotyczy SIWZ

Opis techniczno-jakościowy

Zamawiający chce kupić aparat klasy Premium, który powinien cechować się maksymalną ergonomią pracy. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał możliwości jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze po naciśnięciu jednego przycisku? Opcja ta znacząco przyspiesza i ułatwia pracę podczas badania.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 41, dotyczy Tabela - pkt. I.4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada ponad 300 000 cyfrowych kanałów przetwarzania?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 42, dotyczy Tabela - pkt. I.5

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada 3 niezależne, aktywne gniazda głowic przełączanych elektronicznie?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 43, dotyczy Tabela - pkt. I.8

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada szerokie możliwości regulacji położenia panelu sterowania: góra-dół (w zakresie 23 cm) oraz lewo-prawo, ale w zakresie +/- 30 stopni?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.





Pytanie 44, dotyczy Tabela - pkt. I.14

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada kolorowy dotykowy ekran LCD z możliwością programowania położenia poszczególnych przycisków, wielkości oraz przypisywania funkcji, ale o przekątnej 8,4”?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 45, dotyczy Tabela - pkt. II.3

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada dynamikę systemu o zakresie 265 dB?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 46, dotyczy Tabela - pkt. II.4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada zaawansowaną technologię obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru 3 kierunków/kątów sterowania liniami obrazu?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 47, dotyczy Tabela - pkt. IV.2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który regulację bramki dopplerowskie w zakresie od 1 do 20 mm?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 48, dotyczy Tabela - pkt. IV.3

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada regulację kąta korekcji bramki Dopplerowskie w zakresie +/-80 stopni?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 49, dotyczy Tabela - pkt. XII.1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada doskonałą głowicę Liniową naczyniową wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej (aż 750 elementów akustycznych), ale o zakresie częstotliwości 3,1 – 11,0 MHz?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 50, dotyczy Tabela - pkt. XIII / XIII.1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada doskonałą klasyczną głowicę sektorową o zakresie częstotliwości 1,4 – 4,8 MHz, ale niewykonanej w technologii Single Crystal?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 51, dotyczy Tabela - pkt. XIV.4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada doskonałą głowicę Convex do jamy brzusznej wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej (aż 750 elementów akustycznych), ale o promieniu krzywizny R50 mm?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 52, dotyczy Tabela - pkt. XV.1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który nie posiada





możliwości rozbudowy o funkcję automatycznych pomiarów pęcherzyków, wykorzystywanych do analizy pęcherzyków jajnikowych?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 53, dotyczy Tabela - pkt. XV.2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada możliwość rozbudowy o doskonałą głowicę Endocavitarną wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej (aż 900 elementów akustycznych) i zakresie częstotliwości 3,0 – 11,0 MHz, ale o kącie skanowania 180 stopni?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 54, dotyczy Tabela - pkt. XV.5

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który nie posiada możliwości rozbudowy o technologię eliminującą efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 55, dotyczy Tabela - pkt. XV.8

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który nie posiada możliwości rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru typowych struktur płodu, wymaganych dla biometrii płodu: BPD, OFD, HC, AC, FL i HL?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 56, dotyczy Tabela

Zamawiający zamierza zakupić uniwersalny aparat wysokiej klasy o szerokich zastosowaniach - czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, aby aparat posiadał możliwość rozbudowy (w dniu składania oferty) o obrazowanie naczyń narządów mięszszowych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych z możliwością prezentacji kierunku napływu i prędkości odświeżania FR>40 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek i przy bramce większej niż 2 x 2 cm?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 57, dotyczy Tabela

Zamawiający zamierza zakupić uniwersalny aparat wysokiej klasy o szerokich zastosowaniach - czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, aby aparat posiadał możliwość rozbudowy (w dniu składania oferty) o moduł Elastografii akustycznej (Shear Wave) obliczający i wyświetlający sztywność tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 58, dotyczy Tabela

Zamawiający zamierza zakupić uniwersalny aparat wysokiej klasy o szerokich zastosowaniach - czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, aby aparat posiadał możliwość rozbudowy (w dniu składania oferty) o głowicę Convex z centralnym kanałem biopsyjnym przechodzącym przez czoło sondy z możliwością wyboru 4 kątów wejścia igły?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 59, dotyczy Tabela

Zamawiający zamierza zakupić uniwersalny aparat wysokiej klasy o szerokich zastosowaniach - czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, aby aparat posiadał możliwość rozbudowy (w dniu





składania oferty) o liniową głowicę laparoskopową o zakresie częstotliwości min. 3 - 11 MHz i szerokości pola skanowania min. 45 mm?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 60, dotyczy Tabela

Zamawiający zamierza zakupić uniwersalny aparat wysokiej klasy o szerokich zastosowaniach - czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, aby aparat posiadał możliwość rozbudowy (w dniu składania oferty) o głowicę Liniową wysokoczęstotliwościową min. 4 - 18 MHz wykonaną w technologii matrycowej lub równoważnej posiadającej min. 1000 elementów akustycznych?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 61, dotyczy Umowa § 3 ust. 4

Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrywania ewentualnych reklamacji do 14 dni tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie 62, dotyczy Umowa § 6 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że ze względu na specyfikację sprzętu, duży koszt oraz fakt, że produkowany jest pod konkretne zamówienie wpływa na cenę aparatu. Odstąpienie od w/w wymogu pozwoli nam na skalkulowanie korzystniejszej oferty.

Uprzejmie prosimy o zastąpienie w/w paragrafie terminu „opóźnienie” terminem „zwłoka”.

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zapisu umowy w paragrafie numer 6 ust. 4. Zamawiający zawarł w tym punkcie zapis mówiący o wymianie aparatu na nowy w przypadku czterech napraw. Jak wynika z obecnego zapisu wymiana ta miałyby nastąpić nawet w przypadku napraw nieistotnych jak przetarcie kabla, czy też uszkodzenie klawisza.

Dodatkowo, należy podkreślić, że w przypadku aparatów USG oferowanych przez naszą firmę, w przypadku awarii i konieczności wymiany podzespołu czy elementu aparatu, zawsze jest wymieniany na nowy cały podzespół czy element.

W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację tego punktu:

4. dokonania bezpłatnej wymiany na nowy główny podzespół, element aparatu lub wyposażenie, które pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw nadal wykazuje wady lub nie osiąga wymaganych parametrów użytkowych. Wymiana na nowy główny podzespół, element aparatu lub wyposażenie, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wymiany na nowy główny podzespół, element aparatu lub wyposażenie Wykonawca udziela gwarancji na nowo dostarczony Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie na okres 24 miesięcznej gwarancji.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 63, dotyczy Umowa § 7 ust. 1ppkt. b)

Uprzejmie prosimy o zastąpienie w/w paragrafie terminu „opóźnienie” terminem „zwłoka”.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 64, dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §6

Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o treści:





„7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne,

8. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji; zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji”?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 65, dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §7 ust. 1 lit b)

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,1%.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczą – kompensacyjną, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 66, dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentem”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.





Pytanie 67, dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §7 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.”?

Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmoczonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

Odp.

Kwestie związane ze zmianą przepisów są regulowane odrębnymi przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm) oraz rozporządzeniami Rady Ministrów i poszczególnych Ministrów. W związku z powyższym Zamawiający nie będzie wprowadzać do umów zaproponowanych zapisów, gdyż sprawy związane z COVID 19 są regulowane odrębnymi przepisami i mają one zastosowanie jeśli zaistnieją przesłanki do ich stosowania. Zatem Zamawiający nie przewiduje z automatu przeszkód w realizacji zamówienia, tylko będą one musiały być wykazane przez Wykonawcę.

Pytanie 68

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat usg z głowicą liniową o częstotliwościach 4,4 – 13,5 MHz, posiadającą 192 fizyczne elementy obrazowe (kryształy)? Różnica 0,4 MHz w dolnym zakresie częstotliwości nie wpłynie w żaden sposób na jakość diagnostyczną obrazu, z kolei większa ilość elementów zapewni dużo wyższą rozdzielczość obrazu.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 69

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat usg z głowicą sektorową typu Single crystal o liczbie elementów 80, lecz z zakresem częstotliwości 1,0 – 5,0 MHz?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 70


Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat usg który posiada w standardowym wyposażeniu funkcję automatycznego podążania i ustawiania parametrów bramki Dopplera kolorowego i pulsacyjnego w badaniach naczyniowych, lecz nie posiadający technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach, celem optymalizacji wizualizacji naczyń? Rozwiązanie takie będzie dla Zamawiającego bardziej korzystne, ponieważ aparat posiada tę funkcję w standardowym wyposażeniu, a jakość obrazu w naszym aparacie jest na tyle wysoka że nie potrzebne są dodatkowe technologie poprawiające obrazowanie naczyń.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 71

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat usg posiadający obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na długości 100 cm z możliwością wykonania pomiarów, oraz





możliwości obrazowania przepływów w Power Dopplerze, oferowanym w standardowym wyposażeniu.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 72

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat usg, który posiada tryb zamrożenia systemu z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie do 12 sekund? Różnica 7 sekund w szybkim uruchomieniu aparatu ze stanu uśpienia, nie ma żadnego wpływu na jakość i komfort diagnostyki pacjenta.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 73, dotyczy §7 ust. 4 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapis przyjął brzmienie: „W przypadku czterokrotnej awarii tego samego istotnego podzespołu w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy”?

Odp. §7 ust. 4 umowy dotyczy potrącania kar umownych.

Pytanie 74, dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

JEDNOSTKA GŁÓWNA: punkt 14.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada ekran dotykowy umożliwiający obsługę aparatu o przekątnej 12” ?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 75, dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

JEDNOSTKA GŁÓWNA: punkt 15.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który nie umożliwia regulacji kąta nachylenia panelu dotykowego?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 76, dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

JEDNOSTKA GŁÓWNA: punkt 17.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który nie posiada wbudowanego w konsolę aparatu podgrzewacza żelu? Oferowane wraz z aparatem podgrzewacze żelu można trwale zainstalować w czasie instalacji systemu we wskazanym przez użytkownika miejscu na konsoli lub obudowie aparatu.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 77, dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

XIII Głowica sektorowa elektroniczna „single crystal”


Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego głowice sektorową elektroniczną wykonaną w technologii PureWave, która jest odpowiednikiem wymaganej przez Zamawiającego technologii „single crystal”? Kryształ PureWave z których zbudowana jest głowica charakteryzują się większą czystością, jednorodnością i są o 85% bardziej wydajne od innych technologii głowic. Technologia PureWave zapewnia lepszą penetrację u pacjentów trudnych do obrazowania.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 78, dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

Głowica sektorowa elektroniczna „single crystal”: punkt 2.





Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego głowice sektorową elektroniczną wykonaną w technologii PureWave o zakresie częstotliwości pracy przetwornika do 1 do 5 MHz i składającą się z 80 elementów. Kryształy PureWave z których zbudowana jest głowica charakteryzują się większą czystością, jednorodnością i są o 85% bardziej wydajne od innych technologii głowic. Technologia PureWave zapewnia lepszą penetrację u pacjentów trudnych do obrazowania.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 79, dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej: punkt 4.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego głowice konweksową wieloczęstotliwościową do badań jamy brzusznej wykonaną w technologii PureWave o zakresie częstotliwości pracy przetwornika do 1 do 5 MHz i składającą się z 320 elementów, której promień krzywizny wynosi 55,5mm?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 80, dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

Możliwość rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert): punkt 1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który nie posiada funkcji automatycznych pomiarów pęcherzyków, wykorzystywaną do analizy pęcherzyków jajnikowych?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 81, dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

Możliwość rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert): punkt 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego głowicę endokawitarną o kącie obrazowania 163°?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 82, dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

Możliwość rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert): punkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który nie posiada technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. Oferowany system ultrasonograficzny posiada technologię alternatywą MicroFlow Imaging z funkcją BLEND, która to pozwala na obrazowanie przepływu z tłem lub bez tła? Dodatkowo system oferuje opcję MicroFlow Imaging HD o 2,5 x większej czułości od technologii MicroFlow Imaging.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 83, dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

Możliwość rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert): punkt 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który oferuje obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na długości 60 cm z możliwością wykonywania pomiarów? Wykonanie skanu o długości przekraczającej 2 metry jest technicznie nie do zrealizowania w badaniach radiologicznych osób dorosłych.

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 84, dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

Możliwość rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert): punkt 12





Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który oferuje zasilanie bateryjne umożliwiające uspienie aparatu oraz daje możliwość szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 20 sekund?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 85, dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

formularz cenowy

Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT oraz rodzaj asortymentu?

Odp. TAK

Pytanie 86, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 87, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 88, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

- Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,
 - przekaze Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz
 - udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz
 - przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.
- Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiegokolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
- Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub





instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 89, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 90, dotyczy projektu umowy

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkolenie, serwis itd. Z uwagi na wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji zamówień i niemożliwą do przewidzenia dalszą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, bardzo rygorystyczne zapisy umowy w zakresie kar mogą spowodować, iż żaden z Wykonawców nie zdecyduje się złożyć oferty.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści §7 wzoru umowy.

Odp.

Kwestie związane ze zmianą przepisów są regulowane odrębnymi przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm) oraz rozporządzeniami Rady Ministrów i poszczególnych Ministrów. W





związku z powyższym Zamawiający nie będzie wprowadzać do umów zaproponowanych zapisów,
gdyż sprawy związane z COVID 19 są regulowane odrębnymi przepisami i mają one zastosowanie jeśli zaistnieją przesłanki do ich stosowania. Zatem Zamawiający nie przewiduje z automatu przeszkód w realizacji zamówienia, tylko będą one musiały być wykazane przez Wykonawcę.

Pytanie 91, dotyczy projektu umowy

Czy z uwagi na niemożliwość do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkolenie?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści §3 wzoru umowy.

Odp.

Kwestie związane ze zmianą przepisów są regulowane odrębnymi przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm) oraz rozporządzeniami Rady Ministrów i poszczególnych Ministrów. W związku z powyższym Zamawiający nie będzie wprowadzać do umów zaproponowanych zapisów, gdyż sprawy związane z COVID 19 są regulowane odrębnymi przepisami i mają one zastosowanie jeśli zaistnieją przesłanki do ich stosowania. Zatem Zamawiający nie przewiduje z automatu przeszkód w realizacji zamówienia, tylko będą one musiały być wykazane przez Wykonawcę.

Pytanie 92, dotyczy projektu umowy §7 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do poziomu 0,2% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 93, dotyczy projektu umowy

Czy w związku z dostępem serwisu wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiający zamierza podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Odp. TAK

Pytanie 94, dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §6 ust. 4

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.