



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 25.10.2016 r.

DZPZ-530-Zp/87/PN-86/16

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy aparatów do przetoczeń i przedłużaczy do pomp infuzyjnych” – Zp/87PN-86/16.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Jaka jest odległość od miejsca rozładunku do magazynu, do którego wykonawca ma dostarczyć towar? **Odp.** Odległość od miejsca rozładunku do magazynu, do którego wykonawca ma dostarczyć towar wynosi ok. 15 metrów.

Pytanie 2. Czy istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostarczenie towaru od miejsca rozładunku do magazynu? Jeśli tak to jakie? **Odp.** Tak. Na drodze od miejsca rozładunku do magazynu znajdują się 4 schody.

Pytanie 3. Czy istnieją ograniczenia dla samochodów ciężarowych uniemożliwiające podjazd do miejsca rozładunku? **Odp.** Nie istnieją ograniczenia dla samochodów ciężarowych uniemożliwiające podjazd do miejsca rozładunku, jednakże ostatecznie jest to uzależnione od tonażu samochodu.

Pytanie 4, pakiet 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu foliowym?. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza przyrząd w opakowaniu foliowym, z zapewnieniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ..

Pytanie 5, pakiet 2 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o objętości wypełnienia 1,7 ml.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza przedłużacza o objętości wypełnienia 1,7 ml z powodu zwiększonej utraty leku..