



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 16.10.2020r.

DZPZ-530-Zp/58/PN-55/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa jednorazowego wyposażenia pracowni cytostatycznej i roztworów płynów infuzyjnych” - Zp/58/PN-55/20

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie równoważnego systemu zamkniętego firmy Equashield. Obecnie opisy urządzeń są przygotowane w taki sposób, że pasuje do nich tylko jeden system – Phaseal (producent Becton Dickinson). Zamawiający w opisie używa co prawda określenia „typu” (injector, connector – są to nazwy własne systemu Phaseal), ale później opisuje dokładnie system Phaseal. Klienci w Polsce i na świecie wiedzą, że system Equashield jest przynajmniej tak samo dobry jak Phaseal – z tego powodu prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania. Na marginesie chcemy podkreślić, że w systemie Equashield znajduje się szczelna i bezpieczna strzykawka, stale połączone z konektorem. Dzięki temu w tej samej cenie Zamawiający otrzymuje pełny system zamknięty – w przypadku Phaseal wciąż musi dokupywać strzykawki (które i tak nie będą tworzyć systemu zamkniętego).

1. Pytania do pakietu nr. 3 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści równoważny przyrząd o następujących parametrach:
Przyrząd konektor luer lock z możliwością połączenia z końcówką luer-lockiem żeńska, kompatybilny z konektorem stale połączonym ze strzykawką i igłą luer lock, tworząc zamknięty system, gwarantujący szczelne i hermetyczne połączenia, jednorazowy jałowy, pakowany pojedynczo?

Odp: zamawiający nie dopuszcza, ponieważ proponowany 3 częściowy system nie ma możliwości rozpuszczenia preparatów w proszku np endoxanu.

2. Pytania do pakietu nr. 3 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści równoważny przyrząd o następujących parametrach:
Przyrząd połączony trwale ze strzykawką kompatybilny z urządzeniami: adapter na fiolkę, adapter infuzyjny, konektor luer lock, gwarantujący hermetyczne i szczelne połączenie, posiadający zabezpieczającą igłę o średnicy od 17 do 19g i objętości 0,07 do 0,08ml, umożliwiający pobranie leku cytostatycznego w systemie zamkniętym do strzykawki i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub miejscem wkłucia iv. , jednorazowy jałowy, pakowany pojedynczo?

Odp: zamawiający nie dopuszcza, ponieważ proponowany 3 częściowy system nie ma możliwości rozpuszczenia preparatów w proszku np endoxanu.

3. Pytania do pakietu nr. 3 pozycja 3

Czy zamawiający dopuści równoważny przyrząd (adapter na fiolkę) o następujących parametrach:
Przyrząd do rozpuszczania i pobierania leku z fiołki, zamknięty system do bezpiecznego rozpuszczania leku liofilizowanego oraz pobrania roztworu z fiołki. Przyrząd powinien być kompatybilny z korkiem o średnicy 20mm, zabezpieczać przed wyciekami leku i wydobywaniem się aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównywać różnice ciśnień we fiołce podczas rozpuszczania leku, posiadający możliwość wymiany powietrza (w tym wydobywających się aerozoli) pomiędzy szczelną strzykawką (do objętości 60 ml), a fiolką. Kompatybilny z przyrządami typu luer-lock. Jednorazowy jałowy, pakowany pojedynczo?

Odp: zamawiający nie dopuszcza, ponieważ proponowany 3 częściowy system nie ma możliwości rozpuszczenia preparatów w proszku np endoxanu.