



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 28.10.2016 r.

DZPZ-530-Zp/87/PN-86/16

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy aparatów do przetoczeń i przedłużaczy do pomp infuzyjnych” – Zp/87PN-86/16.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga aby logo producenta znajdowało się bezpośrednio na przyrządzie w celu łatwiejszej identyfikacji po użyciu? **Odp.** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby logo producenta znajdowało się bezpośrednio na przyrządzie w celu łatwiejszej identyfikacji po użyciu

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządów bez zawartości ftalanów z fabryczną informacją o ich braku na opakowaniu jednostkowym? **Odp.** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaofiarowania przyrządów bez zawartości ftalanów z fabryczną informacją o ich braku na opakowaniu jednostkowym.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządów z elastyczną komorą kroplową bez zawartości PVC? **Odp.** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaofiarowania przyrządów z elastyczną komorą kroplową bez zawartości PVC.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd posiadał opaskę stabilizującą dren wewnątrz opakowania? **Odp.** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby przyrząd posiadał opaskę stabilizującą dren wewnątrz opakowania.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-3

Czy w razie wątpliwości Zamawiający wezwie wykonawców do przedstawienia próbek w celu zbadania zgodności towaru z opisem? **Odp.** Tak, w razie wątpliwości Zamawiający wezwie

wykonawców do przedstawienia próbek w celu zbadania zgodności towaru z opisem. Zapis powyższy zawarty jest w Rozdz. XI.A. SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd posiadał zabezpieczenie (pochewkę) na igłę po użyciu? **Odp.** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby przyrząd posiadał zabezpieczenie (pochewkę) na igłę po użyciu.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z dużą komorą kroplową, minimum 60mm w części przezroczystej, co znacznie ułatwia obserwację przetaczanego płynu ? **Odp.** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania przyrządów z dużą komorą kroplową, minimum 60mm w części przezroczystej.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych w opakowaniu foliowym? **Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych w opakowaniu foliowym, z zapewnieniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ.