



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dr. Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 09.12.2020r.

DZPZ-530-Zp/66/PN-63/20

**Wykonawcy – wszyscy**

**„Dostawa: Cewnik moczowy, elektrody Liga-Sure, zestaw do autotransfuzji, protezy naczyniowe plus łaty, rurka sterylna do podawania soli fizjologicznej, ściereczki 1x użytku do mycia stołu operacyjnego, szyna unieruchamiająca na palec, ściereczka do mycia i dezynfekcji sprzętu w odcinku anestezjologii, zestaw do bezpiecznego podawania cytostatyków do pęcherza moczowego.”**

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1. Dotyczy pakietu 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści zestaw do autotransfuzji krwi producenta Redax (stosowany w wielu ośrodkach ortopedycznych w Polsce i na świecie) o poniższej charakterystyce: zamknięty system do transfuzji pooperacyjnej krwi składający się z 2 drenów typu Redon z trokarami 14 lub 16 CH (do wyboru), silikonowego mieszka o pojemności 400 ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów, zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona; worek na krew o pojemności 1000 ml z filtrem 40 mikronów, z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu; dren łączący o długości 150 cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka na krew (co czyni zestaw w pełni zamkniętym i bezpiecznym); standardowa linia do przetoczenia krwi. Sterylny, jednorazowego użytku.

**Odp. Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 2. Dotyczy pakietu 6**

Zwracamy się z prośbą o wyrażanie zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wymagania SIWZ o wym. 32x38cm umożliwiające utrzymanie najwyższej higieny i ułatwiające przestrzeganie norm HACCP, pakowane po 40 sztuk, ściereczka w kolorze różowym?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3 Dotyczy pakietu 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czyściwa specjalistycznego do czyszczenia o wym. 32x36cm, różowe, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 4. Dotyczy pakietu 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ściereczek w rozmiarze 32x38cm spełniających wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**



**Pytanie 5. Dotyczy pakietu 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ściereczek w rozmiarze 32x36cm w kolorze białym spełniających wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 6. Dotyczy pakietu 4**

**Protezy naczyniowe + łąty**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji:

**I.** Protezy naczyniowe dziane, proste i rozwidłone, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49 mm, przepuszczalność do 5 ml/cm<sup>2</sup>/min :

Lp. 1 Średnice 6 do 24 mm

Lp. 2 Średnice 6 do 24 mm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7. Dotyczy pakietu 4**

**Protezy naczyniowe + łąty**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji:

**II.** Protezy naczyniowe dziane, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym splotem, grubości ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm<sup>2</sup>/min, antybakteryjne - impregnowane solami srebra :

Lp. 1 Średnice 6 do 24 mm

Lp. 2 Średnice 6 do 24 mm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8. Dotyczy pakietu 4**

**Protezy naczyniowe + łąty**

Czy zamawiający dopuści do przetargu ofertę bez pozycji: nr VI Lp 1 ?:

**VI.** Proteza hybrydowa wykonana z dwóch warstw, warstwa wewnętrzna wykonana z PTFE i warstwa zewnętrzna wykonana z dzianego poliestru minimalizująca krwawienie z miejsca przejścia szwu, proste, niezbrojone.

**Odp. Zamawiający zmienił zał. nr 1 do SIWZ dla pakietu nr 4 (usunięto pkt VI )**