



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 22.12.2020r.

DZPZ-530-Zp/68/PN-66/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa implantów - osteosynteza” – Zp/68/PN-65/20

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji? Pakiet Nr. 1 składałby się z pozycji Nr. 40, czyli drutów Kirschnera oraz pozycji Nr. 41, czyli prętów Rusha. Pozostałe pozycje do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 2, dot. Pakietu 11

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 11 „Substytut kostny” zaoferowania biokompatybilnego i biozgodnego produktu o zawartości siarczanu wapnia i hydroksyapatytu występującego w wersji bez lub z antybiotykiem (wankomycyna lub gentamycyna) o przewidywalnym procesie uwalniania antybiotyku przez min. 28 dni powyżej minimalnej dawki terapeutycznej, posiadającego wszelkie certyfikaty do zastosowania miejscowego w leczeniu infekcji kości i zapewniającego równoczesną pełną przebudowę kostną substytutu, pakowanego w sterylnych opakowaniach o objętości od 5-18 ml?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 3 dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści:

- w pakiecie nr 6 poz 1 a zastosowanie gwoźdźcia o anatomicznym kącie ugięcia 5° z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości: od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Gwóźdź wykonany ze stopu tytanmolibden, dostępny w długości: 170, 200, 235mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0; 10.0; 11.0; 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane oraz
- w pakiecie nr 6 poz 1 b zastosowanie gwoździ długich od 260 - 480mm (ze skokiem co 20mm) średnica o średnicy 9.0; 10.0; 11.0; 12.0 i 14.0mm, w wersji prawy i lewy, sterylnie pakowane

Odp. :

Pakiet nr 6 poz. 1a: Tak, Zamawiający dopuści.





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. **dra Alfreda Sokołowskiego**
w Wałbrzychu



Pakiet nr 6 poz. 1b : Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 4 dot. Pakietu 6 poz. 5

Czy zamawiający w Pakiecie nr 6 poz 5 dopuści zastosowanie śruby blokującej o średnicy 5,0mm z gniazdem gwiazdkowym, w długości 26-80mm, ze skokiem co 2mm i 80-100mm ze skokiem co 5mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 5 dot. Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści możliwość zaferowania implantów wykonanych z tytanu, bezpiecznego dla pacjentów alergicznych?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga implantów wykonanych ze stali.

Pytanie 6 dot. Pakietu 3 poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 3 dopuści możliwość zaferowania płytki o długości 73-229mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga płytki o długości 235 mm.

Pytanie 7 dot. Pakietu 3 poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dopuści możliwość zaferowania płyt z otworami w trzonie płyty dwufunkcyjnymi nie wymagającymi zaślepek/przejsiówek, gwintowanymi (z gwintem stożkowym) w części blokującej i gładkimi w części kompresyjnej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 8 dot. Pakietu 3 poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dopuści możliwość zaferowania płyt z otworami w głowie płyty blokowanymi wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. – wg własnych rozwiązań konstrukcyjnych (jedna płytka do zastosowania w blokowaniu stabilno lub zmiennie kątowym, co ogranicza wielkość depozytu), zamiast płyt z otworami w głowie zbudowanymi z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Dopuszcza to do udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców oraz umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Rozkład otworów wymagany przez Zamawiającego ze względu na charakter zaopatrywanych złamań i możliwości ich różnorodnego zespolenia (wymagania zgodnie z SIWZ).

Pytanie 9 dot. Pakietu 3 poz. 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 4 dopuści możliwość zaferowania: *Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub*



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiającą elastyczność pionowego pozycjonowania płytki oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 10 dot. Pakietu 3 poz. 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki przyśrodkowej od 4 do 14 otworów, dł. 116-246mm; płytki przyśrodkowej z bocznym ramieniem o dł. 117-171mm; płyty przednio-bocznej posiadającej 5-17 otworów, dł. 80-236mm oraz płytki piszczelowej podporowej T 3-7-otworowej, dł. 50-89mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści – nieodpowiednia długość i liczba otworów. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 11 dot. Pakietu 3 poz. 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 81-211mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści – nieodpowiednia długość. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 12 dot. Pakietu 3 poz. 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższego końca kości piszczelowej bocznej posiadającej od 4 do 16 otworów zamiast od 5 do 16 otworów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 13 dot. Pakietu 3 poz. 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płyt do dalszego końca kości piszczelowej:

- Płyty piszczelowe przednio-boczne od 5-19 otworów, dł. 80-292 mm
- Płyty piszczelowe przyśrodkowe w długościach od 4-14 otworów, 116-246 mm
- Płyty piszczelowe przyśrodkowe z małym anatomicznym wygięciem od 4-14 otworów, w długości 109-239 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 14 dot. Pakietu 3 poz. 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania: „Zestaw płyt rekonstrukcyjnych do rekonstrukcji i zespalania złamań w obrębie miednicy. Płyty o grubości 2,7



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



mm, proste o ilości otworów od 5 do 16 i zagięte o ilości otworów od 6 do 16. Płyty proste o grubości 3,7 mm i ilości otworów od 3 do 14. Materiał stal.

Płyta do spojenia łonowego, anatomiczna 4 i 6 otworowa”?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści – nieodpowiednia grubość płytki.

Pytanie 15 dot. Pakietu 3 poz. 18

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 18 dopuści możliwość zaferowania płyty prostej wąskiej o długości od 2 do 22 otworów – od 44 do 404 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 16 dot. Pakietu 3 poz. 18

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 18 dopuści możliwość zaferowania płyty prostej szerokiej o długości od 5 do 18 otworów – od 103 do 350 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści – nieodpowiednie parametry implantów. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 17 dot. Pakietu 3 poz. 19

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 19 dopuści możliwość zaferowania płytki do dalszej nasady kości udowej o długości 156-316 mm zamiast 156-315 mm?

Odp. Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ.

Pytanie 18 dot. Pakietu 3 poz. 20-21

Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie z Pakietu 3 poz. 20-21 w odrębny pakiet, celem dopuszczenia do udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców oraz umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji 20-21 do osobnego pakietu.

Pytanie 19 dot. Pakietu 3 poz. 25

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 25 dopuści możliwość zaferowania wyłącznie płytki do bliższej nasady kości udowej bez haka?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści – hak jest wymagany, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 20 dot. Pakietu 3 poz. 31

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 31 dopuści możliwość zaferowania śruby kaniulowanej umożliwiającej wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,1mm. Gniazdo sześciokątne 3,5mm w długości dla krótkiego i długiego gwintu do 140mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści – nieodpowiednie parametry implantów. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 25, dot. Pakietu 2 poz. 45

Czy Zamawiający w poz. nr 45 wyrazi zgodę na zaoferowanie zaślepki w zakresie 0-20mm?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 26, dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 2 poz. 47 tj. cement kostny i utworzy z niej oddzielny pakiet?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji 47 do osobnego pakietu.

Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów projektu umowy 3a:

Pytanie 27

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §4 ust. 6 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 6, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 29

Czy Zamawiający dookreśli, iż odpowiedzialność Wykonawcy wskazana w §7 jest ograniczona do wartości towaru?

Obecna treść §7 nie określa do jakiego progu odpowiada Wykonawca.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 30

Czy Zamawiający w §8 Ust. 1 lit a zmieni wysokość kary umownej z 1 na 0,5%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353¹ k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami. Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszenie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Ponadto w treści umowy Zamawiający nie przywidział dostaw na cito dlatego nie może ustanawiać kar za niedochowanie terminu takich dostaw.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 31 dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań okołokrętarzowych.

a/ krótki- gwóźdź o anatomicznym kacie ugięcia **10°**, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej $\varnothing 11\text{mm}$ z gwintem owalnym ~~lub śruby doszyjkowej z ostrzem heliakalnym (spiralno-nożowym) $\varnothing 11\text{mm}$, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej;~~ w długości: od 70 mm do 100 mm z przeskokiem co 5 mm, niesterylna. ~~Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej.~~ Gwóźdź jest dostępny w długościach: - 180mm, średnica $\varnothing 10$, $\varnothing 11$, $\varnothing 12\text{mm}$, kąt 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, zaślepka daje możliwość przedłużenia gwoździa do 15mm

b/ średni i długi- gwóźdź o anatomicznym kacie ugięcia **10°**, (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej $\varnothing 11\text{mm}$ z gwintem owalnym ~~lub śruby doszyjkowej z ostrzem heliakalnym (spiralno-nożowym) $\varnothing 11\text{mm}$, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej;~~ w długości: od 70 mm do 100 mm z przeskokiem co 5 mm, sterylna. ~~Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej.~~ Gwóźdź jest dostępny w długościach:
- 240mm, średnica $\varnothing 10$, $\varnothing 11$, $\varnothing 12\text{mm}$, kąt 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny,
- 300 - 460mm, średnica $\varnothing 10$, $\varnothing 11$, $\varnothing 12$ i $\varnothing 14$ mm, w wersji prawy i lewy;
- zaślepka daje możliwość przedłużenia gwoździa do 15mm


Śruba doszyjkowa z gwintem owalnym, stop tytanu, **niesterylna.**

~~Ostrze helikalne, spiralno-nożowe, stop tytanu~~

Śruba zaślepiająca do gwoździa, stop tytanu.

Wkręt blokujący **fi 5,0 mm**, tytan.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podane parametry implantu nie spełniają wymagań podanych w SIWZ, m.in. kąt ugięcia, brak mechanizmu zapobiegającego rotacji śruby doszyjkowej, brak śruby z ostrzem helikalnym.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 32 dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na elastyczne gwoździe tytanowe- średnica od **1,6mm** do 4 mm, długość **310-440mm**, koniec gwoździa spłaszczony, **wygięty pod tym samym kątem**, wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej i samogwintującej do stabilizacji w kości tytanowego gwoździa elastycznego, z gniazdem na gwóźdź i gładką zewnętrzną osłoną tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego- dwie średnice w zależności od średnicy gwoździa.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 33 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyroby niesterylne?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga implantów zapakowanych pojedynczo i sterylne.

Pytanie 34 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na płytkę, która posiada w części nasadowej 5 otworów blokowanych w wersji wąskiej(**22mm**) oraz 7 otworów blokowanych w wersji szerokiej(**24mm**)?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga płytki w wersji szerokiej 27 mm.

Pytanie 35 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na płytkę, która w części trzonowej posiada 4-5otworów blokowanych i rozdzielnie położonych kompresyjnych?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wyrazi zgodę na płytkę kształtowa blokowana ukośna L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, **2-3** otworów blokowanych i rozdzielnie położonych kompresyjnych w części trzonowej?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 37 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 wyrazi zgodę na płytkę kształtową blokowaną ukośną L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, **3-4** otworów blokowanych i rozdzielnie położonych kompresyjnych w części trzonowej?



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. **dra Alfreda Sokołowskiego**
w Wałbrzychu



Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 38 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 7, 8, 11, 19, 21, 22, 26, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43 do innego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji 7, 8, 11, 19, 21, 22, 26, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43 do osobnego pakietu.

Pytanie 39 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wkrety nieblokowane z gniazdem heksagonalnym?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 40 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 15 wyrazi zgodę na płytkę z dwoma otworami do wprowadzania Kirschnera?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga trzech otworów na groty Kirschnera.

Pytanie 41 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 16 wyrazi zgodę na płytkę jedynie w wersji z zaczepami?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Obecność zaczepów w implancie ma być wyborem.

Pytanie 42 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 18 wyrazi zgodę na płytkę, która w części nasadowej posiada 4 otwory?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga w części nasadowej 6 otworów.

Pytanie 43 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 20 wyrazi zgodę na płytkę, która posiada jeden otwór do wprowadzenia Kirschnera?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga 4 otworów na groty Kirschnera.

Pytanie 44 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 21 wyrazi zgodę na płytkę kształtową blokowaną do bliższej nasady kości ramiennej, z ograniczonym kontaktem, od 3 do 9 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 9 otworów blokowanych. Otwory



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytkę ma posiadać przynajmniej 9 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej (**brak otworu od strony wyprofilowanej**). Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami typu torx. Materiał – stop tytanu.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga otworu dla grota Kirschnera od strony wyprofilowanej do tymczasowej stabilizacji implantu.

Pytanie 45 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 24 wyrazi zgodę na Wkręt blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16mm-**60mm**?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga wkrętów o długości do 85mm.

Pytanie 46 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 25 wyrazi zgodę na wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym, o śr. 3,5mm, dł. **14mm -80mm**?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga wkrętów o długości od 12 mm do 85mm.

Pytanie 47 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 27 wyrazi zgodę na płytę, która posiada 2 otwory do wprowadzenia Kirschnera?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga trzech otworów na groty Kirschnera.

Pytanie 48 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 27 wyrazi zgodę na płytka kształtowa blokowana kłykciowa udowa, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, od **6** do 10 otworów blokowanych w tym jeden kompresyjny w części trzonowej- otwory blokowane naprzemiennie pochylone. **Posiada 4 otwory do wprowadzenia Kirschnera** 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. W części nasadowej do otworu blokowanego o większej średnicy odpowiedni wkręt o średnicy **7,5mm** blokowany, kaniulowany, samogwintujący?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga płytki do 14 otworów.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 49 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 30 wyrazi zgodę na płytkę, która w części nasadowej posiada 4 otwory blokowane?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga płytki z liczbą otworów blokowanych od 4 do 10.

Pytanie 50 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 31 wyrazi zgodę na płytkę kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej zakładana od stron bocznej, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, od 4 do 8 otworów blokowanych i otwór kompresyjny w części trzonowej, położonych rozdzielnie. W części nasadowej 5 otworów blokowanych. Posiada 4 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Długość płytki od 120mm - 240mm?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 51 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 32 wyrazi zgodę na wkręty o dł. 20-90mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga wkrętów o długości od 16 mm do 95 mm.

Pytanie 52 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 33 wyrazi zgodę na wkręty o dł. 16-90mm, gniazdo heksagonalne?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga wkrętów o długości do 100 mm.

Pytanie 53 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 40 wyrazi zgodę na druty Kirschnera długości 150-400mm?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 54 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 45 wyrazi zgodę na wkręty o dł. 46-70mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga wkrętów o długości od 25 mm.

Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr tel.: 74/6489700



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742