

Wałbrzych, dnia 10.12.2020r.

DZPZ-530-Zp/72/PN-69/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „**Dostawa: Strzygarka chirurgiczna, Strzykawki**” - Zp/72/PN-69/20.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2,

Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do wzoru umowy:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyrobu przez producenta.

Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji.

Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.

Odp. Zamawiający wprowadza do wzoru umowy § 4 pkt. 8, 9, 10 i 11 o treści:

„ § 4

8. Strony dopuszczają zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyrobu przez producenta.

9. Wykonawca przedstawi pisemne oświadczenie producenta wyrobu potwierdzające fakt zaprzestania produkcji.

10. Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie

11. Nowy wyrób musi uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego.



Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 1ml renomowanego producenta Becton Dickinson posiadającej cylinder wykonany z poliwęglanu, tłok z polipropylenu, nie posiadającej pierścienia zabezpieczającego przed przypadkowym wysunięciem tłoka, sterylizowane promieniami gamma? musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga pierścienia zabezpieczającego przed przypadkowym wysunięciem tłoka.

Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki w opakowaniu zbiorczym 200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5, dotyczy pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki w opakowaniu zbiorczym 125 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6,

Czy z uwagi na szczególną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju i utrudnienia w dostarczeniu ofert przez kurierów, Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie środków komunikacji elektronicznej podczas składania oferty zgodnie z komunikatem i zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych?


<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>

„W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.”





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie środków komunikacji elektronicznej podczas składania oferty

Pytanie 7, dotyczy pakietu nr 2 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 20 ml , opakowania po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne) , co ułatwia aseptyczne otwarcie strzykawki zawsze od strony tłoka. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych wymagań siwz .

Pytanie 8, dotyczy pakietu nr 2 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 30 ml , opakowania po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne) , co ułatwia aseptyczne otwarcie strzykawki zawsze od strony tłoka. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych wymagań siwz .

Pytanie 9, dotyczy pakietu nr 2 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 50ml z rozszerzoną skalą do 60 ml , opakowania po 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne) , co ułatwia aseptyczne otwarcie strzykawki zawsze od strony tłoka. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych wymagań siwz .