



Wałbrzych, dnia 13.01.2021r.

DZPZ-530-Zp/75/PN-72/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa: Jednorazowy cewnik Tiemanna, Igły lokalizacyjne, Jednorazowy zestaw serwet do cystoskopii, Siatki do piersi częściowo i całkowicie wchłanialne, Staplery, Materiał opatrunkowy, Implanty do rekonstrukcji piersi, Porty dożylnie o dootrzewnowe, Kaniule do termolezji, Końcówka noża harmonicznego, Fiksatory do siatek, Obuwie gumowe, Środek do dezynfekcji, Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego” - Zp/75/PN-72/20

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 120 cm x 140 cm
- 2 osłony na kończyny dolne 75 cm x 120 cm
- 1 serweta do cystoskopii 90 cm x 175 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 9 cm x 15 cm umieszczonym centralnie?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw.

Pytanie 2. Dotyczy pakiet 1 poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuści Tiemanna bez zmrożonej powierzchni?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Dotyczy pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw serwet do cystoskopii o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100cmx150cm
- 1 x serweta do cystoskopii o wymiarach 75 cm x 200 cm z przylepnym otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm
- 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm, z hydrofobowej włókniny SMS
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Dotyczy pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do pasywnego drenażu ran operacyjnych składający się z: worka o pojemności 500 ml, drenu o długości 100 cm z atraumatycznym otworem centralnym oraz sześcioma bocznymi otworami drenującymi, wykonanego w 100% z silikonu z paskiem RTG wzdłuż całego drenu, zapewniającym pełną identyfikację położenia w trakcie całego okresu terapii. Worek zbiorczy wykonany z mocnej folii PCV z zastawką antyrefleksyjną oraz zaworem spustowym typu poziomego, umożliwiającym wygodne, bezkontaktowe i szybkie opróżnienie worka z zawartości. Worek skalowany co 50 ml z nadrukowanym miejscem na opis danych pacjenta, tylna ścianka worka biała w celu łatwiejszej wizualizacji zbieranej treści. Opakowanie podwójne - zewnętrzne papier - folia, wewnętrzne folia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza - wymagamy worków o pojemności 600 ml, worek wyskalowany co 25 ml, brak rozmiarów drenów.



Pytanie 5. Dotyczy pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści następujące rozmiary obuwia: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Dotyczy pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne z Pakietu nr 15 nie będące wyrobem medycznym, a w związku z tym odstąpi od wymogu zgodności z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz złożenia oświadczenia w tym zakresie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Dotyczy pakiet 15

Zamawiający wymaga dla obuwia z Pakietu 15 certyfikatu CE dla środków ochrony osobistej klasy 1 wg dyrektywy EEC89/686.

Czy Zamawiający dopuści Deklarację zgodności CE?

Odp. Zamawiający dopuści Deklarację zgodności CE .

Pytanie 8. Dotyczy pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ 120X60CM – 2 szt.

SERWETA 180X75CM Z PRZYLEPNYM OTWOREM 10X20 – 1 szt.

KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM – 2 szt.

SERWETA NA STÓŁ INSTRUM. 190X150CM – 1 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9. Dotyczy projektu umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Zamawiający informuje, że w projekcie umowy nie są wymienione dni robocze.

Pytanie 10. Dotyczy projektu umowy


Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy na cito z 48 godzin do 72 godzin?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie 11. Dotyczy projektu umowy

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp. Zamawiający informuje, iż w związku z obecną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.



Pytanie 12. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy przetargowej oraz numerze pakietu, lub zezwoli aby informacje te zawarte były na załączniku do faktury?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 13. Dotyczy projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy .

Pytanie 14. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę obniżenie kary umownej w par. 8, ust. 1 na 0,5% wartości niewykonanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 15. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 9 pkt 3 umowy i dodanie słów: "po uprzednim wezwaniu wykonawcy"?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 16. Dotyczy pakietu 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników sterylizowanych tlenkiem etylenu, bez satynowej (zmrożonej powierzchni).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17. Dotyczy pakietu 6 poz. 1


Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 1 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 65,1 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Nowy nóż w każdym ładunku. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga długość linii szwu 60 mm.

Pytanie 18. Dotyczy pakietu 6 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 2 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 65,1 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga długość linii szwu 60 mm.



Pytanie 19. Dotyczy pakietu 6 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 3 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 85,1 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nowy nóż w każdym ładunku. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga długość linii szwu 80 mm.

Pytanie 20. Dotyczy pakietu 6 poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 4 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 85,1 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga długość linii szwu 80 mm.

Pytanie 21. Dotyczy pakietu 6 poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 5 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 103 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nowy nóż w każdym ładunku. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga długość linii szwu 100 mm.

Pytanie 22. Dotyczy pakietu 6 poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 6 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 103 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga długość linii szwu 100 mm.

Pytanie 23. Dotyczy pakietu 6 poz. 7


Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 7 dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek. Rozmiary staplera uniwersalnego: 21, 24, 26, 29 i 32 mm. Staplery dostępne również w wersji długiej XL– w rozmiarach 21, 25, 29, 32, 34 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm – dla rozmiaru 21 i 24 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8mm – dla rozmiaru 26 i 29 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm – dla rozmiaru 32 i 34 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga stapler z łamaną główką w rozmiarze 21, 25, 28, 31 i 33 mm.

Pytanie 24. Dotyczy pakietu 6 poz. 8

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 8 dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku 45 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5. Zszywki wykonane z drutu okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zszywek z drutu bilateralnie spłaszczonego .



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 25. Dotyczy pakietu 6 poz. 9

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 9 dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku 60 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5. Zszywki wykonane z drutu okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zszywek z drutu bilateralnie spłaszczonego.

Pytanie 26. Dotyczy pakietu 6 poz. 10

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 10 dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku 90 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5. Zszywki wykonane z drutu okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zszywek z drutu bilateralnie spłaszczonego.

Pytanie 27. Dotyczy pakietu 6 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z pakietu 6. Pozwoli to na złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.