



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 18.01.2021r.

DZPZ-530-Zp/76/PN-73/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy materiałów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Zp/76/PN-73/20.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 6 Zestawów z cewnikiem czteroświatłowym 8,5Fr/14,16,16,18G /15cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb

- Cewnik z poliuretanu
- Prowadnica 0,9x45cm lub 70cm ze znacznikami
- Igła punkcyjna 17G/7 cm
- Rozszerzadło
- Ostrze chirurgiczne
- Strzykawka 5 ml
- Zestaw umieszczony na podwójnej tacy uniemożliwiającej wypadanie elementów

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga cewników o długości 15 lub 20 lub 30 cm do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 7 Zestawów z cewnikiem pięćświatłowym 9,5Fr/14,16,16,18G,18G /15cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb

- Cewnik z poliuretanu
- Prowadnica 0,9x45cm lub 70cm ze znacznikami
- Igła punkcyjna 17G/7 cm
- Rozszerzadło
- Ostrze chirurgiczne
- Strzykawka 5 ml
- Zestaw umieszczony na podwójnej tacy uniemożliwiającej wypadanie elementów

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 3-kanalowego cewnika do dializy o poniższych parametrach : Trzykanałowy cewnik do hemodializy wykonany z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego poliuretanu optymalnie dostosowującego się do warunków anatomicznych. Elastyczna, zaokrąglona końcówka cewnika, asymetryczny podział kanałów cewnika. Elastyczne przewody doprowadzające z ochroną przed załamaniem światła cewnika wyposażone w kodowane kolorami zaciski. Cewnik w rozmiarach 12Fr/15cm, 12Fr/20cm do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw cewnika zawiera: cewnik dwuświatłowy, igła do punkcji, skalpel, prowadnik „J”, rozszerzacz.

Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga cewnika 12Fr o długości 20 i 25 cm.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



Pytanie 4, dot. pakietu nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 4-kanałowego o poniższych parametrach:
Czterokanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 8,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm, 20cm lub 30cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera: cewnik czterokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem przewodnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 4 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 5-kanałowego o poniższych parametrach:
Pięciokanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 9,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik pięciokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem przewodnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 5 zatyczek z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.

Odp. Zamawiający dopuści, jeśli spełnione będą pozostałe parametry zawarte w SIWZ.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do USG: Żel 20 ml, długa osłona głowicy 125cm, 3 sztuki miseczek, 2 gąbki na patyku, ręcznik, biała duża miska, bandaż elastyczny

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga sterylnego zestawu do wykonania USG: bezlateksowej osłony na głowicę 15x120 cm, paska przylepnego z gumkami do zabezpieczenia głowicy, sterylnego żelu USG, zestawu owiniętego w serwetę umożliwiającą sterylne wyjęcie elementów, serii, daty ważności na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 1 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływową (High Flow), ramiona proste i zagięte o długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyszlizgnięciem się





- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
 - kompatybilny z MRI
 - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
 - igła wprowadzająca 18G
 - nasadki iniekcyjne Luer Loc
 - rozszerzadło
 - wyprodukowany w Niemczech
- Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga cewnika 12Fr.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej zestawy do badania USG zawierającego w składzie:

- Bezlątkową osłonę na głowicę 15x122 cm
 - Taśmy i gumki do mocowania osłony na głowicy
 - Sterylny żel USG
 - Zestaw owinięty w serwetę umożliwiającą sterylne wyjęcie elementów o wymiarach 40cm x 40 cm
- Zestaw posiadający informacje o serii i dacie ważności na opakowaniu jednostkowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9, dot. zapisów rozdziału XVI SIWZ

W związku z ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ w rozdziale XVI zwracamy się z prośbą o zmianę terminów dostawy w sposób następujący:

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia:

- od 3 do 4 dni - 40 pkt.
- 5 dni – 20 pkt.
- 6 dni – 0 pkt.


Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 10 dot. wzoru umowy załącznik 3a, §4 ust.3 b)

W związku z ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy w zakresie §4 ust.3 b) zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostawy dla zamówień na cito do 72 godzin roboczych.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 11 dot. wzoru umowy załącznik 3a, §4 ust. 4 i 5



Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 5, § 4 oraz o modyfikację zapisu umowy ust.4 §4 na następujący:

„4. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin określony w ust.3 pkt. a i b, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo zakupić te partię towaru u innego dostawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 12 dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §4 ust. 4 i 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.4 §4 na następujący:

„4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 pkt a i b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy. Jednak różnica w cenie nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 13 dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §4 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany do 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 14 dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §8

Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy postanowienia o następującej treści.

„5. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.5.”

Pytanie 15 dot. wzoru umowy załącznik 3a, §8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie ust.5 i 6 o następującej treści:





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



„5.Strony postanawiają, że zapisy §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.”

Pytanie 16 dot. wzoru umowy załącznik 3a, §8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie ust.5 o następującej treści:

5.Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §8 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

Odp. Na pytania 14-16:

Kwestie związane ze zmianą przepisów są regulowane odrębnymi przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.) oraz rozporządzeniami Rady Ministrów i poszczególnych Ministrów. W związku z powyższym Zamawiający nie będzie wprowadzać do umów zaproponowanych zapisów, gdyż sprawy związane z COVID 19 są regulowane odrębnymi przepisami i mają one zastosowanie jeśli zaistnieją przesłanki do ich stosowania. Zatem Zamawiający nie przewiduje z automatu przeszkód w realizacji zamówienia, tylko będą one musiały być wykazane przez Wykonawcę.

Pytanie 17 dot. wzoru umowy załącznik 3a, §9 ust.3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §9 ust. 3 umowy w sposób następujący:

„3. W przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 18 dot. wzoru umowy załącznik 3a,

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy następującej treści:

SIŁA WYŻSZA



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy „Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 19 dot. pakietu nr 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na:

Zestaw do dializy trzykanałowy w składzie:

1. kateter trzykanałowy typ prosty lub zagięty rozm 12F (16G, 12G, 12Gga) dł. 20cm, 24cm
2. igła 18G, dł. 7 cm
3. przewodnik stalowy giętki, w podajniku z dwoma elastycznymi końcami, jeden w kształcie 'J' a drugi prosty+
- akcesorium prostujące końcówkę 0,038” dł. 70 cm
4. dilatator I
5. dilatator II
6. skalpel
7. strzykawka luer-lock 5 ml

Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga długość cewnika 20 i 25 cm, do wyboru.

Pytanie 20 dot. pakietu nr 11

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na:





Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego w składzie:

- 1 - igła Tuohy 18 G dł. 80mm
- 2 - igła podpajęczynówkowa 26G (ostrze STANDARD) dł. 130mm
- 3 - cewnik epiduralny, zewnątrzoponowy z łącznikiem cewnika 20G dł. 100 cm
- 4 - filtr przeciwbakteryjny, płaski 0.2 µm wraz z mocowaniem do skóry pacjenta
- 5 - strzykawka niskooporowa - 10 ml
- 6 - strzykawka zwykła - 10 ml
- 7 - grot do nacinania skóry
- 8 - igła do podawania leków - 0.9 x 40 mm
- 9 - igła do znieczuleń - 0.5 x 25 mm

Odp. Zamawiający nie dopuści, brak mocowania igły w igle.

Pytanie 21 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby kranik posiadał koreczki z trzpieniem poniżej krawędzi korka, co zwiększa aseptykę pracy z kranikiem.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 22 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza rampy odporne na ciśnienie do 2,5 BA? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga ramp do 4 barów.

Pytanie 23 dot. pakietu nr 4

Proszę o dopuszczenie ramp z logo, nazwą producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym.

Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga logo lub nazwę producenta na samym wyrobie i opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 24 dot. pakietu nr 5

Czy zamawiający dopuszcza strzykawki bursztynowe, przeziarne?

Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga strzykawek żółtych, nie bursztynowych.

Pytanie 25 dot. pakietu nr 5

Czy zamawiający dopuszcza strzykawki z rozszerzeniem 50/60 ml?


Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 26 dot. pakietu nr 5

Proszę o doprecyzowanie z jakimi pompami mają być kompatybilne strzykawki do pomp?

Odp. Strzykawki do pomp mają być kompatybilne m.in. z pompami Kwapisz, Sp12 SPRO-N.





Pytanie 27 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ trójświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 13Fr i długościach: 15cm, 20cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewodnik ze stali nierdzewnej z zakończeniem w kształcie litery 'J' z znaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 5 ml, skalpel #11, trzy koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 11 cm; 14 FR x 14 cm, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga długość cewnika 20 i 25 cm, do wyboru.

Pytanie 28 dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 8,5Fr o długości 15 cm lub 20cm lub 30cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, przewodnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga przewodnicy o długości 60 cm.

Pytanie 29 dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pięćświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 9Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, przewodnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga Cewnika 9,5Fr.





Pytanie 30 dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego z dystalną końcówką zamkniętą posiadającą 3 otwory boczne w zestawie razem z: igła Tuohy 18G o długości 80mm kodowana kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi "skrzydełkami", cewnik o długości 90cm (0,4mm-0,8mm), wykonany z poliamidu, odporny na załamania, znaczniki długości, filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h, sterylny, strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml, zatraskowy łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie, przewodnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatraskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockett z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatraskową i gąbkową częścią przylepną niskoprofilową (wysokość do 5 mm). Igła znakowana co 1cm, cewnik znakowany co 1cm na długości od 5cm do 20cm. Produkt nie zawiera lateksu oraz ftalanów. Produkt sterylny, jednorazowego użytku pakowany pojedynczo.

Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga Cewnika o długości 100cm z miękką końcówką.

Pytanie 31 dot. pakietu nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w miejsce istniejących wymogów siwz, zestawów, wiodącego producenta światowej klasy, o następujących parametrach:

- cewnik z poliuretanu 8,5F/16,14,18,18Ga/16, 20, 30 cm do wyboru
- przewodnica stalowa 0,032''x60-68cm
- igła punkcyjna 18Ga/6,35cm,
- rozszerzadło tkankowe
- strzykawka 5ml LS 3częściowa
- zestaw umieszczony na tacy uniemożliwiającej wypadanie elementów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32 dot. pakietu nr 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki bursztynowej 50ml z rozszerzeniem do 60ml skalowanej co 1ml na całej długości skali do 60ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga strzykawek żółtych, nie bursztynowych.

Pytanie 33 dot. wzoru umowy § 4 ust. 3 lit. B

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw „na cito” był liczony w dni robocze

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.





Pytanie 34 dot. pakietu 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuści strzykawkę bursztynową z rozszerzoną skalą 50/60 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga strzykawek żółtych, nie bursztynowych.

Pytanie 35 dot. projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „... od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 36 dot. projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a):
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

a) **0,5 %** wartości **brutto** niewykonanej dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie części dostawy.**

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 37 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiający określił w § 6 ust. 6 projektu umowy sposoby dostarczania faktur.

Pytanie 38 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 8 poprzez zmianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 39 dot. pakietu nr 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy 3-kranikowej wykonanej z polisulfonu, tj. wysokiej jakości żywicy termoplastycznej do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami,





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



chlorheksydyną, alkoholami, bez wewnętrznego pokrycia poetylenem, odporna na ciśnienie 2bar, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga ramp odpornych na ciśnienie do 4 barów.

Pytanie 40 dot. pakietu nr 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy wykonanej z polisulfonu, tj. wysokiej jakości żywicy termoplastycznej do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną, alkoholami, bez wewnętrznego pokrycia poetylenem, odporna na ciśnienie 2bar, pozostałe zgodnie z SIWZ.


Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga ramp odpornych na ciśnienie do 4 barów.

Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr tel.: 74/6489700



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742