

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:635130-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Wałbrzych: Urządzenia medyczne
2020/S 252-635130**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 4

Miejscowość: Wałbrzych

Kod NUTS: PL POLSKA

Kod pocztowy: 58-309

Państwo: Polska

E-mail: bernard.jach@zdrowie.walbrzych.pl

Tel.: +48 746489941

Faks: +48 746489700

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres profilu nabywcy: <https://bip.zdrowie.walbrzych.pl>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdrowie.walbrzych.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

„Dostawa: Kolumna endoskopowa, Tor wizyjny, Kolumna laparoskopowa, Radiodiatermia”

Numer referencyjny: Zp/79/PN-76/20

II.1.2) Główny kod CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Pakiet nr 1 – Kolumna endoskopowa do zabiegów neurochirurgicznych,
Pakiet nr 2 – Tor wizyjny z funkcją diagnostyki fotodynamicznej (PDD)
Pakiet nr 3 – Kolumna laparoskopowa,
Pakiet nr 4 – Radiodiatermia – radioablator do zabiegów neurochirurgicznych.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Kolumna endoskopowa do zabiegów neurochirurgicznych
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Lp. Parametr wymagany Ilość Warunek graniczny TAK Parametr oferowany Punktacja
KAMERA ENDOSKOPOWA 4K- KONTROLER

1. Kontroler współpracujący: głowicą kamery 3-chip CMOS 4k 1 SZT. TAK
2. Konstrukcja sterownika spełniająca funkcjonalność umożliwiającą podłączenie dwóch źródeł obrazu endoskopowego jednocześnie i wyświetlania ich na jednym monitorze TAK
3. Min. 2x HDMI (1080p) i 2x HDMI (4k) / 2x 3G-SDI / PIP (3G SDI) TAK
4. Filtr HDR włączany/wyłączany za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery TAK
5. Min. 4 gniazda typu USB umożliwiające połączenie sterownika kamery z kompatybilnymi urządzeniami wielofunkcyjnymi. TAK
6. Sterownik kamery wyposażony w funkcję zapisu wideo i zdjęć poprzez gniazdo USB na dyski zewnętrzne np.: PenDrive. TAK
7. Możliwość wprowadzenia danych np. operatora poprzez klawiaturę. TAK
8. Możliwość ustawienia rozdzielczości (4096x2160/60/P) TAK
9. Sterowanie zapisem przy pomocy przycisków głowicy kamery i/lub pilota. TAK
10. Obsługa poprzez przewodowy pilot lub z panelu dotykowego kamery. TAK
11. Menu w języku Polskim TAK
12. Klawiatura do wprowadzania danych pacjenta TAK

GŁOWICA KAMERY ENDOSKOPOWEJ 4K

13. Głowica kamery endoskopowej 4k stanowiąca wyrób medyczny 1szt. TAK
14. Przetwornik obrazu: 3x 1/3" CMOS TAK
15. Dwa, dwufunkcyjne przyciski na głowicy (4 funkcje) TAK Dwa przyciski =10 pkt więcej jak dwa przyciski = 0 pkt
16. Głowica kompatybilna ze sterownikiem kamery 4K. TAK
17. Możliwość zmiany obiektywów (min. 4 różne, dostępne obiektywy, w tym obiektyw z zoom o zakresie min. 13-29 mm) TAK
18. Długość głowicy (bez kabla):102mm TAK
19. Autoklawowalna TAK
20. Obiektyw głowicy kamery z automatycznym zamkiem do okularu optyki zamykającym się po zbliżeniu optyki bez dodatkowych czynności TAK
21. Klasa IP: IPX7 TAK
22. Obiektyw o stałej ogniskowej $f = 14$ mm TAK

MONITOR MEDYCZNY 4K

23. Rozmiar przekątnej ekranu minimum 55 " 1 Szt. TAK
24. Proporcje obrazu: 16:9 TAK
25. Rozdzielczość minimum 3840 x 2160 pikseli TAK
26. Jasność minimum 500 cd/m² TAK
27. Kontrast minimum 1400:1 TAK
28. Wejście sygnałowe: HDMI, DVI/DVI-D TAK
29. Wyjście sygnałowe: DVI/DVI-D TAK

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED

30. Źródło światła LED stanowiące wyrób medyczny 1 Szt. TAK
31. Ledowe źródło światła o mocy odpowiadającej 300 W lampy ksenonowej TAK
32. Temperatura barwowa 6500 K TAK
33. Natężenie światła regulowane od 0-100 % TAK
34. Żywotność diody LED min 28.000 godzin TAK

- 35. Funkcja dialogu umożliwiająca komunikację pomiędzy kontrolerem kamery i podłączonym do niego źródłem światła - automatyczne dostosowanie natężenie światła TAK
- 36. Uniwersalne przyłącze światłowodów e - możliwość podłączenia światłowodów różnych producentów w tym firm Olympus, Storz, Wolf – bez konieczności zastosowania przejściówek lub/i adapterów TAK
- 37. Poziom głośności nie wyższy niż 25 dB TAK
- 38. Zabezpieczenie przed oślepieniem: zaciemnienie wiązki światła w złączu światłowodu w momencie jego odłączenia TAK

WÓZEK ENDOSKOPOWY

- 39. Wózek endoskopowy na aparaturę medyczną. 1Szt. TAK
- 40. Cztery podwójne kółka skrętne, dwa kółka z podwójną blokadą: blokada kierunku / blokada całkowita. TAK
- 41. Drzwiczki perforowane z tyłu wózka. TAK
- 42. Trzy półki w tym min dwie regulowane. TAK
- 43. Szerokość półek maksimum 370 mm. TAK
- 44. Uchwyty ułatwiające przemieszczanie. TAK
- 45. Wózek posiadający możliwość powieszenia monitora medycznego o przekątnej 55" TAK
- 46. Bazowy zestaw elektryczny, napięcie znamionowe 230V do przyłączenia 12 urządzeń, TAK
- 47. Trzymadło do butli infuzyjnej, z regulowaną wysokością od 1,6 do 2,6 m, obciążenie min 8 kg. 1Szt. TAK
- 48. Uchwyt na przycisk nożny 1Szt. TAK

W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 30,00

Kryterium jakości - Nazwa: Ilość, dwufunkcyjnych przycisków na głowicy (punkt 15 tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 10,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Tor wizyjny z funkcją diagnostyki fotodynamicznej (PDD)

Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4) **Opis zamówienia:**

- I. Monitor medyczny FULL HD - 1 szt. Warunek graniczny TAK
- 1 Monitor medyczny FULL HD o przekątnej min. 27" TAK
- 2 Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli TAK
- 3 Kąty widzenia min. 178^o pion i 178^o poziom TAK
- 4 Stosunek kontrastu min. 1000:1 TAK
- 5 Jasność min.: 900 cd/m² TAK
- 6 Wejścia min.: DVI-D, 3G-SDI TAK
- 7 Wyjścia min.: DVI-D, 3G-SDI TAK
- 8 System montażu typu VESA 100 x 100 mm TAK
- 9 Masa nie większa niż 9 kg TAK
- II. Sterownik kamery - 1 zestaw
- 10 Sterownik kamery współpracujący z oferowaną głowicą kamery FULL HD przeznaczoną do diagnostyki fotodynamicznej (PDD) TAK
- 11 Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca podłączenie dedykowanego giętkiego wideocystoskopu TAK
- 12 Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca podłączenie dedykowanego giętkiego wideoureterorenoskopu TAK
- 13 Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca rozbudowę o funkcję jednoczesnego podłączenia głowicy kamery oraz giętkiego wideoureterorenoskopu TAK
- 14 Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D przysyłające sygnał wideo w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080p, 50Hz TAK
- 15 Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 3G-SDI przysyłające sygnał wideo w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080p, 50Hz TAK
- 16 Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB, do podłączenia pamięci PenDrive, klawiatury, dedykowanej drukarki TAK
- 17 Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery zapewniające szybki dostęp, m.in. do podłączenia pamięci PenDrive TAK
- Ilość gniazd USB na panelu przednim:
=1 - 0 pkt.
>1 - 10 pkt.
- 18 Funkcja zapisu filmów i zdjęć w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB TAK
- 19 Zapis filmów w formacie: MPEG4 TAK
- 20 Zapis zdjęć w formacie: JPEG TAK
- 21 Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery TAK
- 22 Możliwość zaprogramowania po 2 funkcji pod każdym z programowalnych przycisków oferowanej głowicy kamery (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) TAK
- 23 Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery TAK
- 24 Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa z USB zgodna z MDD 93/42/EWG, stopień ochrony min. IP68 TAK
- 25 Dostępny tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia TAK
- 26 Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła TAK

27 Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji TAK

28 Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom'u TAK

29 Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy ustawiania jasności TAK

30 Funkcja wyświetlania wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego TAK

31 Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego TAK - 10 pkt.

NIE - 0 pkt.

32 Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika kamery obejmującymi:

— indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,

— indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery

Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników TAK

W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 10,00

Kryterium jakości - Nazwa: Ilość gniazd USB na panelu przednim (punkt 17 tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 10,00

Kryterium jakości - Nazwa: Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego (punkt 31 tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 10,00

Kryterium jakości - Nazwa: Dostępny tryb pracy dedykowany do diagnostyki autofluorescencyjnej (AF) (punkt 42 tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 10,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

KOLUMNA LAPARASKOPOWA

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4) **Opis zamówienia:**

- Tor wizyjny 4K z funkcją obrazowania fluorescencyjnego i systemem archiwizacji
- Sterownik kamery systemu obrazowania endoskopowego 4K/3D/NIR ICG - 1 zestaw Warunek graniczny TAK
1. Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K i laparoskopowym wideoendoskopem 4K 3D TAK
 2. Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjście wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) TAK
 3. Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) TAK
 4. Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) TAK
 5. Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny TAK
 6. Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery TAK
 - 1 gniazdo USB – 0 pkt.
 - >1 gniazdo USB – 10 pkt.
 7. W zestawie zewnętrzna, silikonowa, zmywalna klawiatura USB o stopniu ochrony IP min. 68, zgodna z MDD 93/42/EWG TAK
 8. W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB TAK
 9. Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego TAK
 10. Meny obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery, wideoendoskopu oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego TAK
 11. Możliwość przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery i wideoendoskopu, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku TAK
 12. Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery – wyświetlanie parametrów insufłacji (ciśnienie/przepływ) bezpośrednio na ekranie monitora operacyjnego TAK
 - 12a. Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery TAK
 13. Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana poprzez menu sterownika kamery TAK
 14. Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery TAK
 15. Zapis zdjęć w formacie: JPEG TAK
 16. Zapis filmów w formacie: MPEG4 TAK
 17. Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery lub wideoendoskopu TAK
 18. Funkcja obrotu obrazu o 180° TAK
 19. Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery TAK
 20. Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia TAK
 21. Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła TAK
 22. Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego TAK
 23. Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego TAK - 10 pkt.
- NIE - 0 pkt.

24. Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego TAK
25. Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego TAK
26. Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi:
- indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,
 - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.
- W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ilość gniazd USB umieszczonych na panelu przednim sterownika kamery (punkt 6 tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 8,00

Kryterium jakości - Nazwa: Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego (punkt 23 tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 8,00

Kryterium jakości - Nazwa: Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu, wideokolonoskopu (punkt 30 tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 8,00

Kryterium jakości - Nazwa: Waga głowicy - 270 g. (punkt 39 tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 8,00

Kryterium jakości - Nazwa: Tryb mapy intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji (punkt 47 tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 8,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Radiodiatermia - Radioablator do zabiegów neurochirurgicznych
Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4) **Opis zamówienia:**

DIATERMIA RADIOWA (RADIOABLACJA) RF (4 MHz) DEDYKOWANA DO ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA

Warunek graniczny TAK Parametr oferowany

1. Diatermia radiowa dedykowana do endoskopowej chirurgii kręgosłupa TAK
2. Częstotliwość pracy: min. 4 MHz w trybie mono i bipolarnym TAK
3. Możliwość pracy w trybie monopolarnym z maks. mocą 100 W(+/- 20 %) przy 600 Ohm TAK
4. Cztery funkcje dla pracy w trybie monopolar: 1. CUT 1, 2. CUT 2 3. CONTACT 4. SPRAY TAK
5. Możliwość pracy w trybie bipolarnym z maks. mocą 80 W (+/- 20 %) przy 300 Ohm TAK
6. Pięć funkcji dla pracy w trybie bipolarnym: 1. BICUT 1 2. BICUT 2 3. MACRO 4. PRECISE 5. AUTOSTART TAK
7. Możliwość zaprogramowania przez użytkownika do 4 indywidualnych programów pracy diatermii. TAK Cztery i więcej programowalnych programów - 10 pkt.

Mniej niż 4 programowalne programy - 0 pkt.

8. Współpraca z elektrodami bipolarnymi do endoskopowej chirurgii kręgosłupa marki Wolf posiadającymi przez zamawiającego

Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi.

Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało

Odrzuceniem oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020),

Nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, Powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Czas trwania szkolenia i zakres szkolenia zgodnie z wymogami podanymi przez kierującego Oddziałem Neurochirurgii

Po rozstrzygnięciu przetargu.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja: / Waga: 30,00

Kryterium jakości - Nazwa: Ilość programowalnych programów (punkt 7 tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 10,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy pzp lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy pzp tj.:

- 1) posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
- 2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- 3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- 4) posiadanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego:
— na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy pzp lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy pzp tj.:

- 1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - na podstawie wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające i4ech należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. urządzeń medycznych na kwotę minimum:

Dla pakietu nr: 1 – 130 000,00 zł,

Dla pakietu nr: 2 – 100 000,00 zł,

Dla pakietu nr: 3 – 300 000,00 zł,

Dla pakietu nr: 4 – 50 000,00 zł,

Każda z dostaw.

2) spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w Zał. nr 1 do SIWZ:

— na podstawie oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 poz. 186),

— na podstawie opisów, fotografii (katalogów) przedmiotu zamówienia w języku polskim odzwierciedlających parametry przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/01/2021

Czas lokalny: 08:45

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 28/01/2021

Czas lokalny: 09:00

Miejsce:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający traktuje 1 miesiąc jako 30 dni.

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

Dla pakietu nr: 1 – 8 000,00 zł,

Dla pakietu nr: 2 – 7 000,00 zł,

Dla pakietu nr: 3 – 18 000,00 zł,

Dla pakietu nr: 4 – 3 000,00 zł,

DATA UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 310).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

•Wadium należy wnieść przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

• W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Santander Bank Polska S.A. O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

• Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM – nr zamówienia – nazwa Postępowania lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.

• Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, wymagane jest

Załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej.

Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Specjalistyczny Szpital im.

dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne

żądanie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Tak wnoszone wadium

powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania

Ofert. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,

Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

Swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie Danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180, ust. 5 zdanie drugie Pzp w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

23/12/2020