



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 15.03.2021r.

DZPZ-530-Zp/2/PN-2/21

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawy sprzętu do zabiegów endoskopowych” - Zp/2/PN-2/21

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody dzielone, owalne dla dorosłych i dzieci, kompatybilne z diatermiami EMED, o powierzchni przewodzenia 110cm², pokryte hydrożelem oraz wyposażone w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne rozprowadzenie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu oraz eliminuje powstanie oparzeń od strony elektrody biernej ?

Odp. Elektroda bierna pokryta hydrożelem jest wystarczająco bezpieczna, nawet częściowe samoistne odklejenie powoduje jej dezaktywację, nie ma więc konieczności dodatkowego wyposażania jej w jakiegokolwiek dodatkowe pasy.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale go nie wymaga.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie ustników z gumką tekstylną, sterylnych, spełniających pozostałe wymagania.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ustników z gumką tekstylną.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści ustnik z gumką do założenia na mocowanie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści wymiary otworu głównego 21mm x 26,5mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymagany minimalny wymiar - 22mmx27mm.

Pytanie 5. Dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści ustnik wykonany z polietylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza ustnik wykonany z polietylenu.

Pytanie 6. Dotyczy SWZ, rozdział XVI, pkt 9, poz. 2 oraz wzoru umowy Par. 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu dostawy w dniach roboczych?

Oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru umowy Par. 4ust. 2 na następujący:

2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy, o którym mowa w § 3, w terminie:

a) dla zamówień bieżących – do dni roboczych , liczony od momentu przyjęcia zamówienia

b) dla zamówień na cito - do 48 godzin w dni robocze

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7. dotyczy SWZ, rozdział V, XI – Wykaz dostaw

Czy w przypadku składania oferty na kilka pakietów, Zamawiający wyrazi zgodę na zsumowanie wartości wymaganych dostaw dla pakietów na które składana jest oferta oraz przedstawienie łącznie min. 2 dostaw o łącznej wartości wymaganych przez Zamawiającego dostaw dla poszczególnych pakietów ?



Odp. Zamawiający wyraża zgodę. na zsumowanie wartości wymaganych dostaw dla pakietów na które składana jest oferta. W takim przypadku należy przedstawić min 2 dostawy o wartości (każda) będącą sumą wartości wymaganych dostaw dla pakietów, na które składana jest oferta.

Pytanie 8. dotyczy SWZ, rozdział V, XI – Wykaz dostaw

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie min. 1 dostawy dla każdego pakietu o określonych przez Zamawiającego wartościach?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 39

W związku z faktem, iż wymagany cewnik sprzedawany jest w opakowaniach zbiorczych po 6 sztuk prosimy o zwiększenie wymaganej ilości do 12 sztuk (dwa pełne opakowania)

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmianą w SWZ – 6 szt.

Pytanie 10. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 43

W związku z faktem, iż wymagane pułapki jednokomorowe sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych po 25 sztuk prosimy o zwiększenie wymaganej ilości do 25 sztuk (jednego pełnego opakowania)

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmianą w SWZ – 25 szt.

Pytanie 11. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 44

W związku z faktem, iż wymagane pułapki czterokomorowe sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych po 25 sztuk prosimy o zwiększenie wymaganej ilości do 25 sztuk (jednego pełnego opakowania)

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmianą w SWZ – 25 szt.

Pytanie 12. Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów niesklasyfikowanych jako wyroby medyczne (objęte stawką vat 23%) tj. np. zakrywka wodoszczelna, oraz odstąpi od wymogu dokumentów dopuszczających do obrotu dla tych produktów?

Odp. W przypadku zakrywki wodoszczelnej Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu niemedyceznego .

Pytanie 13. Dotyczy wzoru umowy Par. 6


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy następującego zapisu:
Zamawiający oświadcza że jest zarejestrowany na Platformie Elektronicznego Fakturowania pod numerem PEPPOL (NIP) _____.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pytanie 14. Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Zamawiający nie wymaga.



Pytanie 15. Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ustników endoskopowych jednorazowego użytku wyposażonych w regulowaną, elastyczną opaskę mocującą z włókna, nie powodującą ucisku na policzki i twarz pacjenta oraz posiadających porty boczne, pozwalające na odsysanie płynów z jamy ustnej, o wymiarach wewnętrznych otworu 19-20 x 24-25 mm?

Odp. Zamawiający dopuści ustniki jedynie z otworem wielkości minimum 22x27mm co jest związane ze stosowanym instrumentarium.

Pytanie 16. Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby ustniki endoskopowe jednorazowego użytku były wolne od lateksu oraz DEHP (ftalanów), substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej?

Odp. W opisie jest zawarte, że jakikolwiek element ustnika czy taśma nie może zawierać lateksu.

Pytanie 17. Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu zapewnienia większej ochrony, ustniki endoskopowe jednorazowego użytku posiadały od wewnętrznej strony jamy ustnej pacjenta, stopień na górnej i dolnej krawędzi otworu, o wymiarach 3x20mm, skutecznie zabezpieczający ustnik przed wypadaniem?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 18. Dotyczy zał. nr 3 do SWZ

prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

Dot. zał. nr 3 do SWZ – wzoru umowy:

§4 pkt 2b

Prosimy o doprecyzowanie od kiedy będzie liczony czas 48 h – czy również od momentu przyjęcia zamówienia jak w pkt 2a?

Odp. Czas będzie liczony jak w pkt 2a tj. od momentu przyjęcia zamówienia.