



Wałbrzych, dnia 29.03.2021r.

DZPZ-530-Zp/6/PN-6/21

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawy : Osprzętu do bezpośredniej wizualizacji dróg żółciowych, Obłożenia” - Zp/6/PN-6/21

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu 8 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu składania próbek dla pakietu nr 1 z uwagi na fakt, iż użytkownik poznał i pracował wcześniej na zamawianym sprzęcie.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu składania próbek dla pakietu nr 1.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu 3

Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa.

Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej.

Wymiar całkowity 225 cm x 101cm (tolerancja +/- 2 cm).

Rdzeń chłonny 200 cm x 50 cm (tolerancja +/- 2 cm).

Rozmiar: 225 cm x 101 cm ±2cm

Rozmiar rdzenia chłonnego: 200 cm x 50 cm ±2cm

Waga: 280 g

Gramatura: 123 g/m²

Absorbpcja: min. 4000 ml/m²

Produkt posiadający znak CE

Odp. Zamawiający dopuści – wymiar całkowity nie może być mniejszy niż 100x200 cm. i strefa absorpcyjna nie może być mniejsza niż 3000 ml NaCl 0,9%.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 28g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza gramaturę 28 g/m² i większą ale nie mniejszą.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 160x210cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozmiar 160x210 cm i większy ale nie mniejszy.

Pytanie 5. Dotyczy pakietu 2

Czy zamawiający dopuści chłonność ok .9 litrów wody kranowej lub 3,5 litra 0.9% NaCl. Rdzeń celuloza i poliakrylan sodu. Pokrycie polipropylen nietkany? Pochłania płyny oparte na wodzie, takie jak sól fizjologiczna, mocz i krew?

Odp. Zamawiający nie dopuści, wymagana chłonność – minimum 16 litrów płynów.

Pytanie 6. Dotyczy pakietu 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy podkład higieniczny z oddychającą powłoką od spodu, kolor biały, z pulpą celulozową i superabsorbentem, rozmiar rdzenia chłonnego 180x50 cm, całkowity rozmiar podkładu 100x220 cm; od spodu oddychająca włóknina 30g/m², oddychająca folia PE 18g/m², bibułka 13,5 g/m², superabsorbent 34 g/m² + pulpa celulozowa, warstwa wierzchnia hydrofilowa włóknina oddychająca 20 g/m², całkowita gramatura podkładu 272 g/szt.;



chłonność 4,5 litra; biały bez użycia chloru; tłoczenie mały diament; może być stosowany u pacjentów obłożnie chorych, z problemami nietrzymania moczu, aby zapobiec problemom ze skórą przez utrzymanie suchej powierzchni i naturalny poziom pH skóry; może być stosowany do niesterylnych procedur medycznych, takich jak opatrywanie ran lub pobieranie próbek do badania krwi, aby utrzymać wysoki poziom higieny i zapobiegać rozwojowi bakterii; z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg w obrębie stołu operacyjnego; opakowanie 20 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuści. Wymagana nośność minimum 190 kg.

Pytanie 7. Dotyczy pakietu 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przesyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłaniałość min.3200 g/m² potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, potwierdzone dokumentem. Gramatura produktu 125g/m² (+/-1%)?

Odp. Zamawiający dopuści jednorazowy wysoko chłonny nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny o podanych parametrach.

Pytanie 8. Dotyczy Dot. zapisów rozdziału XVI SIWZ

W związku z ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ w rozdziale XVI zwracamy się z prośbą o zmianę terminów dostawy w sposób następujący:

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia:

- od 3 do 4 dni - 40 pkt.

- 5 dni – 20 pkt.

- 6 dni – 0 pkt.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie 9. Dotyczy Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §4 ust.3 b)

W związku z ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy w zakresie §4 ust.3 b) zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostawy dla zamówień na cito do 72 godzin roboczych.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.


Pytanie 10. Dotyczy Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §4 ust. 4 i 5

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 5, § 4 oraz o modyfikację zapisu umowy ust.4 §4 na następujący:

„4.W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin określony w ust.3 pkt. a i b, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo zakupić te partię towaru u innego dostawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanej przez Zamawiającego u innego dostawcy.”

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pytanie 11. Dotyczy Dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §4 ust. 4 i 5



Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.4 §4 na następujący:

„4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 pkt a i b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy. Jednak różnica w cenie nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy.”

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pytanie 12. Dotyczy Dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §4 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany do 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pytanie 13. Dotyczy Dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §8

Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy postanowienia o następującej treści.

„6. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.6.”

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pytanie 14. Dotyczy Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie ust.6 i 7 o następującej treści:

„6. Strony postanawiają, że zapisy §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.”

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pytanie 15. Dotyczy Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie ust.5 o następującej treści:

6. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §8 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.


Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pytanie 16. Dotyczy Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §9 ust.3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §9 ust. 3 umowy w sposób następujący:

„3. W przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.



Pytanie 17. Dotyczy wzoru umowy załącznik 3a.

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z COVID 19, które skutkowałyby utrudnieniami w realizacji umowy, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych *

Pytanie 18. Dotyczy pakiet 5 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 150 x 200 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuści rozmiar 150 x 200 cm. ale nie mniejszy, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 19. Dotyczy Dot. projektu umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Terminy podane w umowie odnoszą się do dni kalendarzowych (szpital działa 7 dni w tygodniu).



Pytanie 20. Dotyczy Dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy na cito z 48 godzin do 72 godzin?

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pytanie 21. Dotyczy Dot. projektu umowy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy przetargowej oraz numerze pakietu, lub zezwoli aby informacje te zawarte były na załączniku do faktury? Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pytanie 22. Dotyczy Dot. projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Tak, ale tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę jedynie w przypadku otrzymania próbki zamiennika, która potwierdzi jego zgodność z wyrobami zaoferowanymi w ofercie.

Pytanie 23. Dotyczy Dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę obniżenie kary umownej w par. 8, ust. 1 na 0,5% wartości niewykonanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pytanie 24. Dotyczy Dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 9 pkt 3 umowy i dodanie słów: "po uprzednim wezwaniu wykonawcy"?

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy. Nie ma takiej konieczności, gdyż obowiązek uprzedniego wezwania wynika z przepisów ogólnych.

Pytanie 25. Dotyczy pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maty absorpcyjnej umożliwiającej wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok. 7l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej); dwustronna, chłonna od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 75cm x 36cm (wkład chłonny 68cm x 30cm), kolor biały; pakowane a' 100 sztuk?

Odp. Zamawiający nie dopuści, wymagana chłonność – minimum 16 litrów płynów.

Pytanie 26. Dotyczy pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego niesterylnego podkładu z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210cm x 80cm (wkład chłonny 200cm x 60cm), w kolorze białym; pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni, wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem, warstwa spodnia o



gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folii przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP; chłonność min. 1,5 litra, zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukujący zapach, pakowane a'20 sztuk?

Odp. Zamawiający nie dopuści . Wymagana nośność minimum 190 kg.

Pytanie 27. Dotyczy pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 160x210 cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 160x210 cm.

Pytanie 28. Dotyczy Pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie absorbcyjnej maty podłogowej dwustronnej o chłonności ok. 33l/m² spełniającej pozostałe wymogi SIWZ

Odp. Zamawiający dopuści .

Pytanie 29. Dotyczy Pakiet nr 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania maty absorbcyjnej na rozlane płyny , która zawiera wysokochłonny środek żelujący zintegrowany z osłoną z włóknistej tkaniny na całej powierzchni maty?

Odp. Zamawiający oczekuje maty absorpcyjnej, której środek żelujący jest na całej powierzchni maty . Dopuszczamy margines do 3 cm.

Pytanie 30. Dotyczy Pakiet nr 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje maty na rozlane płyny z marginesami ok 3cm, które ułatwiają usunięcie maty po zaabsorbowaniu płynów?

Odp. Zamawiający oczekuje maty, którą łatwo usunąć po zaabsorbowaniu płynu.

Pytanie 31. Dotyczy Pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniających ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.

Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Parametry:

- chłonność min. 35ml/100cm²,

- gramatura podstawowa: 295 g/m²

- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm

zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.

- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %

- pakowana po 20 sztuk/najmniejsze opakowanie jednostkowe.

Odp. Zamawiający nie dopuści . Wymagamy rdzeń chłonny o wym. 90 x 180 cm (+/- 5cm).

Pytanie 32. Dotyczy Pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniająca ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii



polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.
Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność min. 35ml/100cm²,
- gramatura podstawowa: 295 g/m²
- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %
- w zestawie z miękką, jednorazową poliestrową serwetą do repozycjonowania pacjenta w rozmiarze min. 102 x 152 cm o gramaturze 80 g/m²
- 1 zestaw/najmniejsze opakowanie jednostkowe, 24 zestawy w kartonie.

Odp. Zamawiający nie dopuści . Wymagamy rdzeń chłonny o wym. 90 x 180 cm (+/- 5cm).

Pytanie 33. Dotyczy Pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwoleźynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i **spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej**, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.

Parametry:

- chłonność min. 40ml/100cm² w badaniach jednostki akredytowanej,
- **gramatura podstawowa: min.210 g/m²**
- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.
- pakowana po 10 sztuk/ opakowanie.

Odp. Zamawiający nie dopuści . Wymagamy rdzeń chłonny o wym. 90 x 180 cm (+/- 5cm).

Pytanie 34. Dotyczy Pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy serwety ochronnej na stół operacyjny o minimalnej chłonności 35ml/100cm², zakończonej dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu?

Odp. Zamawiający dopuści serwetę ochronną na stół operacyjny o chłonności nie mniejszej niż 3000ml. zakończonej dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.