

Wałbrzych, dnia 01.04.2021r.

DZPZ-530-Zp/5/PN-5/21

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: Dostawy materiałów medycznych - Zp/5/PN-5/21.*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 9 poz. 14**

Dot. tabeli asortymentowo-cenowej Pakiet 9 poz. 14  
Prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki do badań hematologii (EDTA) o poj. 1,6 ml i średnicy 11 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2, dot. projektu umowy § 3**

Dot. zapisów umowy § 3  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie zapisu: „lub telefonicznie”. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia (faksem lub mailem) jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub ewentualnych reklamacji.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie 3, dot. projektu umowy § 4 ust. 1**

Prosimy o modyfikację § 4 ust. 1 i poprzez dopisanie: „Towar (...) transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto. (...).” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie 4, dot. pakietu nr 8 poz. 1**

Pakiet nr 8, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej bezpiecznej igły do portów :

Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, zagięta pod kątem 90° z ostrzem Hubera do portu, z poczwórnymi przezroczystymi skrzydełkami, miękkimi od strony skóry pacjenta (dwa górne do trzymania podczas zakładania i usuwania igły, dwa dolne do przytrzymywania portu podczas usuwania igły), niskoprofilowa (najniższy profil na rynku), z poliuretanowym drenem przedłużającym o dł.21,5cm z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer lock. Zacisk kodowany kolorem w zależności od rozmiaru igły, z informacją na zacisku : rozmiar igły, max przepływ ( 5ml/sek), max. ciśnienie (350psi). Poliuretanowa piankowa podkładka pod igłę w celu



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

maksymalizacji komfortu pacjenta. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Produkt pobawiony lateksu. Możliwość podawania leków zawierających emulsję tłuszczową. Rozmiary od 19-22G o długości 15-30mm do wyboru przez Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 5, dot. pakietu nr 8 poz. 2**

Pakiet nr 8, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej igły do portów :

Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem personelu aktywowany jedną ręką. Zagięta pod kątem 90° z ostrzem Hubera do portu, z przedłużką min 20 cm z zaciskiem na linii, z automatycznym pozytywnym ciśnieniem podczas wyciągania igły, miękkimi podkładkami od strony skóry pacjenta, Kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji, Igła przystosowana do podawania kontrastu pod ciśnieniem 300 PSI. Długość igły: 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm, rozmiar 19, 20, 22G.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 6, dot. pakietu nr 7 poz. 1**

Pakiet nr 7 - Przenośny system infuzyjny Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, przenośne systemy infuzyjne renomowanego producenta firmy Baxter, powszechnie i z powodzeniem stosowane w wielu szpitalach RP i UE, o innym niż wskazanym w swz kształcie, umożliwiającym ich wygodne i zgodne z procedurami bezpieczne napełnienie, o poniższych, równoważnych do opisanych w siwz parametrach: Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii - zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (m.in. z 5-fluorouracyłem). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał (jednorazowy system transportu). System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b, objętość nominalna 240 ml, objętość maksymalna 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h.

Wnioskowane dopuszczenie, nie tylko poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, ale także ze względu na opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretnego producenta systemu, posiadającego na terenie RP wyłącznego przedstawiciela, pozwoli na uniknięcie podejrzenia niezamierzonego ograniczenia konkurencji.

**Odp. Zamawiający dopuszcza produkt o innym niż wskazany kształt, jeżeli posiada wszystkie inne parametry zgodne z SWZ.**

#### **Pytanie 7, dot. pakietu nr 4 poz. 4 i 5**

Pozycja 4 i 5 - Prosimy o dopuszczenie kabli z gwarancją na 50 cykli sterylizacji.



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



---

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kabli bipolarnych przeznaczonych do min. 300 cykli sterylizacji.**

**Pytanie 8, dot. pakietu nr 6 poz. 1**

Pozycja 1 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 195 x 100 cm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga koce grzewcze dla dorosłych na całe ciało ok. 230x120 cm.**

**Pytanie 9, dot. pakietu nr 6 poz. 2**

Pozycja 2 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 120x100 cm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga koce grzewcze pediatryczne na całe ciało ok. 145x100 cm.**

**Pytanie 10, dot. pakietu nr 6 poz. 1 i 2**

Pozycja 1 i 2 - Prosimy o dopuszczenie koców dopuszczonych do stosowania z urządzeniem Mistral Air przez producenta koców. Prosimy o dopuszczenie mocowania za pomocą zpięcia velcro.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga koce zaopatrzone w sztywny ring, umożliwiające połączenie z aparatem Mistral-Air poprzez wcisk.**

**Pytanie 11, dot. pakietu nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „instrukcja dobrania rozmiaru do poszkodowanego techniką „palcową”?

**Odp. Zamawiający nie odstąpi od wymogu „instrukcja dobrania rozmiaru do poszkodowanego techniką „palcową” (wytłoczonej na części potylicznej).**

**Pytanie 12, dot. pakietu nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kołnierz przeznaczony dla jednego pacjenta z możliwością dezynfekcji przed użyciem?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza kołnierza dedykowanego jednemu pacjentowi.**

**Pytanie 13, dot. pakietu nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „instrukcja dobrania rozmiaru do poszkodowanego techniką „palcową”?

**Odp. Zamawiający nie odstąpi od wymogu „instrukcja dobrania rozmiaru do poszkodowanego techniką „palcową” (wytłoczonej na części potylicznej).**

**Pytanie 14, dot. pakietu nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kołnierz przeznaczony dla jednego pacjenta z możliwością dezynfekcji przed użyciem?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza kołnierza dedykowanego jednemu pacjentowi.**





---

**Pytanie 15, dot. pakietu nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kołnierz bez dodatkowego specjalnego mocowania do zabezpieczenia przewodów tlenowych po obu stronach kołnierza?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga dodatkowego specjalne mocowania do zabezpieczenia przewodów tlenowych po obu stronach kołnierza.**

**Pytanie 16, dot. pakietu nr 7**

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 dopuści przenośny, jałowy, apirogeny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę luer-lock, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy, bez filtra powietrza na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. minimalna 216 ml, nominalna 240 ml, a maksymalna 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga objętość minimalną 215 ml, nominalną 275 ml, maksymalną 335 ml.**

**Pytanie 17, dot. pakietu nr 8**

Czy Zamawiający dopuści igłę Hubera z drenem z drenem typu Non DEHP z plastyfikatorem TOTM (bezpiecznym dla pacjenta)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 18, dot. pakietu nr 8**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści igłę Hubera w rozmiarach: 19G (19, 25, 32mm) i 20G (16, 19, 25, 32mm)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19, dot. pakietu nr 8**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści igłę Hubera w rozmiarach: 19G (19, 25, 32mm) i 20/22G (16, 19, 25, 32mm)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



### **Pytanie 20, dot. pakietu nr 8**

Czy Zamawiający wymaga wygodnych, sztywnych, odpinanych skrzydełek zapewniających pewny chwyt przy wprowadzaniu igły do portu, następnie zdejmowanych po wprowadzeniu igły, aby ułatwić odpowiednie zabezpieczenie opatrunkiem?

**Odp. Zamawiający wymaga „skrzydełek” ułatwiających uchwyt igły i jej mocowanie, nie określając, czy mają być one zdejmowane.**

### **Pytanie 21, dot. pakietu nr 8**

Czy Zamawiający wymaga aby igła Hubera wyposażona była w mechanizm zabezpieczający przed samozakłuciem w postaci uchylnej dźwigni, sygnalizującej słyszalnym „kliknięciem” bezpieczną pozycję igły podczas jej wyjmowania?

**Odp. Zamawiający wymaga, aby igła Hubera była wyposażona w system zapobiegania przypadkowemu zakłuciu, nie precyzując mechanizmu jego działania.**

### **Pytanie 22, dot. pakietu nr 3 poz. 1**

Dotyczy Pakietu nr 3 pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody dzielone, o powierzchni przewodzenia 110cm<sup>2</sup>, wymiary 176x122mm, pokryte hydrożelem oraz wyposażone w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne rozproszczenie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu, dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, opakowanie 50 szt. ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm<sup>2</sup>, wymiary 128x122mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry, dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg/ opakowanie 100 szt.**

### **Pytanie 23, dot. pakietu nr 3 poz. 2**

Dotyczy Pakietu nr 3 pozycji 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody dzielone, o powierzchni przewodzenia 110cm<sup>2</sup>, wymiary 176x122mm, pokryte hydrożelem oraz wyposażone w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne rozproszczenie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu, dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, opakowanie 50 szt. ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm<sup>2</sup>, wymiary 122x174mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry, dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg/ opakowanie 100 szt.**

### **Pytanie 24, dot. pakietu nr 3 poz. 3**

Dotyczy Pakietu nr 3 pozycji 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, hydrożelową, dzieloną o powierzchni 37 cm<sup>2</sup>, wymiarach 181x 76mm, dla noworodków do 5 kg, opakowanie 50 szt.?




SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 40cm<sup>2</sup>, wymiary 110x76mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry, dla dzieci o wadze do 5kg/opakowanie 100 szt.



#### Pytanie 25, dot. pakietu nr 3 poz. 4

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrody neutralnej o długości 3m lub 5m?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji.

#### Pytanie 26, dot. pakietu nr 3 poz. 5

Dotyczy pakietu 3 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrody neutralnej o długości 3m lub 5m?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø6,3 mm, przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji.

#### Pytanie 27, dot. pakietu nr 4 poz. 4

Dotyczy Pakietu nr 4 pozycji 4

Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny do pęset długości 3m lub 5m?

Odp. Zamawiający dopuszcza kabel bipolarny do pęset o długości 5m przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

#### Pytanie 28, dot. pakietu nr 5

Czy na zasadzie równoważności Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na kołnierze ortopedyczne posiadające instrukcję doboru rozmiaru „techniką palcową” na opakowaniu zewnętrznym (folii)? Technika palcowa powinna być doskonale znana personelowi medycznemu i ratownikom nawet bez instrukcji.

Odp. Tak, instrukcja doboru rozmiaru „techniką palcową” może być zawarta w opakowaniu zewnętrznym.



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



### **Pytanie 29, dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „podbródka z możliwością odchylenia w dół w celu uzyskania dostępu do ust pacjenta”?

Możliwość odchylenia w dół wiąże się niższą sztywnością kołnierza oraz mniejszą immobilizacją podbródka, co zmniejsza skuteczność immobilizacji szyi. Ten parametr potwierdza wyłącznie jeden producent kołnierzy (Ambu), co uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert na inne, równie dobre kołnierze.

**Odp. Tak.**

### **Pytanie 30, dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający jako „kołnierz wielokrotnego zastosowania” rozumie kołnierz mogący być wykorzystany ponownie na tym samym pacjencie?

**Odp. Kołnierz wielokrotnego zastosowania, to kołnierz, który po dezynfekcji można użyć u innego pacjenta.**

### **Pytanie 31, dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „kołnierza wielokrotnego zastosowania” i „możliwości poddania dezynfekcji”, ponieważ kołnierze ortopedyczne przeznaczone są głównie do jednokrotnego lub jedno-pacjentowego zastosowania?

Producent opisanego w OPZ kołnierza Ambu Perfit Ace stwierdza: „Urządzenie jest przeznaczone do jednorazowego użytku. Ponowne użycie może doprowadzić do zakażenia krzyżowego. Nie należy moczyć, płukać ani sterylizować urządzenia, ponieważ może to spowodować pozostawienie szkodliwych osadów lub nieprawidłowe bądź niedokładne działanie urządzenia. Konstrukcja i użyte materiały nie są zgodne z konwencjonalnymi metodami czyszczenia i sterylizacji.”

**Odp. Zamawiający nie odstąpi od wymogu „kołnierza wielokrotnego zastosowania » i możliwość poddania dezynfekcji środkami ogólnie stosowanymi w szpitalu i sterylizacji.**

### **Pytanie 32, dot. projektu umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „... od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji”.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

### **Pytanie 33, dot. projektu umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a):

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

a) **0,5 %** wartości **brutto** niewykonanej dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie części dostawy.**





SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokółowskiego  
w Wałbrzychu



b) 10% wartości **brutto** od niezrealizowanej części – w przypadku rozwiązania umowy przez wykonawcę bądź przez zamawiającego z winy wykonawcy.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

#### **Pytanie 34, dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy

**Odp. Zamawiający określił w § 6 ust. 6 projektu umowy sposoby dostarczania faktur.**

#### **Pytanie 35, dot. projektu umowy**

„Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. §5 ust 3)

**Odp. Ceny podane w umowie są cenami netto i zmiana wysokości stawki VAT w trakcie trwania umowy nie wymaga zmiany umowy.**

#### **Pytanie 36, dot. pakietu numer 2 poz. 1**

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 2 Pozycja nr 1 są pakowane przez wytwórcę po 6 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań innej wielkości z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

#### **Pytanie 37, dot. pakietu nr 4 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści Kabel bipolarny do pęset, o długość 5m, wtyczka od strony instrumentu – dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 29mm ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 38, dot. pakietu nr 4 poz.5**

Czy Zamawiający dopuści Kabel bipolarny do pęset, o długości 5m, wtyczka od strony instrumentu – dwa bolce płaskie, od typ Erbe - zgodnie z załączoną kartą katalogową ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego  
ul. Alfreda Sokółowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742





SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dr. Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



---

**Pytanie 39, dot. pakietu nr 8 poz.1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł Hubera nie posiadającej miękkiej podstawy z gąbki w poniższych rozmiarach ?

19Gx19mm  
19Gx25mm  
19Gx38mm  
20Gx19mm  
20Gx25mm  
20Gx38mm  
22Gx19mm  
22Gx25mm  
22Gx38mm



**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 40, dot. pakietu nr 8 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły nie posiadającej „skrzydełek” w poniższych rozmiarach?

19Gx19mm  
19Gx25mm  
19Gx38mm  
20Gx19mm  
20Gx25mm  
20Gx38mm  
22Gx19mm  
22Gx25mm  
22Gx38mm



**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga „skrzydełek” ułatwiających uchwyt igły i jej mocowanie.**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



---

**Pytanie 41, dot. pakietu nr 8 poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły Hubera w rozmiarach jak poniżej:?

19Gx13mm

19Gx19mm

19Gx25mm

20Gx13mm

20GX19mm

22Gx13mm

22Gx19mm

22GX25mm

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 42, dot. pakietu nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek do pakietu nr 8 w ilościach poz 1 jednej sztuki z wybranego rozmiaru i do poz. 2 jedną sztukę z wybranego rozmiaru

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Sporządziła: Dorota Piekarz  
nr telefonu: 74/6489700



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742