

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 09.04.2021r.

DZPZ-530- Zp/8/PN-8/21

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa: podtlenku azotu, nici okulistyczne, jednorazowa koszula higieniczna dla pacjenta, ubrania operacyjne, prześcieradła jednorazowego użytku, fartuchy operacyjne, implanty do chirurgii twarzowo-szczękowej ” - Zp/8/PN-8/21

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha operacyjnego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², dostępnego w rozmiarach S/M, L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 5

Prześcieradła jednorazowego użytku - czy Zamawiający dopuści prześcieradła wykonane z 1 warstwy bibuły 23g/m² i warstwy folii wzmocnione 48 nitkami ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga prześcieradła wykonanego z dwuwarstwowej bibuły.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu 4 poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrań operacyjnych wyłącznie w kolorze niebieskim. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu 4 poz. 1


Proszę o dopuszczenie bluzy z dolnymi kieszeniami w rozmiarach 15,5 cm x 15,5 cm (czyli zwiększenie granicy tolerancji do +/- 2,5 cm). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 5. Dotyczy pakietu 4 poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrań z wykończeniem przy szyi typu V (zgodnie z SIWZ) ale obszytego lamówką w kolorze ubrania, czyli niebieskim.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.



Pytanie 6. Dotyczy pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch niesterylny?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Fartuch operacyjny musi być sterylny.

Pytanie 7. Dotyczy pakietu 6 poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókny SMMS. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 8. Dotyczy pakietu 6 poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartucha z trokami nie umiejscowionymi w kartoniku. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Troki umiejscowione w kartoniku zapewniają sterylne zawiązanie.

Pytanie 9. Dotyczy pakietu 6 poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartucha z pojedynczą etykietą na opakowaniu zewnętrznym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymagany jest podwójny zestaw etykiet do dokumentacji medycznej.

Pytanie 10. Dotyczy pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostanie wzoru dodatkowej etykiety do dok. medycznej wraz z dostawą towaru na życzenie zamawiającego?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Na opakowaniu zewnętrznym wymagany jest min. podwójny zestaw etykiet.

Pytanie 11. Dotyczy pakietu 6 poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartuchów o długościach:

M - 120 cm


L - 123 cm

XL – 125 cm

XXL – 128 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 12. Dotyczy pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wyłącznie w rozmiarze L ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymagane są różne rozmiary.

Pytanie 13. Dotyczy pakietu 4

Ubranie operacyjne (bluza + spodnie) w kolorze niebieskim. Bluza posiada krótki rękaw (brak założenia i obszycia). Wycięcie w serek obszyte białą lamówką. Na dole dwie kieszenie o wym. 19,5cm x17,5cm. Spodnie bez gumek na zakończeniach nogawek, bez podszycia, w pasie troki z tej samej tkaniny, w tym samym kolorze. Komplet pakowany osobno. Wykonany z włókniny SMS 35 /m2. Produkt spełnia normę EN 13795-2.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 14. Dotyczy pakietu 6

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 niżej opisanego fartucha ?

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m²

Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem.

Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające m.in.:

nr katalogowy, LOT, datę ważności. Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy.

Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczętki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, L, XL, XXL i dodatkowo w centymetrach. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 15. Dotyczy Pakietu 7 poz. 2e


Poz. 2e – Czy Zamawiający dopuści płytę o rozmiarze 12x20mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 16. Dotyczy umowy.

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §4 ust. 3 lit b z „48 godzin” na „2 dni robocze”? Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 17. Dotyczy umowy.

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 7, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 18. Dotyczy umowy.

Czy Zamawiający dookreśli, iż odpowiedzialność Wykonawcy wskazana w §7 jest ograniczona do wartości towaru? Obecna treść §7 nie określa do jakiego progu odpowiada Wykonawca.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 19. Dotyczy umowy.

Czy Zamawiający w §8 Ust. 1 lit a zmieni wysokość kary umownej z 1 na 0,5% oraz w ust. 5 z 100% na 15%? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353¹ k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszenie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.


Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 20. Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga różnych rozmiarów.



Pytanie 21. Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści długość koszuli 105-110cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości koszuli 115 – 120 cm

Pytanie 22. Dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor zielony?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 23. Dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 24. Dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 40 g/m²?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 25. Dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompletów chirurgicznych dopuszczonych do stosowania na bloku operacyjnym zgodnych z wymaganiami normy EN 13795?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 26. Dotyczy Pakietu 4


Czy Zamawiający oczekuje w celu potwierdzenia spełnienia wymogów normy EN 13795 przedstawienia raportu z badania gotowego produktu?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 27. Dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku, wykonane z włókniny polipropylenowej pokrytej folią.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga prześcieradła wykonanego z dwuwarstwowej bibuły ze spodem z folii.



Pytanie 28. Dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii.

- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
- Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapięcie na rzep
- Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem
- Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
- Zgodność z normą EN-13795 1-3

Rozmiary M,L,XL,XXL długość 115cm, 127 cm, 135 cm, 140 cm (+/- 5 cm).

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 29. Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m, w kolorze ciemnoniebieskim, długość koszuli od najwyższego punktu ramienia 110 cm (+/-2 cm), szerokość koszuli na dole (w rozłożeniu) 140 cm (+/- 2 cm), długość rękawa i ramienia 43cm (+/- 1,5cm)


Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszczają. Zamawiający wymaga długości długość koszuli : 115 – 120 cm

Pytanie 30. Dotyczy Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści komplet (bluza + spodnie), wykonany z materiału barierowego, niepylącego, antystatycznego. Nogawki bez ściągaczy, w spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z 3 kieszeniami i z wycięciem typu „V” pod szyją, materiał na całej powierzchni z włókniny SMS (o gramaturze min. 45g/m², rozmiary S; M; L; XL; XXL)

Dostępny w kolorze niebieskim lub zielonym, pakowany po 1 szt. w torebkę z folii. Spełnia wymogi Normy EN 13 795

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 31. Dotyczy Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących długościach: M – 115 cm, L- 125 cm, XL -140 cm ,
XXL- 155 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 32. Dotyczy umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Terminy podane w umowie odnoszą się do dni kalendarzowych.

Pytanie 33. Dotyczy umowy

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy na cito z 48 godzin do 72 godzin?


Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 34. Dotyczy umowy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy przetargowej oraz numerze pakietu, lub zezwoli aby informacje te zawarte były na załączniku do faktury?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.



Pytanie 35. Dotyczy przedmiotu zamówienia

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Tak, ale tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę jedynie w przypadku otrzymania próbki zamiennika (dotyczy pakietu 3,4,5,6) , która potwierdzi jego zgodność z wyrobami zaoferowanymi w ofercie.

Pytanie 36. Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę obniżenie kary umownej w par. 8, ust. 1 na 0,5% wartości niewykonanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 37. Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 9 pkt 3 umowy i dodanie słów: "po uprzednim wezwaniu wykonawcy"?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. Zamawiający bez tego musi wezwać wykonawcę.

Pytanie 38. Dotyczy Pakiet 3


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, uszytej w całości, z krótkim rękawem, wiązanej na troki przy szyi oraz w pasie?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 39. Dotyczy Pakiet 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładanej przez głowę, w rozmiarze uniwersalnym - długość koszuli 120 cm, szerokość 70 cm (obwód 140 cm)?

Odp. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.



Pytanie 40. Dotyczy Pakiet 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 150 opakowań?

Odp. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 41. Dotyczy Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne (bluza+spodnie) wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², w kolorze niebieskim; bluza z krótkim rękawem (prosty i nieobsztyty), przy szyi wykończenie typu V obsztyte lamówką w kolorze ubrania; spodnie z nogawkami prostymi, nieobsztytymi?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 42. Dotyczy Pakiet 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła jednorazowego wykonanego z włókniny polipropylenowej foliowanej o gramaturze min. 30 g/m²?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga prześcieradła wykonanego z dwuwarstwowej bibuły ze spodem z folii.

Pytanie 43. Dotyczy Pakiet 5


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie białego prześcieradła jednorazowego w rozmiarze 80 x210 cm wykonanego z papieru (23 g/m²) laminowanego folią (17 g/m²), wzmocnionego 8 lub 48 nitkami w kolorze niebieskim; miękkie, wodoodporne, chłonne i wytrzymałe, pakowane w opakowanie foliowe a'25 sztuk?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga prześcieradła wykonanego z dwuwarstwowej bibuły ze spodem z folii.

Pytanie 44. Dotyczy Pakiet 6

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji fartucha operacyjnego typu SPUNLACE jak podano w nazwie (tzn wykonanego z bawełnopodobnej włókniny Spunlace – 55% pulpy celulozowej + 45% poliester), czy z włókniny typu SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) jak podano w opisie?

Odp. Zamawiający wskazał w załączniku nr 1 do SWZ włókninę SMS



Pytanie 45. Dotyczy Pakiet 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o długościach dla rozmiaru: M – 124 cm, L – 128 cm, XI – 138 cm, XXL – 157 cm? Tolerancja rozmiaru +/- 3 cm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 46. Dotyczy Pakiet 6

Czy Zamawiający, w celu lepszej identyfikacji, oczekuje fartuchów z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 47. Dotyczy Pakiet 4


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowe, niesterylne ubrania operacyjne, składające się z bluzy i spodni: Bluza - krótki rękaw, dekol V wykończony lamówką, 3 kieszenie. Spodnie - wiązane w pasie na troki, kieszeń z tyłu. Komplet wykonany z oddychającej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², nieprzezierny, o barierowości min. 49 mmH₂O. Materiał odporny na wypychanie na sucho min. 140 kPa. Zgodne z EN 13795; wyrób medyczny klasy I. Dostępne w 6 rozmiarach oznaczonych wszywką na każdym produkcie: XS-XXL. Pakowane osobno koszulka i spodnie następnie jako komplet w opakowanie foliowe.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 48. Dotyczy Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowe, niesterylne ubrania operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 45g/m² w kolorze zielonym lub niebieskim. Ubranie dostępne w rozmiarach od S do XXL. Górna część kompletu – bluza z trzema kieszeniami (jedna kieszeń górna po lewej stronie bluzy, dwie dolne kieszenie), krótki rękaw podwijany i obszty, przy szyi wykończenie typu v. Spodnie – długie nogawki bez ściągaczy podszyte, w spodniach trok z tej samej włókniny. Każde cięcie podwinięte i obszty bez żadnych strzępień, pakowane osobno w foliową torbę.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 46. Dotyczy Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego fartucha operacyjnego wiązanego na troki bez kartoników, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Troki umiejscowione w kartoniku zapewniają sterylne zawiązanie.