



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 12.04.2021r.

DZPZ-530-Zp/9/PN-9/21

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa igieł i zestawów zewnątrzoponowych, odczynników do analizatora, czujników jednorazowych SpO2, zestawów do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, testów płytkowych - Zp/9/PN-9/21.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 1 poz. 11 do poz. 21 i utworzenie dla tych pozycji niezależnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 3, pozycji nr 1

Ze względu na koszty dostawy jakie musi ponieść Wykonawca, oraz sposób pakowania czujników jednorazowych SpO2 czy Zamawiający zobowiązuje się do składania każdorazowo zamówień na wielokrotność 20 sztuk czujników – aby kalkulacja cenowa wpłynęła na korzystną wartość końcową oferty cenowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 3, pozycji nr 1

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz środki publiczne, którymi dysponuje, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika saturacji jednorazowego użytku dla noworodków i dzieci kompatybilnych z kablem połączeniowym LNCS? Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowane w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności.

Odp. Zamawiający dopuszcza.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 4. dot. pakietu nr 3. pozycji nr 1

Prosimy Zamawiającego o określenie długości czujników jaką Wykonawca powinien zaoferować, tj. 45 cm czy 90 cm?


Odp. Zamawiający określa długość czujników w granicach 90 cm.

Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr tel.: 74/6489700



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742