

Wałbrzych, dnia 16.04.2021r.

DZPZ-530-Zp/11/PN-11/21

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy implantów, narzędzi i akcesoriów do zabiegów artroskopowych- Zp/11/PN-11/21.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 8

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Pakiet 8- ELEKTRODY

Czy Zamawiający dopuszcza elektrody sterylne boczne w ilości podanej przez Zamawiającego kompatybilne z waporyzatorem udostępnionym na czas trwania umowy? Udostępniony generator będzie posiadał ważny przegląd techniczny na czas trwania umowy co znacznie zmniejszy koszty eksploatacji urządzenia.

Parametry udostępnionego generatora waporyzacyjnego:

Częstotliwość pracy: 100 kHz +/- 20 kHz
Możliwość ustawienia 9 poziomów mocy pracy dla cięcia i ablacji
Możliwość ustawienia 9 poziomów mocy pracy dla koagulacji
Pobór mocy urządzenia do 800W
Waporyzator plazmowy wyposażony w przycisk nożny z trzema przyciskami, w tym jednym do zwiększania/zmniejszania poziomu mocy
Konsola waporyzatora wyposażona w ekran wyświetlający parametry pracy urządzenia a także cztery przyciski służące do zwiększania/zmniejszania mocy
Waporyztor kompatybilny z elektrodami do waporyzacji wyposażonymi w funkcję odsysanie

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga elektrody kompatybilne ze sprzętem będącym na wyposażeniu bloku operacyjnego – Smith&Nephew Werewolf coblation system.

Sporządziła: Dorota Piekarcz
nr telefonu: 74/6489700