



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl*

DZPZ-530-Zp/93/ PN-92/16

Wałbrzych, 01.12.2016r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawa szafy, dwukomorowego zlewozmywaka oraz wózka zabiegowego ze stali nierdzewnej » – Zp/93/PN-92/16

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. odpowiada na pytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 Pakiet I – szafa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę wykonaną ze stali kwasoodpornej w rozmiarze 1000x470x2000 mm (szer. x gł. x wys.)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymagane parametry to wysokość szafy 215 cm głębokość 40 cm szerokość 100 cm.

Pyt. 2 Pakiet II – Wózek zabiegowy

1. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy wyposażony w rączkę do prowadzenia zamontowaną na krótszym boku?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy o wym. 690x700x985 mm (szer. x gł. x wys.)?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymiary wózka podane w SIWZ są dostosowane do warunków lokalowych.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy z wysuwany dodatkowym blatem roboczym o wymiarach dopasowanych do rozmiaru wózka?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, ale w wymiarach określonych w SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy wyposażony w galeryjkę o wys. 6 cm zamontowaną z 3 stron zabezpieczającą przed zsuwaniem się przedmiotów znajdujących się na blacie oraz rączką zamontowaną od frontu wózka?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy z 3 równymi szufladami dopasowanymi do rozmiarów wózka. Ponieważ szuflady nie mogą mieć takiego samego rozmiaru jak wózek jak określił Zamawiający.

Odp. Zamawiający dopuszcza szerokość i głębokość szuflad dopasowana do wymiarów określonych w SIWZ, ale jedna szuflada musi być niższa od pozostałych (jak w SIWZ).

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy wyposażony w 4 koła niebrudzące podłoża o średnicy 100 mm (dwa z blokadą)?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3 Pakiet III – Dwukomorowy zlewozmywak

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dwukomorowy zlewozmywak wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o grubości 1 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zlewozmywak wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o grubości 1 mm, jeżeli sztywność konstrukcji nie ulegnie zwichrowaniu.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dwukomorowy zlewozmywak z drzwiami wyposażonymi w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wgłębień w drzwiach na całej długości.

Pytanie Wykonawcy nieprecyzyjnie zadane, ponieważ Zamawiający nie wie jaka uszczelka i gdzie ma być zamontowana.

3. Czy Zamawiający może doprecyzować zapis „2 boczne części i przednia część zlewozmywaka wygięte pod kątem około 50° R 18”? W którym miejscu ma być to zagięcie? Czy chodzi o wygięcie boku blatu, komory czy może korpusu?

Odp. Zamawiający przez „2 boczne” rozumie dwie boczne części i część przednia, wygięcia mają być w blacie zlewozmywaka.

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*