



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 26.04.2021r.

DZPZ-530-Zp/11/PN-11/21

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy implantów, narzędzi i akcesoriów do zabiegów artroskopowych- Zp/11/PN-11/21.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbić pakietu nr 9 na dwa oddzielne zadania tj. jeden pakiet zawierający zestaw narzędzi zaprojektowanych do łatwego oddzielenia uszkodzonej i zwapnionej warstwy chrząstki od powierzchni podchrzęstnej, tworzą prostopadłe ściany i pozostawiają jednocześnie nienaruszoną płytkę podchrzęstną. Specjalny układ krawędzi tnących umożliwia precyzyjne kształtowanie zmian chrząstki i tworzenie prostopadłych ścian ubytku (czyli zestaw narzędzi wielokrotnego użytku) oraz drugi pakiet zawierający membranę dwuwarstwową, kolagenową, biodegradowalną do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych?

Zestaw narzędzi zaprojektowanych do łatwego oddzielenia uszkodzonej i zwapnionej warstwy chrząstki od powierzchni podchrzęstnej, tworzą prostopadłe ściany i pozostawiają jednocześnie nienaruszoną płytkę podchrzęstną jest od wielu lat z powodzeniem sprzedawany jako kompletny i autonomiczny zestaw operacyjny i nie wymaga zastosowania specjalnie dedykowanych do niego membran. Przy opracowaniu ubytków chrzęstnych można z powodzeniem stosować bioimplanty wielu producentów.

Należy również podkreślić, że brak jest technicznego uzasadnienia dla łączenia zamówienia na narzędzia i membrany (bioimplanty) w jeden wspólny pakiet z uwagi na fakt, że nie jest wymagana kompatybilność narzędzi i membran dla prawidłowego wykonania zabiegu. Z powodzeniem bowiem w praktyce stosowane są zamiennie membrany różnych producentów/dostawców. Zatem łączenie zamówienia w jeden pakiet nie jest uzasadnione realnymi, niezbędnymi i niedającymi się zaspokoić w inny sposób potrzebami Zamawiającego.

Łączenie zamówienia obejmującego dwie grupy różnych wyrobów w jeden wspólny pakiet nr 9 prowadzi do sytuacji ograniczenia dostępu do zamówienia dla dostawców/producentów, którzy będą wyłącznie dostawcami zestawów narzędzi lub wyłącznie membran nie mogą zaoferować wykonania przedmiotowego zamówienia. Powyższe prowadzi do wyeliminowania z możliwości realizacji zamówienia tej grupy przedsiębiorców. Działanie takie prowadzić może do ograniczenia zasad uczciwej konkurencji, do zachowania której Zamawiający jest zobowiązany art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ponadto podział pakietu nr 9 na dwa odrębne zadania nie ograniczy możliwości wykonania zamówienia tym wykonawcom którzy są organizacyjnie przygotowani do złożenia oferty na łączną dostawę narzędzi i membran służących do rekonstrukcji chrząstki.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na rozbić pakietu nr 9 na dwa oddzielne zadania.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści membranę dwuwarstwową, kolagenową, biodegradowalną do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych o wymiarach 50x50 mm w ilości 5 szt.?



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitaisokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001



Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga membranę dwuwarstwową, kolagenową, biodegradowalną do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych o wymiarach: 40x50 mm - 2sztuki i 20x30mm – 3 sztuki.

DYREKTOR SZPITALA

Mariola Dudziak

Sporządziła: Dorota Piekarz
nr telefonu: 74/6489700



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742