



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 19.05.2021r.

DZPZ-530-Zp/15/PN-15/21

*Wykonawcy – wszyscy*

*Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawy sprzętu do zabiegów endoskopowych”- Zp/15/PN-15/21*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 6**

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie „Pętla heksagonalna z igłą do trudnych polipektomii, pracujące w jednej osłonie teflonowej (...)” ?

Czy nie powinno być: Pętla heksagonalna z igłą do trudnych polipektomii, pracujące w jednej osłonie teflonowej (...)”

**Odp. Jest to oczywista omyłka pisarska. Opis winien brzmieć: (...) pracujące w jednej osłonie teflonowej (...).**

**Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści:

Pętla do polipektomii, jednorazowa, otwierana w trzech rozmiarach i kształtach: kształt diamentu o rozmiarach 15x6mm, kształt heksagonalny o rozmiarach 28x10mm, kształt owalny 55x30mm, drut plecionka, min. Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm, dł. robocza 230 cm.

**Odp. Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści:

Średnice nakładek: 7mm, 8mm i 10mm dla gastroskopów o średnicy 5,5 - 6,0 mm, 12mm, 14mm, 16mm dla gastroskopów o średnicy od 9,8mm do 10,3 mm. Pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści:

Dostępne długości protez: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20 cm dla protez o średnicy 18 i 20 mm; 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18 cm dla protezy o średnicy 22 mm oraz 6, 8, 10, 12, 14, 15 cm dla protez o średnicy 24 mm. Pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 5. Dotyczy dotyczy pakietu nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia, pkt. V. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu, ppkt. 1. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu**

Czy Zamawiający dopuści:

Na potwierdzenie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – na podstawie wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
**im. dra Alfreda Sokołowskiego**  
w Wałbrzychu



ISO 9001



ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oświadczenie wykonawcy **na wykonanie co najmniej jednej dostawy w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. przyrządy do endoskopii, endochirurgii na kwotę: dla pakietu nr 1 – 1 300 000,00 zł.**

**Odp. Zamawiający dopuści.**

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA  
ds. ADMINISTRACYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH

*Adam Szkudlarek*

*[Handwritten signature]*