



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 01.12.2016 r.

DZPZ-530-Zp/94/PN-93/16

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawa kardiomonitorów, centralnych stacji nadzorowania i monitorowania pracy serca oraz modułów pomiarów hemodynamicznych (pomiar rzutów serca metodą nieinwazyjną) dla Oddziałów Chorób Wewnętrznych” – Zp/94/PN-93/16.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania do Pakietu Nr 1:

1. Dot. pkt. 34. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w punkcie 34 nie nastąpiła omyłka pisarska w zakresie odstępów pomiędzy pomiarami od 1 minuty do 4 godzin? Nasza firma oferuje odstępy od 1 minuty do 8 godzin, i prosimy Zamawiającego o dopuszczenie takiego rozwiązania? **Odp.** Zamawiający w pkt. 34 dopuścił odstępy pomiędzy pomiarami od 1 minuty do 40 godzin (nie 4 godzin). Z uwagi na fakt, iż parametry sprzętu Państwa (od 1 minuty do 8 godzin) mieszczą się w naszym zakresie dopuszczamy rozwiązanie zastosowane w sprzęcie Państwa.

2. Dot. pkt. 68. Prosimy, Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w punkcie 68 nie nastąpiła omyłka pisarska, że system posiada możliwość wyposażenia w powielający ekran w dyżurce pielęgniarskiej?. **Odp.** W pkt. 68 nie nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga aby system był wyposażony w powielający ekran w dyżurce pielęgniarskiej pozwalający na wyświetlenie tych samych danych co ekran centrali pielęgniarskiej w czasie rzeczywistym.

Pytania do Pakietu Nr 2:

1. Dot. pkt. 34. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w punkcie 34 nie nastąpiła omyłka pisarska w zakresie odstępów pomiędzy pomiarami od 1 minuty do 4 godzin? Nasza firma oferuje odstępy od 1 minuty do 8 godzin, i prosimy Zamawiającego o dopuszczenie takiego rozwiązania? **Odp.** Zamawiający w pkt. 34 dopuścił odstępy pomiędzy pomiarami od 1 minuty do 40 godzin (nie 4 godzin). Z uwagi na fakt, iż parametry sprzętu Państwa (od 1 minuty do 8 godzin) mieszczą się w naszym zakresie dopuszczamy rozwiązanie zastosowane w sprzęcie Państwa.

2. Dot. pkt. 68. Prosimy, Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w punkcie 68 nie nastąpiła omyłka pisarska, że system posiada możliwość wyposażenia w powielający ekran w dyżurce pielęgniarskiej? W pkt. 68 nie nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga aby system był wyposażony w powielający ekran w dyżurce pielęgniarskiej pozwalający na wyświetlenie tych samych danych co ekran centrali pielęgniarskiej w czasie rzeczywistym.