



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 07.06.2021r.

DZPZ-530-Zp/16/PN-16/21

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: Dostawa: Trokary i implanty, kołnierz ortopedyczny, koce grzewcze, klisze, zestaw do drenażu, wieszak, basen, kaczka, kubek, elektroda, serweta, implanty piersiowe, odczynniki, zestaw do autotransfuzji - Zp/16/PN-16/21.*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 5 Zestaw do drenażu worka osierdziowego do wprowadzenia przezskórnie metodą Seldingera składający się z: 2 igieł wprowadzających 18G 7 i 12cm, Prowadnika 0,038 inch (0,97mm) o długości 70cm i zakończeniu „J”, Rozszerzadła, Radiocieniujący cewnik typu pigtail 8,3 Fr o długości 40cm posiadający 6 otworów, Stożkowy adapter umożliwiający podłączenie do drenu lub worka.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2, dot. pakietu nr 2, poz. 1**

Pakiet nr 2 poz. 1, Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „instrukcja dobrania rozmiaru do poszkodowanego techniką „palcową”?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 3, dot. pakietu nr 2, poz. 1**

Pakiet nr 2 poz. 1, Czy Zamawiający dopuści kołnierz przeznaczony dla jednego pacjenta z możliwością dezynfekcji przed użyciem?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kołnierz wielokrotnego zastosowania (minimum 10-krotne).**

**Pytanie 4, dot. pakietu nr 2, poz. 2**

Pakiet nr 2 poz. 2, Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „instrukcja dobrania rozmiaru do poszkodowanego techniką „palcową”?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 5, dot. pakietu nr 2, poz. 2**

Pakiet nr 2 poz. 2, Czy Zamawiający dopuści kołnierz przeznaczony dla jednego pacjenta z możliwością dezynfekcji przed użyciem?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kołnierz wielokrotnego zastosowania (minimum 10-krotne).**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowie.walbrzych.pl  
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokółowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Pytanie 6, dot. pakietu nr 2, poz. 2**

Pakiet nr 2 poz. 2, Czy Zamawiający dopuści kołnierz bez dodatkowego specjalnego mocowania do zabezpieczenia przewodów tlenowych po obu stronach kołnierza?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7, dot. pakietu nr 2, poz. 2**

Pakiet nr 2 poz. 2, Czy Zamawiający dopuści kołnierz bez dodatkowego specjalnego mocowania do zabezpieczenia przewodów tlenowych po obu stronach kołnierza?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8, dot. pakietu nr 9, poz. 1**

Pakiet nr 9 poz. 1, Czy Zamawiający dopuści wielkość 110 x 220 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga serwety do okrycia pacjenta jednorazowego użytku wielkość 110 x 190 cm.**

**Pytanie 9, dot. pakietu nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji 1 dopuści jako alternatywny trokar optyczny amerykańskiego producenta o średnicy 11mm z wbudowaną redukcją 5-11mm, długość 100 mm, kaniula dostępna w dwóch wersjach: karbowana oraz z zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara, podwójny system uszczelek, ściągana głowica trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga trokar optyczny X-One Optic 11mm ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrzana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, zdejmowalną uszczelkę, wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli, grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami), wbudowana redukcja 5mm-15mm. Może zostać wprowadzony jako pierwszy trokar (pod kontrolą optyki).**

**Pytanie 10, dot. pakietu nr 1, poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji 2 dopuści jako alternatywny trokar optyczny amerykańskiego producenta o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100 mm, kaniula dostępna w dwóch wersjach: karbowana oraz z zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara, podwójny system uszczelek, ściągana głowica trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga trokar optyczny X-One Optic 12 mm ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrzana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, zdejmowalną uszczelkę, wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i**

*Handwritten signature*



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego  
ul. Alfreda Sokółowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokółowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

kaniuli, grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami), wbudowana redukcja 5mm-15mm. Może zostać wprowadzony jako pierwszy trokar (pod kontrolą optyki).

**Pytanie 11, dot. pakietu nr 1, poz. 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji 3 dopuści jako alternatywny trokar optyczny amerykańskiego producenta o średnicy 15mm z wbudowaną redukcją 5-15mm, długość 100 mm, kaniula karbowana, zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym, podwójny system uszczelek, ściągana głowica trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga trokar optyczny X-One Optic 15mm ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, zdejmowalną uszczelkę wyraźne oznaczenie trokara na grocie i kaniuli, grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami), wbudowana redukcja 5mm-15mm. Może zostać wprowadzony jako pierwszy trokar (pod kontrolą optyki).**

**Pytanie 12, dot. pakietu nr 1, poz. 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji 4 dopuści jako alternatywny trokar optyczny amerykańskiego producenta o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100 mm, kaniula dostępna w dwóch wersjach: karbowana oraz z zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara, podwójny system uszczelek, ściągana głowica trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga trokar bezostrzowy X-Bladeless 12mm ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, zdejmowalną uszczelkę, wyraźne oznaczenie trokara na grocie i kaniuli, grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami), 15 mm podwójną, rowkowaną końcówkę dylatacyjną (bezostrzową), wbudowana redukcja 5mm-12mm.**

**Pytanie 13, dot. pakietu nr 1, poz. 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji 5 dopuści jako alternatywny trokar optyczny amerykańskiego producenta o średnicy 15mm z wbudowaną redukcją 5-15mm, długość 100 mm, kaniula karbowana, zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym, podwójny system uszczelek, ściągana głowica trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga trokar bezostrzowy X-Bladeless 15mm ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, zdejmowalną uszczelkę, wyraźne oznaczenie trokara na grocie i kaniuli, grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami), 15 mm podwójną, rowkowaną końcówkę dylatacyjną (bezostrzową), wbudowana redukcja 5mm-15mm.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego  
ul. Alfreda Sokółowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001



**Pytanie 14, dot. pakietu nr 1, poz. 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji 6 dopuści jako alternatywny trokar nożowy bezpieczny amerykańskiego producenta o średnicy 11mm z wbudowaną redukcją 5-11mm, długość 100 mm, kaniula dostępna w dwóch wersjach: karbowana oraz z zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym; zawór gazowy, ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V, dźwiękowa i wzrokowa aktywację noża, podwójny system uszczeltek, ściągana głowica trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga trokar nożowy X-One Flat Blade o średnicy 11 mm, ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, zdejmowalną uszczelkę, wyraźne oznaczenie trokara na grocie i kaniuli, ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V, dźwiękową i wzrokową aktywację noża, wbudowana redukcja 5mm-11mm.**

**Pytanie 15, dot. pakietu nr 1, poz. 7**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji 7 dopuści jako alternatywny trokar nożowy bezpieczny amerykańskiego producenta o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100 mm, kaniula dostępna w dwóch wersjach: karbowana oraz z zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym; zawór gazowy, ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V, dźwiękowa i wzrokowa aktywację noża, podwójny system uszczeltek, ściągana głowica trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga trokar nożowy X-One Flat Blade o średnicy 12 mm, ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, zdejmowalną uszczelkę, wyraźne oznaczenie trokara na grocie i kaniuli, ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V, dźwiękową i wzrokową aktywację noża, wbudowana redukcja 5mm-12mm.**

**Pytanie 16, dot. pakietu nr 1, poz. 8, 9**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 wyłączy pozycje 8 i 9 do osobnego pakietu, gdyż uniemożliwiają one złożenie konkurencyjnej oferty na trokary. Pozycje te to implanty, czyli zupełnie inny asortyment, w bardzo niewielkiej ilościach 4 sztuk. Jedynie wyłączenie tych pozycji umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty na pozycje 1-7, czyli trokary.

**Odp. Zamawiający nie wydzieli pozycje 8 i 9 do osobnego pakietu.**

**Pytanie 17, dot. pakietu nr 3, poz. 1**

dot. pakietu nr 3 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści kocyk do ogrzewania pacjenta dla dorosłych na całe ciało o wymiarach 210 cm x 120 cm? Kocyk kompatybilny z urządzeniem Mistral-Air, przezroczysty dla promieniowania radiologicznego, nie zawiera lateksu, wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS odpornej na rozdarcie, przebicie, zamoczenie, mocowany do rury ogrzewacza za pomocą rozciągliwej taśmy Velcro, dzięki czemu stworzone jest szczelne łączenie koca grzewczego z urządzeniem?

*Handwritten signature/initials.*



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokółowskiego  
w Wałbrzychu



**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 18, dot. pakietu nr 3, poz. 2**

dot. pakietu nr 3 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści kocyk do ogrzewania pacjenta, pediatryczny na całe ciało o wymiarach 170 cm x 100 cm? Kocyk kompatybilny z urządzeniem Mistral-Air, przezroczysty dla promieniowania radiologicznego, nie zawiera lateksu, wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS odpornej na rozdarcie, przebicie, zamoczenie, mocowany do rury ogrzewacza za pomocą rozciągliwej taśmy Velcro, dzięki czemu stworzone jest szczelne łączenie koca grzewczego z urządzeniem? z poważaniem Tomasz Andruszkiewicz Specjalista ds. zamówień publicznych

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19, dot. pakietu nr 9**

Pakiet 9 Prosimy o dopuszczenie jednorazowej, białej serwety (kołderki) do przykrycia pacjenta nieznacznie dłuższej tj 110x210cm, wykonanej z włókniny PP o gramaturze 28g/m<sup>2</sup> (warstwa zewnętrzna) i poliestrowej o gramaturze 88g/m<sup>2</sup> (warstwa wewnętrzna) z przeszyciami na całej powierzchni, o wadze około 332 g. Produkt higieniczny o podwyższonej czystości mikrobiologicznej. Opakowanie jednostkowe torba foliowa, opakowanie zbiorcze karton zawierający 30 szt. Producent spełnia wymogi Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga serwety do okrycia pacjenta jednorazowego użytku, wew.100% Polyester + zewnętrzna warstwa włókniny PP, kolor granatowy, waga 300g, materiał miękki oddychający, pikowany, wielkość 110 x 190 cm.**

**Pytanie 20, dot. pakietu nr 12**

Pakiet nr 12 Czy Zamawiający dopuści zestaw do autotransfuzji z pojemnikiem typu miszek bez skali, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga precyzyjną skalę pomiarową co 40 ml.**

**Pytanie 21, dot. pakietu nr 9**

Pakiet nr 9 Czy Zamawiający dopuści serwetę do okrycia pacjenta jednorazowego użytku wykonaną z włókniny polipropylenowej (warstwa zewnętrzna) oraz z poliestru o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> (wypełnienie) w kolorze niebiesko-zielonym, waga 300g, miękka i oddychająca, pikowana, w rozmiarze 110x210 cm, opakowanie zbiorcze a'25 sztuk?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga serwety do okrycia pacjenta jednorazowego użytku, wew.100% Polyester + zewnętrzna warstwa włókniny PP, kolor granatowy, waga 300g, materiał miękki oddychający, pikowany, wielkość 110 x 190 cm.**

**Pytanie 22, dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kocy / kołder jednorazowych o wymiarach 220 x 128 cm, gramaturze min. 230 g/m kw. tj. o wadze całkowitej min. 645 g, wielowarstwowych, w kolorze białym?

*Jan  
Belen*



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego  
ul. Alfreda Sokółowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowie.walbrzych.pl  
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokółowskiego  
w Wałbrzychu



**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga serwety do okrycia pacjenta jednorazowego użytku, wew.100% Polyester + zewnętrzna warstwa włókniny PP, kolor granatowy, waga 300g, materiał miękki oddychający, pikowany, wielkość 110 x 190 cm.**

#### **Pytanie 23, dot. projektu umowy**

Dot. zapisów rozdziału XVI SIWZ

W związku z ogólnościową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ w rozdziale XVI zwracamy się z prośbą o zmianę terminów dostawy w sposób następujący:

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia:

- od 3 do 4 dni - 40 pkt.
- 5 dni - 20 pkt.
- 6 dni - 0 pkt.

**Odp. Zamawiający nie zmienia terminów dostawy.**

#### **Pytanie 24, dot. projektu umowy**

Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §4 ust.3 b)

W związku z ogólnościową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy w zakresie §4 ust.3 b) zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostawy dla zamówień na cito do 72 godzin roboczych.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

#### **Pytanie 25, dot. projektu umowy**

Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §4 ust. 4 i 5

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 5, § 4 oraz o modyfikację zapisu umowy ust.4 §4 na następujący:

*„4. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin określony w ust.3 pkt. a i b, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo zakupić te partię towaru u innego dostawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.”*

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

#### **Pytanie 26, dot. projektu umowy**

Dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §4 ust. 4 i 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.4 §4 na następujący:

*„4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 pkt a i b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp. ) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy. Jednak różnica w cenie nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy.”*

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

### Pytanie 27, dot. projektu umowy

Dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §4 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany do 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

### Pytanie 28, dot. projektu umowy

Dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §8

Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy postanowienia o następującej treści.

*„5. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.*

*6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.5.”*

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

### Pytanie 29, dot. projektu umowy

Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie ust.5 o następującej treści:

*5.Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §8 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.*

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

### Pytanie 30, dot. projektu umowy

Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §9 ust.3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §9 ust. 3 umowy w sposób następujący:

*„3. W przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”*

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

### Pytanie 31, dot. projektu umowy

Dotyczy wzoru umowy załącznik 3a,

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy następującej treści:

**SIŁA WYŻSZA**

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokółowskiego  
w Wałbrzychu



2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

#### Pytanie 32, dot. pakietu nr 9

Pakiet 9, Prosimy o dopuszczenie jednorazowej „białej serwety (kołderki) do przykrycia pacjenta nieznacznie dłuższej t.j 110x210cm , wykonanej z włókniny PP o gramaturze 28g/m<sup>2</sup> (warstwa zewnętrzna) i poliestrowej o gramaturze 88g/m<sup>2</sup> (warstwa wewnętrzna) z przeszyciami na całej powierzchni, o wadze około 332 g. Produkt higieniczny o podwyższonej czystości mikrobiologicznej. Opakowanie jednostkowe torba foliowa, opakowanie zbiorcze karton zawierający 30 szt . Producent spełnia wymogi Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485 .

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga serwety do okrycia pacjenta jednorazowego użytku, wew.100% Polyester + zewnętrzna warstwa włókniny PP, kolor granatowy, waga 300g, materiał miękki oddychający, pikowany, wielkość 110 x 190 cm.**

#### Pytanie 33, dot. pakietu nr 12

Pakiet nr 12, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji obecnie stosowanego a składającego się z: mieszka z zastawką przeciwwrotną i worka na krew z filtrem maks. 175 u o pojemności maks. 1000 ml z zastawką przeciwwrotną, z aparatem do przetoczeń dostosowanym do zestawów do autotransfuzji z filtrem końcowym maks. 20u, oraz workiem na drenaż przedłużony o pojemności min. 600ml z zastawką przeciwwrotną. Opis fabryczny na worku na krew i na worku do drenażu w różnych kolorach dla łatwej identyfikacji. Aparat do przetoczeń dostosowany do zestawów do autotransfuzji z trzystopniowym systemem filtracji (175/40/10u), połączenie dokręcane. Zapasowy worek na krew o pojemności maks. 1000 ml z filtrem maks. 175u i zastawką przeciwwrotną kompatybilny z zestawem do autotransfuzji. Zestaw zawiera 2 dreny pooperacyjne ze zmienną średnicą otworów perforacji i nitką Rtg, rozmiary 10-18 CH do wyboru przez Zamawiającego.







SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001



Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zestaw przeznaczony do pooperacyjnej, autologicznej autotransfuzji krwi pełnej. W skład zestawu wchodzi pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 250ml o podciśnieniu początkowym na poziomie min 120mbar, dren o długości 140cm z uniwersalną, docinaną, nie zwężającą światła drenów końcówką łączącą, wykonaną z silikonu, kompatybilną ze wszystkimi drenami Redona w rozmiarach od CH 6-CH 18. Dren umożliwia jednoczesny drenaż dwoma drenami. Precyzyjna skala pomiarowa- co 40 ml. W drenie samouszczelniający się port iniekcyjny, umożliwiający podawanie mn. Antykoagulantów. Drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony łącznikiem typu large-lock do połączenia z workiem na krew. Wyposażony w nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka. Worek zbiorczy na krew o poj. 700 - 1000ml, skalowany co 50-100ml, z filtrem 200µm. Worek wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną zapobiegającą cofaniu się krwi, oraz w samouszczelniający zawór łączeniowy do igły aparatu transfuzyjnego. Aparat do transfuzji z filtrami 10µm - z dużą, elastyczną komorą kropłową, oraz drenem o długości 150cm z zakończeniem luer-lock oraz precyzyjnym zaciskiem rolkowym. Sterylny, podwójnie pakowany. Zgodny z normami PN EN ISO 11607, PN EN ISO 868.

#### Pytanie 34, dot. pakietu nr 12

Pakiet nr 12, Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający celem zabezpieczenia pacjenta i personelu wymaga dostawy zestawów do autotransfuzji z trzystopniowym systemem filtracji, tj. 175u/40u/10u z dokręcanym połączeniem jak obecnie stosowane.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zestaw przeznaczony do pooperacyjnej, autologicznej autotransfuzji krwi pełnej. W skład zestawu wchodzi pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 250ml o podciśnieniu początkowym na poziomie min 120mbar, dren o długości 140cm z uniwersalną, docinaną, nie zwężającą światła drenów końcówką łączącą, wykonaną z silikonu, kompatybilną ze wszystkimi drenami Redona w rozmiarach od CH 6-CH 18. Dren umożliwia jednoczesny drenaż dwoma drenami. Precyzyjna skala pomiarowa- co 40 ml. W drenie samouszczelniający się port iniekcyjny, umożliwiający podawanie mn. Antykoagulantów. Drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony łącznikiem typu large-lock do połączenia z workiem na krew. Wyposażony w nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka. Worek zbiorczy na krew o poj. 700 - 1000ml, skalowany co 50-100ml, z filtrem 200µm. Worek wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną zapobiegającą cofaniu się krwi, oraz w samouszczelniający zawór łączeniowy do igły aparatu transfuzyjnego. Aparat do transfuzji z filtrami 10µm - z dużą, elastyczną komorą kropłową, oraz drenem o długości 150cm z zakończeniem luer-lock oraz precyzyjnym zaciskiem rolkowym. Sterylny, podwójnie pakowany. Zgodny z normami PN EN ISO 11607, PN EN ISO 868.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. ADMINISTRACYJNO-EKSPLOATACYJNYCH

Adam Szkuclarek

Sporządziła: Dorota Piekarcz  
nr telefonu: 74/6489700



DOLNY  
ŚLĄSK

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowie.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742