



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokolowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 07.06.2021r.

DZPZ-530-Zp/13/PN-13/21

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawy : Rurka sterylna do podawania soli fizjologicznej, Obłożenie na aparat INTRABEAM, Porty dożylna, Elementy do ultradźwiękowego aspiratora tkanek , Dwuwodny siarczan wapnia, Rękawice ortopedyczne, Rękojeść staplera, Pętla tnąca, Osłona mikroskopu neurochirurgicznego" - Zp/13/PN-13/21

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 8 - Pętla tnąca wielorazowego użytku zagięta monopolarna z płaszczem, elektroda koagulacyjna kulka.

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w pkt. 1 i w pkt. 2 wymaga, aby pętla tnąca i elektrody koagulacyjne były kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego elementem pracującym resektoskopu monopolarnego i płaszczem resektoskopu 24/26 Fr. firmy Karl Storz, a kompatybilność była potwierdzona przez producenta posiadanego przez Zamawiającego elementu pracującego resektoskopu oraz płaszcza?

Odp. Zamawiający wymaga aby pętla tnąca i elektrody koagulacyjne były kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem.

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 pkt. 1 i 2 wyrazi zgodę na zwiększenie wymaganej ilości z 80 szt. na 84 szt., ponieważ pętla i elektrody pakowane są w opakowania zbiorcze po 6 szt.? Prosimy o nanieśnięcie zmian w załączniku nr 1 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio zmieni treść załącznika nr 1 do SWZ dla pakietu nr 8 poz. 1 i 2.

3. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w pkt. IV ppkt. b) SWZ w przypadku przedstawienia poświadczeń należytego wykonania **2 umów na dostaw sprzętu medycznego o wartości powyżej 55.000,00 PLN?**

Odp. Zamawiający uzna.

4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawiania próbek na asortyment w Zadaniu 8. Prośbę swą motywujemy tym, że produkt jest Zamawiającemu dobrze znany, Wykonawca oferuje oryginalne produkty K. STORZ jakie dotychczas stosowano w Państwa placówce.

Odp. Zamawiający nie odstępuje od wymogu przedstawienia próbek dla pakietu nr 8.

5. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami Kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni od złożenia zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

6. Czy Zamawiający zrezygnuje z dostaw na CITO- do 48 h w przypadku asortymentu wymienionego w pakiecie nr 8? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie. Ponadto, przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

[Handwritten signature]



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Odp. Zamawiający odstępuje od dostaw na CITO dla pakietu nr 8.

Pytanie 2.

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym punktu V SWZ lp. 1 dla pakietu nr 9.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w ramach potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca dostarczył referencje na dostawy urządzeń medycznych na kwoty i w ilości opisane w punkcie V SWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy w przypadku kiedy Wykonawca realizował dostawy będące przedmiotem Zamówienia na rzecz Zamawiającego w okresie ostatnich 12 miesięcy, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wykazu dostaw oraz referencji?

Odp. Zamawiający nie odstępuje od wymogu dostarczenia wykazu dostaw natomiast odstępuje od wymogu dostarczenia referencji w przypadku kiedy Wykonawca realizował dostawy będące przedmiotem Zamówienia na rzecz Zamawiającego w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ortopedycznych lateksowych o charakterystyce: bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, grubość: na palcu 0,34 mm, na dłoni 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm; jasnobrązowe, mikroteksturowane; AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiety rolowane z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, badania na przenikalność cytotatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań), penetracja wirusów ASTM F-1671. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 6,0- 9,0 .

Odp. Zamawiający dopuszcza..

Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o zawartości protein <30 ug/g oraz o składzie chemicznym - przyspieszacze: Zinc diethyldithiocarbamate, Zinc dibutyldithiocarbamate, przeciwutleniacz: Phenolic Antioxidant, pigment: Titanium Dioxide, Brown Pigment, środek koagulujący: Sulphur. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza..

Pytanie 5. Dotyczy pakietu nr 7 - Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego

Poz. 1

Prosimy o wykreślenie kodów z opisu przedmiotu zamówienia, gdyż wskazują jednoznacznie producenta, jakiego preferuje Zamawiający, lub prosimy o dodanie formuły o równoważności innych rozwiązań.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 1

Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazową rękojeść staplera endoskopowego z artkulacją w ładunku w zakresie 45 stopni, rękojeść uniwersalna, przeznaczona do ładunków w rozmiarach 30, 45 lub 60 mm, posiadająca jedną dźwignię zamykająco-spustową. Długość szafu, bez ładunku, 6, 16 lub 26 cm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga 2 dźwignie oraz długość ramienia 28,34 oraz 44 i długość zespolenia 60mm.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Poz. 2

Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowe ładunki liniowe z nożem, do staplera endoskopowego umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, mocowane do szafu,. Ładunek biały do tkanki cienkiej o wysokości zszywki 2,5 mm (po zamknięciu 1,0 mm), niebieski do tkanki standardowej, o wysokości otwartej zszywki 3,5 mm (po zamknięciu 1,5 mm), ładunek złoty do tkanki średnio-grubej, o wysokości otwartej zszywki 4,2 mm (po zamknięciu 1,8 mm), ładunek zielony do tkanki grubej, o wysokości otwartej zszywki 4,8 mm (po zamknięciu 2,0 mm). Ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia.), ładunki pakowane pojedynczo?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
ds. ADMINISTRACYJNO-EKSPLOATACYJNYCH
Adam Szkutlarek

Sporządził: Bernard Jach
nr telefonu: 74/6489941

Bernard Jach