



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 11.06.2021r.

DZPZ-530-Zp/21/PN-21/21

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy gazów medycznych na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/21/PN-21/21.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1

Pakiet nr 1 tlenek azotu - Proszę o wstawienie do tego pakietu dodatkowej pozycji transport butli.
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 3

Pakiet nr 3 ciekły azot medyczny - Proszę o wstawienie do tego pakietu dodatkowej pozycji transport azotu medycznego ciekłego.
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 4

Pakiet nr 4 mieszanina gazów - Proszę o wstawienie do tego pakietu dodatkowej pozycji transport butli.
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 5

Pakiet nr 5 dwutlenek węgla - czy dwutlenek węgla ma być medyczny? Jak ma być medyczny to do jakich zastosowań, laparoscopia czy krioterapia? Proszę również o wstawienie do tego pakietu (tak jak to jest w innych) dodatkowej pozycji dzierżawa butli (chyba, że są to butle własne Zamawiającego) oraz transport butli.

Odp. Potwierdzamy, dwutlenek węgla musi być medyczny. Zastosowanie w laparoskopii i endoskopii zabiegowej. Posiadamy własne butle.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 6

Pakiet nr 6 argon – rozumiemy, że oczekiwana przez Zamawiającego czystość gazu to 5,2 i zgodność z Polską Normą. Prosimy o potwierdzenie. Prosimy o określenie wielkości butli. Czy mają to być butle o pojemności wodnej 10l czy 50l? Proszę również o wstawienie do tego pakietu (tak jak to jest w innych) dodatkowej pozycji dzierżawa butli (chyba, że są to butle własne Zamawiającego) oraz transport butli.

Odp. Potwierdzamy, iż oczekujemy czystości gazu zgodnie z PN min. 5.0. Stosowane butle 10 l. Posiadamy własne butle.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 6

Jakiej wielkości i ile naczyń na ciekły azot posiada Zamawiający ?

Odp. Zamawiający posiada 2 butle 33 litry oraz 5 butli 25 kg.

Pytanie 7

Ilu dostaw ciekłego azotu miesięcznie i w jakiej jednostkowej/jednorazowej ilości dostaw do poszczególnych lokalizacji oczekuje Zamawiający ? Bez tej informacji niemożliwe jest rzetelne oszacowanie kosztów.

Odp. Dostawa tylko do Szpitala przy ul. Batoiego 4 w Wałbrzychu w ilości 4-5 butli tygodniowo.

Pytanie 8 dot. projektu umowy

Proszę o wprowadzenie następujących zmian w projekcie „Umowy”: - Proszę o dopisanie w paragrafie 3 ust 3 po zwrocie „dostarczenie gazów do magazynów Zamawiającego” zwrotu „nie dotyczy czynności wewnątrz magazynów Zamawiającego”. - Proszę o usunięcie z paragrafu 5 ust 2 w całości. Faktura nie jest dokumentem służącym do wymiany informacji. Jest to dokument księgowy na którym wiele Firm nie ma możliwości umieszczania innych danych niż tych dotyczących bezpośrednio zagadnień finansowo-księgowych. Wykluczenie potencjalnego oferenta z tego postępowania poprzez pozostawienie tego zapisu zapewne nie leży w interesie publicznym. - Proszę o zmianę we właściwych miejscach dotyczących terminu płatności z „60 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury” na „ 60 dni od daty dostarczenia towaru. Faktura musi być dostarczona co najmniej na 14 dni przed terminem jej płatności”. - W celu równego traktowania Stron umowy zmiana z „Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Str-1- umowy.” Na „Strona Umowy zobowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej drugiej Stronie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.” - W celu równego traktowania Stron umowy zmiana z „Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 ust 1” na „Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 ust 1”. - W celu równego traktowania Stron umowy zmiana z „W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminów dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym” na „W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez jedną ze Stron, druga Strona może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym”. - Prosimy o dopisanie w zakresie reklamacji zwrotu o brzmieniu: „Koszty nieuzasadnionej reklamacji obciążają Zamawiającego”. Wprowadzenie powyższych zmian do SIWZ oraz Umowy umożliwi nam złożenie oferty oraz równorzędną współpracę Wykonawcy i Zamawiającego przy realizacji zamówienia.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 9 dot. pakietu nr 4

Czy mieszanka gazów do DLCO (pakiet numer 4, dwie butle F10) powinna być zarejestrowanym wyrobem medycznym?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego
ul. Alfreda Sokółowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital.sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 10 dot. pakietu nr 6

Czy argon (pakiet nr 6) używany jest do elektrokoagulacji, czy powinien być wyrobem medycznym zgodnie z Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 711), a także czy dopuszczacie Państwo butle o pojemności 2-5 litrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza butle o pojemności 2-5 litrów. Argon (pakiet nr 6) używany jest do elektrokoagulacji i musi być wyrobem medycznym.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
ds. ADMINISTRACYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH

Adam Szudlarek

Sporządziła: Dorota Piekarz
nr telefonu: 74/6489700



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742