



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 17.06.2021r.

DZPZ-530-Zp/19/PN-19/21

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy implantów, narzędzi i akcesoriów do zabiegów artroskopowych- Zp/19/PN-19/21.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 3

pakiet nr 3 – Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstnokostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie technologii, opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2x2cm oraz 5x5cm, grubość 2mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120g/m².

Czy Zamawiający w celu zachowania uczciwej konkurencji oraz otrzymania najkorzystniejszej oferty doprecyzuje ilość konkretnego rozmiaru materiału do wypełniania ubytków chrząstki i rozdzieli wskazaną

pozycję 3 na rozmiar 2x2 i 5x5?

Odp. Zamawiający nie określi precyzyjnie liczby membran odpowiedniej wielkości. Zamawiający wymaga 10 sztuk, wielkość uzależniona od indywidualnego zapotrzebowania dla pacjenta.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
ds. ADMINISTRACYJNO-EXPLOATACYJNYCH
Adam Szkuclarek

Sporządziła: Dorota Piekarz
nr telefonu: 74/6489700



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalasokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742

Rzeszów 09-06-2021r.

Biotech Sp. z o.o.
Ul. Boya Żeleńskiego 12
35-105 Rzeszów
Tel. 17 854 54 53 / Fax. 17 854 54 52
przetargi@biotech.pl

Znak sprawy: Zp/19/PN-19/21

Zapytanie

W związku z ukazaniem się przetargu na dostawę „Implantów, narzędzi i akcesoriów do zabiegów artroskopowych” – numer postępowania Zp/19/PN-19/21 składamy zapytanie do:

- pakiet nr 3 – Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstnokostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie technologii, opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2x2cm oraz 5x5cm, grubość 2mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120g/m².

Czy Zamawiający w celu zachowania uczciwej konkurencji oraz otrzymania najkorzystniejszej oferty doprecyzuje ilość konkretnego rozmiaru materiału do wypełniania ubytków chrząstki i rozdzieli wskazaną pozycję 3 na rozmiar 2x2 i 5x5?

*Zamawiający nie określił precyzyjnej liczby membran
odpornej wielkości. Wynagać to jest,
wielkości membran od indywidualnego
wymagania albo projektu*

Z poważaniem
Michał Pietrzak

dr n. med. Konrad Kudłacik
SPECJALISTA
Odw. Traumatologii
7765847

1606 2021