



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 30.12.2016 r.

DZPZ-530-Zp/96/PN-95/16

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy jednorazowego i wielorazowego osprzętu endoskopowego do badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych – Zp/96/PN-95/15

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kosz o średnicy rozłożonych ramion 22 mm z zachowaniem pozostałych parametrów? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza kosz o średnicy rozłożonych ramion 22 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.**

Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 5 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści nóż do endoskopowej resekcji śluzówki który można stosować wysunięty na 2 mm w długości gastroskopowej i na 1,5 mm w długości kolonoskopowej z zachowaniem pozostałych parametrów? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza nóż do endoskopowej resekcji śluzówki który można stosować wysunięty na 2 mm w długości gastroskopowej i na 1,5 mm w długości kolonoskopowej z zachowaniem pozostałych parametrów.**

Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 3 poz. 4

Z powodu domniemanej omyłki pisarskiej prosimy o dookreślenie rozmiarów kosza (obecnie „50 mm oraz 50 mm”). Czy Zamawiający miał na myśli drugi rozmiar 40 mm czy 60 mm? **Odp. Tak, zaszła omyłka pisarska, Zamawiający miał na myśli kosz o rozmiarze od 40 mm do 60 mm. Patrz zmiana SIWZ z dnia 30.12.2016r.**

Pytanie 4, dotyczy projektu umowy

§ 4 ustęp 4b:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wydłużenie terminu dostaw „na cito” dla produktów z pakietu 5 i 7 do 72 godzin w dni robocze? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§ 4 ustęp 4b:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw na cito określony obecnie w projekcie umowy dotyczył dni roboczych? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§ 8 ustęp 1.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z naliczania kary umownej za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito” i ujednotorzyć zapis dotyczący sposobu naliczania kar umownych w przypadku

opóźnienia w realizacji zamówienia na „0,2% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

pkt. 4 oraz zapisów SIWZ rozdział XVI pkt. 2 podpunkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw liczony był w daniach roboczych? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby termin dostaw liczony był w daniach roboczych. Zamawiający wymaga aby termin dostaw liczony był w dniach kalendarzowych.**

paragraf 4 ustęp 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w daniach roboczych? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby termin dostaw liczony był w daniach roboczych. Zamawiający wymaga aby termin dostaw liczony był w dniach kalendarzowych.**

dotyczące pakietu nr 5, 7 oraz projektu umowy par.4 ust. 4b:

Czy ze względu na fakt, że przedmiotem umowy w tym pakiecie 5 i 7 nie są leki ratujące życie, Zamawiający zrezygnuje z dostaw „na cito” dla pakietu 5,i 7 , i tym samym wyrazi zgodę na wykreślenie kary umownej za zwłokę w dostawie „na cito”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§ 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§ 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 4 a, b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§ 4 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od dnia uznania reklamacji za zasadną.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§ 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto towaru wyszczególnionego w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§ 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§ 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§ 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

§ 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§ 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.” **Odp.**

Zamawiający nie zmienia projektu umowy.