

Wałbrzych, dnia 15.07.2021r.

DZPZ-530-Zp/26/PN-26/21

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: Dostawy sprzętu do hemodializy oraz dializy otrzewnowej - Zp/26/PN-26/21.*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora o powierzchni 1,8m<sup>2</sup>, z błoną helixonową, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2, dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora o powierzchni 2,2m<sup>2</sup>, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3, dot. pakietu nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora wysokoprzepływowego o powierzchni 1,8m<sup>2</sup> z błoną helixonową, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 4, dot. pakietu nr 12**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu nr 12 cewnika czasowego poliuretanowego o średnicy 11 Fr i długości 15cm z ramionami zakrzywionymi?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zestaw dwukanałowy do hemodializy z ramionami zakrzywionymi - rozmiar  $\geq$  (11,5 FR) długość 15-16cm.**

**Pytanie 5, dot. pakietu nr 18**

Czy Zamawiający zgodzi się na cewnik permanentny o niewielkich różnicach technicznych lecz tej samej funkcjonalności: Cewnik permanentny nowej generacji (USA)- duży przepływ przy nie wielkiej różnicy ciśnień przekrój 14,5 Fr, ( specjalny kanał dla przewodnicy umożliwia łatwe wprowadzanie cewnika mimo zakrzywionej końcówce - nie uszkadza przewodnica światła wewnętrznego cewnika - ZALETA ) dwuświatłowy, podwójne D ( tak samo jak końcówka rozdwojona zapobiega wystąpieniu zakrzepicy ) ,obrotowe skrzydełka ( wygoda dla pacjenta i obsługi ) ) mufka wykonana z poliestru, odpowiednio zaprojektowany cewnik zapewnia odporność na zagięcia przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności, wykonany z unikalnego materiału Durathane (ulepszony carbothane) . Odgięta końcówka zmniejsza ryzyko wystąpienia zakrzepicy, specjalny, odpowiednio umiejscowiony kanał dla przewodnicy umożliwia łatwe wprowadzenie cewnika środkiem naczynia przy odpowiednio



zakrzywionej końcówce cewnika. Końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu, końcówki z zabezpieczeniem i opisaną objętością wypełniania.

Długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm , 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 35/40cm, 43/48cm, 50/55cm, do wyboru przez Zamawiającego

Skład zestawu: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacz żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzielny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 6, dot. pakietu nr 3**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o:

Wyrażenie zgody na zaferowanie w Pakiecie nr 3 dializatorów z błoną polinefronową, sterylizowanych promieniami Gamma.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 7, dot. pakietu nr 4**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o:

Wyrażenie zgody na zaferowanie w Pakiecie nr 4 dializatorów z błoną polinefronową, sterylizowanych promieniami Gamma.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 8, dot. pakietu nr 5**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o:

Wyrażenie zgody na zaferowanie w Pakiecie nr 5 dializatorów z błoną polinefronową, sterylizowanych promieniami Gamma o pow. 2,1m<sup>2</sup>.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dializator polisulfonowy o powierzchni > 2,2 m<sup>2</sup>.**

#### **Pytanie 9, dot. pakietu nr 7**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o:

Wyrażenie zgody na zaferowanie w Pakiecie nr 7 dializatorów wysokoprzepływowych z błoną polinefronową, sterylizowanych promieniami Gamma. Dializatory z błoną polinefronową sterylizowane promieniami Gamma były stosowane w Państwa Stacji Dializ.

**Odp. Tak, jeżeli dotyczy pakietu nr 8. Zamawiający w pakiecie nr 8 wymaga dializator polisulfonowy wysokoprzepływowy (powierzchnia  $\geq 1,8$  m<sup>2</sup>) sterylizacja dowolna z wyjątkiem tlenu etylenu. W pakiecie nr 7, Zamawiający wymaga igły do hemodializy jednoigłowej Y, rozmiar 16 G X 25mm (igła z oczkiem, z obrotowym skrzydełkiem, długość drenu 15 cm).**

#### **Pytanie 10, dot. pakietu nr 11**

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 11 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi o średnicy 11 Fr i długościach: 15 cm?





Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zestaw dwukanałowy do hemodializy z ramionami prostymi - rozmiar  $\geq$  (11,5 FR) długość 15-16cm (w zestawie: cewnik dwukanałowy, igła wprowadzająca, rozszerzacz, prowadnik).**

**Pytanie 11, dot. pakietu nr 13**

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 13 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi o średnicy 11 Fr i 13 Fr i długościach: 17,5 cm?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza cewnik F13.**



### **Pytanie 12, dot. pakietu nr 13**

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 13 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi o średnicy 11 Fr i 13 Fr i długościach: 20 cm?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza cewnik 13F.**

### **Pytanie 13, dot. pakietu nr 17**

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 17 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm, 55/76 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.





---

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14, dot. pakietu nr 18**

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 18 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm, 55/76 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

**Odp. Pakiet nr 18 nie dotyczy cewników implantowanych metodą wsteczną, Zamawiający wymaga zestaw cewnik naczyniowy permanentny, miękki, z mufką dakronową, ramiona silikonowe nie załamujące się, końcówki z nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary 14,5Fr i dł. do mufki 19cm, 23 cm, 28 cm, 33 cm, 44 cm, 55 cm z możliwością zakupu pojedynczych sztuk.**

**Pytanie 15, dot. pakietu nr 3**

Pakiet nr 3 Pyt. 1 – Czy Zamawiający w pakiecie numer 3 dopuści dializatory z błony polieterosulfon (PES), pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16, dot. pakietu nr 4**

Pakiet nr 4 Pyt. 1 – Czy Zamawiający w pakiecie numer 4 dopuści dializatory z błony polieterosulfon (PES), pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17, dot. pakietu nr 5**

Pakiet nr 5 Pyt. 1 – Czy Zamawiający w pakiecie numer 5 dopuści dializatory z błony polieterosulfon (PES), o powierzchni równej 2,2m<sup>2</sup>?



---

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 18, dot. pakietu nr 8**

Pakiet nr 8 – Czy Zamawiający w pakiecie numer 8 dopuści dializatory wysokoprzepływowe z błony polieterosulfon (PES), pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19, dot. pakietu nr 1, 2, 9**

Dotyczy pakietu nr 1, 2 oraz 9. Czy w związku z faktem, że w posiadaniu Zamawiającego są aparaty B.Braun Dialog w okresie gwarancyjnym, Zamawiający wymaga aby zaoferowane linie posiadały rekomendację producenta lub autoryzowanego serwisu aparatów? Zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej aparatów, gwarancją nie są objęte: „uszkodzenia i wady wynikłe na skutek używania niewłaściwych lub złej jakości materiałów eksploatacyjnych” a zgodnie z naszą wiedzą na rynku polskim oferowane są linie bardzo niskiej jakości, które wpływają na płynność pracy aparatu i zużycie segmentu pompy.

**Odp. Nie, Zamawiający chce mieć możliwość wyboru.**

**Pytanie 20, dot. pakietu nr 3**

Dotyczy pakietu nr 3: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnego bardzo wydajnego dializatora z potrójną błoną zawierającą w swoim składzie poliaryloeterosulfonu o powierzchni 1,7m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga dializator polisulfonowy (powierzchnia od 1,8 do 2,0 m<sup>2</sup>) sterylizacja dowolna z wyjątkiem tlenu etylenu.**

**Pytanie 21, dot. pakietu nr 5**

Dotyczy pakietu nr 5: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnego bardzo wydajnego dializatora z potrójną błoną zawierającą w swoim składzie poliaryloeterosulfonu o powierzchni 2,1m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga dializator polisulfonowy (powierzchnia >2,2 m<sup>2</sup>) sterylizacja dowolna z wyjątkiem tlenu etylenu.**

**Pytanie 22, dot. pakietu nr 6**

Dotyczy pakietu nr 6: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pozycji 1 i pozycji 2 igieł do hemodializy w rozmiarze 15G, 16G, 17G do wyboru zamawiającego?

**Odp. Tak, dla igieł 16G, przy spełnieniu pozostałych warunków.**

**Pytanie 23, dot. pakietu nr 25, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Do podłączenia dializy :

\* 1 para rękawiczek sterylnych lateksowych b/pudrowych rozmiar M

\* 4 x kompres gaz. 17 N/16 W, 7,5x7,5cm,

\* 1 x podkład pola oper.(serweta jał.45x45cm,włóknina foliowana celulozowo-polietylenowa o



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



gram.42g/m2)

- \* 2 x opatrunek do mocowania kaniul 8x5,8cm
- \* 4 x taśma opatrunkowa, włókninowa, samoprzylepna 2 x15 cm

2/ Do odłączenia dializy:

- \* 1 para rękawiczek sterylnych lateksowych b/pudrowych rozmiar M
- \*4x kompres gaz.17N/16W 7,5x7,5cm
- \*2x opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7,2cm
- \* 1x rękawiczka winylowa dla pacjenta w roz. L

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zestaw do dializy – przetoka, Podłączenie:**

**1szt - serweta laminowana 44g/m2 38x45cm**

**2szt – rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M**

**2szt – przyklepiec włókninowy hypoalergiczny z klejem akrylowym 2,5cmx15cm**

**4szt – kompresy włókninowe 30g, 4w, 7,5x7,5cm**

**2szt - opatrunek włókninowy hypoalergiczny z wkładem chłonnym 6 x8 cm z wycięciem i.v**

**Rozłączenie:**

**1szt - serweta laminowana 44g/m2 38x45cm**

**2szt – rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M**

**6szt – kompresy włókninowe 30g, 4w, 7,5x7,5cm**

**2szt - tufery gazowe 17n, 8w 15 cm x 15 cm**

**2szt - opatrunek włókninowy hypoalergiczny z wkładem chłonnym 7 x 5 cm**

**Jeden pakiet zawierający dwa osobne zestawy do podłączania i do rozłączania dializy ( osobno pakowane w serwety)**

#### **Pytanie 24, dot. pakietu nr 25, poz. 2**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z pakietu 25?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyłączy pozycję 2 z pakietu nr 25.**

#### **Pytanie 25, dot. pakietu nr 26**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1/Do podłączenia dializy :

- \* 1 para rękawiczek sterylnych lateksowych b/pudrowych rozmiar M, L– dwa rodzaje zestawów, z różnym rozmiarem rękawic do wyboru
- \* 6 x kompres gaz. 17 N/16 W, 7,5x7,5cm,
- \* 2 x podkład pola oper.(serweta jał.45x45cm,włóknina foliowana celulozowo-polietylenowa o gram.42g/m2)
- \* 1 x opatrunek do mocowania kaniul 8x5,8cm
- \* 2 x taśma opatrunkowa włókninowa, samoprzylepna 2 x15 cm
- \* 2 x maska medyczna 3-warstwowa z taśmą elastyczną na uszy,
- \* 2 x strzykawka 5 ml 3-częściowa;

2/ Do odłączenia dializy :

- \* 1 para rękawiczek sterylnych lateksowych b/pudrowych rozmiar M, L - dwa rodzaje zestawów, z różnym rozmiarem rękawic do wyboru
- \*6x kompres gaz.17N/16W 7,5x7,5cm
- \*1x podkład pola oper.(serweta jał.45x45 cm, włókninowa foliowana celulozowo-polietylenowa o gram42 g/m2)



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



- \* 2xkoreczek typu Combi,
- \* 1x maska medyczna 3-warstwowa z taśmą elastyczną na uszy.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zestaw do dializy – cewnik,  
Podłączenie:**

**1szt - serweta laminowana 44g/m<sup>2</sup> 38x45cm**

**2szt –rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm ML**

**1szt – opatrunek włókninowy hypoalergiczny z wkładem chłonnym 10 x 10 cm**

**8szt – kompresy włókninowe 30g, 4w, 7,5x7,5cm**

**Rozłączenie:**

**1szt - serweta laminowana 44g/m<sup>2</sup> 38x45cm**

**2szt –rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm ML**

**8szt – kompresy włókninowe 30g, 4w, 7,5x7,5cm**

**1szt - opatrunek włókninowy hypoalergiczny z wkładem chłonnym 10 x 10 cm**

**Jeden pakiet zawierający dwa osobne zestawy do podłączania i do rozłączania dializy ( osobno pakowane w serwety).**

#### **Pytanie 26, dot. projektu umowy**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odp. Zamawiający informuje, że w projekcie umowy nie są wymienione dni robocze.**

#### **Pytanie 27, dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 5 odstąpić od wymogu umieszczania nr pakietu na fakturze?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

#### **Pytanie 28, dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych (§ 8) w następujący sposób:

a) 0,5 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na ratunek”,

b) 5 % wartości od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

#### **Pytanie 29, dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742





### Pytanie 30, dot. pakietu nr 12

Dotyczy Pak. 12, Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania cewników z ramionami prostymi. Pozostałe zgodnie z siwz.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zestaw dwukanałowy do hemodializy z ramionami zakrzywionymi.**

### Pytanie 31, dot. pakietu nr 12, 14

Dotyczy Pak. 12, 14, Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że należy zaferować kompletne zestawy z cewnikiem i pozostałych składowych: igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica 0,035", rozszerzadło tkankowe, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące obrotowe.

**Odp. Zamawiający wymaga:**

- w pakiecie nr 12 - zestaw dwukanałowy do hemodializy z ramionami zakrzywionymi, rozmiar  $\geq$  (11,5 FR) długość 15-16cm (w zestawie: cewnik dwukanałowy, igła wprowadzająca, rozszerzacz, prowadnik),

- w pakiecie nr 14 - zestaw dwukanałowy hydrofilny do hemodializy z ramionami prostymi rozmiar 12 F długość 20 cm (w zestawie: cewnik dwukanałowy, igła wprowadzająca, rozszerzacz, prowadnik). Zamawiający nie wymaga w składzie zestawu strzykawki 5ml.

### Pytanie 32, dot. pakietu nr 17

Dotyczy Pak.17, Prosimy o dopuszczenie do zaferowania cewników wykonanych z quadratine, z mufą poliestrową, ramionami poliuretanowymi nie załamującymi się, w rozmiarach: 15F/ 19cm, 23cm, 27cm, 31cm, 42, 55cm (długość tip to cuff).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 33, dot. pakietu nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaferować cewniki we wszystkich wymaganych rozmiarach z możliwością zakupu pojedynczych sztuk

**Odp. Zamawiający wymaga zestaw cewnik naczyniowy permanentny zakładany metodą retrograde, miękkie, z mufą dakronową, ramiona silikonowe nie załamujące się, końcówki z nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary 15Fr i dł. do mufki 19cm , 23 cm, 28 cm, 33 cm, 44 cm ,55 cm.**

### Pytanie 34, dot. pakietu nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaferować zestawy z cewnikami zakładanymi metodą tunelizacji wstecznej.

**Odp. Tak.**

### Pytanie 35, dot. pakietu nr 17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu obligatoryjnego składania próbek w terminie składania ofert, przy jednoczesnym wprowadzeniu wymogu składania próbek na żądanie Zamawiającego. Prośbę swą motywujemy faktem, że Zamawiający zna oferowany przez nas



wyrób.

**Odp. Zamawiającego w zakresie pakietu nr 17 wymaga złożenia próbek.**

#### **Pytanie 36, dot. pakietu nr 18**

Dotyczy Pak.18, Prosimy o dopuszczenie do zaferowania cewników wykonanych z quadratine, z mufą poliestrową, ramionami poliuretanowymi nie załamującymi się, w rozmiarach 15F/19cm, 23cm, 27cm, 31, 42, 55cm.

**Odp. Tak, o ile spełniają warunki zamówienia.**

#### **Pytanie 37, dot. pakietu nr 18**

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaferować cewniki we wszystkich wymaganych rozmiarach z możliwością zakupu pojedynczych sztuk.

**Odp. Zamawiający wymaga zestaw cewnik naczyniowy permanentny, miękki, z mufą dakronową, ramiona silikonowe nie załamujące się, końcówki z nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary 14,5Fr i dl. do mufki 19cm , 23 cm, 28 cm, 33 cm, 44 cm ,55 cm z możliwością zakupu pojedynczych sztuk.**

#### **Pytanie 38, dot. pakietu nr 18**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu obligatoryjnego składania próbek w terminie składania ofert, przy jednoczesnym wprowadzeniu wymogu składania próbek na żądanie Zamawiającego. Prośbę swą motywujemy faktem, że Zamawiający zna oferowany przez nas wyrób.

**Odp. Zamawiającego w zakresie pakietu nr 18 wymaga złożenia próbek.**

#### **Pytanie 39, dot. pakietu nr 26**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do zastosowania podczas podłączenia i odłączenia dializy przez cewnik o następującym składzie:

Część do podłączenia dializy - START:

Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 6szt.

Przylepiec włókninowy 2x15cm 1szt.

Serweta z laminatu (folia PE + celuloza) 50x35cm z nacięciem na krótszym boku umożliwiającym przełożenie końcówek cewnika 1szt.

Rękawice nitylowe teksturowane rozmiar M 4 szt.

Część do odłączenia dializy – END:

Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt.

Przylepiec włókninowy 2x15cm 2szt.

Rękawice nitylowe teksturowane rozmiar M 2szt.

Zestawy pakowane w opakowanie papierowo-foliowe typu dwupak z perforacją umożliwiającą nieinwazyjne rozdzielanie części. Na opakowaniu podwójna etykieta samoprzylepna identyfikująca wyrób.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zestaw do dializy – cewnik,**

**Podłączenie:**

**1szt - serweta laminowana 44g/m2 38x45cm**

**2szt –rękawice nitylowe bezpudrowe rozm ML**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
**im. dra Alfreda Sokołowskiego**  
w Wałbrzychu



---

**1szt – opatrunek włókninowy hypoalergiczny z wkładem chłonnym 10 x 10 cm**  
**8szt – kompresy włókninowe 30g, 4w, 7,5x7,5cm**  
**Rozłączenie:**  
**1szt - serweta laminowana 44g/m2 38x45cm**  
**2szt –rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm ML**  
**8szt – kompresy włókninowe 30g, 4w, 7,5x7,5cm**  
**1szt - opatrunek włókninowy hypoalergiczny z wkładem chłonnym 10 x 10 cm**  
**Jeden pakiet zawierający dwa osobne zestawy do podłączania i do rozłączania dializy ( osobno pakowane w serwety).**

p.o. Zastępcy Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
Adam Szkudlarek

Sporządziła: Dorota Piekarcz  
nr telefonu: 74/6489700



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742