



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 19.07.2021r.

DZPZ-530-Zp/29/PN-29/21

Wykonawcy – wszyscy

„Dostawa procesora tkankowego oraz odczynników dla Zakładu Patomorfologii” - Zp/29/PN-29/21

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dot. pakietu 1 Procesor

Prosimy o dopuszczenie procesora o wymiarach 580 x 710 x 1370 mm i wadze 121kg.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. pakietu 1 Procesor

Prosimy o dopuszczenie procesora nie wymagającego podświetlanej komory z odczynnikami, w proponowanym urządzeniu, wizualna ocena poziomu odczynnika odbywa się poprzez pokrywę ze szklanym oknem, a także poziom odczynników w komorze wyświetlany jest na kolorowym ekranie.

Odp. Zamawiający dopuszcza - Zamawiający wymaga czytelnej, bieżącej kontroli poziomu odczynników, bez konkretnych wymogów, zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 3 dot. pakietu 1 Procesor

Prosimy o dopuszczenie urządzenia nie wyposażonego w oświetlenie LED informujące o statusie pracy lecz wyposażonego w kolorowy ekran dotykowy wyświetlający wszystkie wykonywane procesy, procesor wyposażony w alarm informujący o błędach oraz możliwość podłączenia do alarmu zdalnego, jest to parametr równorzędny do opisanego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dot. pakietu 1 Procesor

Prosimy o dopuszczenie urządzenia w którym stany poziomu odczynników są bezpośrednio wyświetlane graficznie na ekranie zamiast automatycznego sprawdzenia stacji odczynników przed uruchomieniem programu w proponowanym jest to parametr równorzędny do opisanego.

Odp. Zamawiający dopuszcza wyświetlenie graficzne, ale z automatycznym alarmem ostrzegającym o zbyt niskim poziomie odczynników.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



Pytanie nr 5 dot. pakietu 1 Processor

Prosimy o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego specjalnej blokady, eliminacja błędu czynnika ludzkiego czyli niewłaściwego umieszczenia pojemników została wyeliminowana poprzez automatyczne przestawianie odczynników sterowane komputerowo, jest to parametr lepszy do opisanego „systemu automatycznej blokady uruchomienia przy niewłaściwym umieszczeniu pojemników z odczynnikami”.

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie z innym, automatycznym systemem eliminującym błędy niewłaściwego umieszczenia pojemników.

Pytanie nr 6 dot. wzoru umowy dla części 2,3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż *„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?*

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odp. Zamawiający nie zmienia treści projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 7 dot. zwory umów dla pakietów 1,2,3

W związku z zapisem art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów § 8 w taki sposób aby kary umowne były naliczane za „zwłokę” a nie „opóźnienie” jak to zostało sformułowane.

Odp. Zamawiający nie zmienia treści projektu umowy, gdyż kary dotyczą umowy ściśle – jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia (art. 433 ustawy Pzp).

Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 3


Zwracamy uwagę, że alkohol nie jest zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. W związku z tym nie podlega on przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tego rodzaju wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. W związku z tym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby cały asortyment był wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy i uznanie stosownego oświadczenia w tym zakresie złożonego razem z ofertą.

Odp. Zamawiający odstępuje od w/w wymogu w Pakiecie 3.

Pytanie nr 9 - Aparat z dobrym dostępem do wszystkich zbiorników w celu wymiany odczynników

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania urządzenia z możliwością wyjęcia wszystkich zbiorników poza urządzenie w celu wymiany odczynników lub ich oczyszczenia?





Odp. Zamawiający wymaga aby urządzenie miało możliwość wyjęcia wszystkich zbiorników poza urządzenie w celu wymiany odczynników lub ich czyszczenia.

Pytanie nr 10 - Łatwy dostęp do oczyszczania pojemników parafinowych

prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania urządzenia z możliwością wyjęcia wszystkich Zwracamy się z uprzejmą pojemników parafinowych poza urządzenie w celu wymiany parafiny lub ich oczyszczenia?

Odp. Zamawiający wymaga aby urządzenie miało możliwość wyjęcia wszystkich pojemników parafinowych poza urządzenie w celu wymiany parafiny lub czyszczenia.

Pytanie nr 11 - Podświetlenie komory z odczynnikami dla zapewnienia łatwej wizualnej oceny poziomu odczynników

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga podświetlanej komory z odczynnikami dla zapewniania wizualnej oceny poziomu odczynników wyposażonej w transparentne drzwiczki?

Odp. Zamawiający wymaga czytelnej, bieżącej kontroli poziomu odczynników, bez konkretnych wymogów, zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 12 - Urządzenie wyposażone w oświetlenie LED informujące o statusie pracy oraz alarm lokalny i zdalny informujący o błędach

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w oświetlenie LED informujące o statusie pracy w dwóch kolorach:

Urządzenie wyposażone w oświetlenie LED informujący Użytkownika o statusie pracy:

- kolor zielony – praca prawidłowa
- kolor czerwony – sygnalizacja błędu


Odp. Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w jakikolwiek czytelny sposób informowania o błędach, tj. diody LED, ekran LED z alarmem zdalnym i lokalnym.

Pytanie nr 13 - Aparat z automatycznym sprawdzeniem stacji odczynników przed uruchomieniem programu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w fabryczny system automatycznego sprawdzania kluczowych parametrów procesu oraz ostrzegania przed startem w przypadku dysfunkcji któregośkolwiek z nich, który jest automatycznie uruchamiany przed każdym rozpoczętym procesem?

Odp. Zamawiający wymaga automatycznego sprawdzania przed startem dysfunkcję (braku lub dostatecznej ilości) kluczowych parametrów procesu.





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie nr 14 - Aparat z systemem automatycznego uzupełniania odczynników

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaproponowania urządzenia z systemem automatycznego uzupełniania odczynników z kolejnego pojemnika odczynnikowego w przypadku niewystarczającej ilości odczynnika w pojemniku roboczym (aktualnie pracującym) w obrębie tej samej grupy odczynnikowej (alkohole, ksyleny)?

Odp. Zamawiający oczekuje zaproponowania urządzenia z systemem automatycznego uzupełniania odczynników z kolejnego pojemnika odczynnikowego w przypadku niewystarczającej ilości odczynnika w pojemniku roboczym (aktualnie pracującym) w obrębie tej samej grupy odczynnikowej(alkohole, ksyleny).

Pytanie nr 15 dot. pakietu nr 3

Prosiłbym o określenie w pakiecie nr. 3 orientacyjnych ilości dostaw lub też ilości kanistrów przy zamówieniu. Potrzebujemy tą informację w celu oszacowania kosztów wysyłki.

Odp. Zamawiający przewiduje orientacyjnie dostawy w ilości ok. dziesięciu kanistrów co 1- 1,5 miesiąca.

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Adam Szkudlarek

Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr tel.: 74/6489700